

Legenda:	>>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek	N ... počet výsledků
	> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek	Nrel ... relativní počet výsledků
	± ... označuje nehodnocený výsledek	

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
--------	---------	---	----------	------------------

Sada 1

(231) RF (screening)

A1	(2) EIA metody	>>>	2	Pozitivní	1,2 %
	(3) IMT, IMN		2	Negativní	1,2 %
		>>>	164	Pozitivní	96 %
	(7) Semikvan. aglut. m.	>>>	2	Pozitivní	1,2 %
Celkem za vzorek: n = 170		Úspěšnost:	99 %		
B1	(2) EIA metody	>>>	2	Negativní	1,2 %
	(3) IMT, IMN	>>>	166	Negativní	98 %
	(7) Semikvan. aglut. m.	>>>	2	Negativní	1,2 %
	Celkem za vzorek: n = 170		Úspěšnost:	100 %	
Celková úspěšnost: 99 %					

(233) Revmat. faktor IgG

A1	(0) Neuvedeno		1	Negativní	2,1 %
			1	Neprůkazný výsledek (hraniční)	2,1 %
		>>>	46	Pozitivní	96 %
Celkem za vzorek: n = 48		Úspěšnost:	96 %		
B1	(0) Neuvedeno	>>>	48	Negativní	100 %
		Celkem za vzorek: n = 48		Úspěšnost:	100 %
Celková úspěšnost: 96 %					

(234) Revmat. faktor IgA

A1	(0) Neuvedeno		1	Neprůkazný výsledek (hraniční)	2,2 %
		>>>	45	Pozitivní	98 %
Celkem za vzorek: n = 46		Úspěšnost:	98 %		
B1	(0) Neuvedeno	>>>	46	Negativní	100 %
		Celkem za vzorek: n = 46		Úspěšnost:	100 %
Celková úspěšnost: 98 %					

(235) Revmat. faktor IgM

A1	(0) Neuvedeno	>>>	46	Pozitivní	100 %
		Celkem za vzorek: n = 46		Úspěšnost:	100 %
B1	(0) Neuvedeno	>>>	45	Negativní	98 %
			1	Pozitivní	2,2 %
		Celkem za vzorek: n = 46		Úspěšnost:	98 %
Celková úspěšnost: 98 %					

(277) anti-CCP IgG

A1	(2) EIA (ELISA)	>>>	34	Pozitivní	40 %
	(3) FIA (FEIA, TRACE)	>>>	3	Pozitivní	3,6 %
	(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI)	>>>	47	Pozitivní	56 %
	Celkem za vzorek: n = 84		Úspěšnost:	100 %	
B1	(2) EIA (ELISA)	>>>	34	Negativní	40 %
	(3) FIA (FEIA, TRACE)	>>>	3	Negativní	3,6 %
	(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI)	>>>	47	Negativní	56 %
	Celkem za vzorek: n = 84		Úspěšnost:	100 %	
Celková úspěšnost: 100 %					

(282) anti-MCV

A1	(2) EIA (ELISA)	>>>	22	Pozitivní	96 %
	(3) FIA (FEIA, TRACE)	>>>	1	Pozitivní	4,3 %
	Celkem za vzorek: n = 23		Úspěšnost:	100 %	
B1	(2) EIA (ELISA)	>>>	22	Negativní	96 %
	(3) FIA (FEIA, TRACE)	>>>	1	Negativní	4,3 %
	Celkem za vzorek: n = 23		Úspěšnost:	100 %	
Celková úspěšnost: 100 %					