

Legenda:	>>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek	N ... počet výsledků
	> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek	Nrel ... relativní počet výsledků
	± ... označuje nehodnocený výsledek	

## Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N <sub>rel</sub>
--------	---------	---	----------	------------------

## Sada 1

## (231) RF (screening)

A1	(1) Abbott	>>>	36	Pozitivní	21 %
	(12) Beckman Coulter	>>>	10	Pozitivní	5,9 %
	(49) BioVendor	>>>	1	Pozitivní	0,59 %
	(58) Beckman Coulter (AU)		1	Negativní	0,59 %
		>>>	21	Pozitivní	12 %
	(60) Roche		1	Negativní	0,59 %
		>>>	47	Pozitivní	28 %
	(70) Wako	>>>	1	Pozitivní	0,59 %
	(91) Binding Site	>>>	2	Pozitivní	1,2 %
	(115) BioSystems	>>>	3	Pozitivní	1,8 %
	(116) Sentinel Diagnostics	>>>	3	Pozitivní	1,8 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>>	2	Pozitivní	1,2 %
	(149) Siemens (Dade, BN, Dimension)	>>>	11	Pozitivní	6,5 %
	(162) Siemens (Atellica)	>>>	11	Pozitivní	6,5 %
	(177) Mindray	>>>	5	Pozitivní	2,9 %
	(178) DiaSys	>>>	2	Pozitivní	1,2 %
	(179) Siemens	>>>	12	Pozitivní	7,1 %
	(999) jiný výrobce	>>>	1	Pozitivní	0,59 %
Celkem za vzorek: n = 170		Úspěšnost: 99 %			
B1	(1) Abbott	>>>	36	Negativní	21 %
	(12) Beckman Coulter	>>>	10	Negativní	5,9 %
	(49) BioVendor	>>>	1	Negativní	0,59 %
	(58) Beckman Coulter (AU)	>>>	22	Negativní	13 %
	(60) Roche	>>>	48	Negativní	28 %
	(70) Wako	>>>	1	Negativní	0,59 %
	(91) Binding Site	>>>	2	Negativní	1,2 %
	(115) BioSystems	>>>	3	Negativní	1,8 %
	(116) Sentinel Diagnostics	>>>	3	Negativní	1,8 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>>	2	Negativní	1,2 %
	(149) Siemens (Dade, BN, Dimension)	>>>	11	Negativní	6,5 %
	(162) Siemens (Atellica)	>>>	11	Negativní	6,5 %
	(177) Mindray	>>>	5	Negativní	2,9 %
	(178) DiaSys	>>>	2	Negativní	1,2 %
	(179) Siemens	>>>	12	Negativní	7,1 %
	(999) jiný výrobce	>>>	1	Negativní	0,59 %
Celkem za vzorek: n = 170		Úspěšnost: 100 %			

Celková úspěšnost: 99 %

## (233) Revmat. faktor IgG

A1	(1) Abbott	>>>	1	Pozitivní	2,1 %
	(5) Dialab	>>>	1	Pozitivní	2,1 %
	(12) Beckman Coulter	>>>	1	Pozitivní	2,1 %
	(87) Euroimmun	>>>	1	Pozitivní	2,1 %
	(135) OrgenTec	>>>	12	Pozitivní	25 %
	(140) Test-Line	>>>	19	Pozitivní	40 %
	(147) AIDA	>>>	3	Pozitivní	6,3 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika		1	Negativní	2,1 %
		>>>	3	Pozitivní	6,3 %
	(166) Thermo Fisher		1	Neprůkazný výsledek (hraniční)	2,1 %
		>>>	4	Pozitivní	8,3 %
	(211) INOVA Diagnostics	>>>	1	Pozitivní	2,1 %
Celkem za vzorek: n = 48		Úspěšnost: 96 %			
B1	(1) Abbott	>>>	1	Negativní	2,1 %
	(5) Dialab	>>>	1	Negativní	2,1 %
	(12) Beckman Coulter	>>>	1	Negativní	2,1 %
	(87) Euroimmun	>>>	1	Negativní	2,1 %
	(135) OrgenTec	>>>	12	Negativní	25 %
	(140) Test-Line	>>>	19	Negativní	40 %
	(147) AIDA	>>>	3	Negativní	6,3 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>>	4	Negativní	8,3 %
	(166) Thermo Fisher	>>>	5	Negativní	10 %
	(211) INOVA Diagnostics	>>>	1	Negativní	2,1 %
Celkem za vzorek: n = 48		Úspěšnost: 100 %			

Zkouška		N	Výsledek	N <sub>rel</sub>
Vzorek	Skupina			
Celková úspěšnost: 96 %				
<b>(234) Revmat. faktor IgA</b>				
A1	(5) Dialab	>>> 1	Pozitivní	2,2 %
	(87) Euroimmun	>>> 1	Pozitivní	2,2 %
	(135) OrgenTec	>>> 12	Pozitivní	26 %
	(140) Test-Line	>>> 19	Pozitivní	41 %
	(147) AIDA	>>> 3	Pozitivní	6,5 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>> 4	Pozitivní	8,7 %
	(166) Thermo Fisher	>>> 1	Neprůkazný výsledek (hraniční)	2,2 %
		>>> 4	Pozitivní	8,7 %
	(211) INOVA Diagnostics	>>> 1	Pozitivní	2,2 %
Celkem za vzorek: n = 46		Úspěšnost: 98 %		
B1	(5) Dialab	>>> 1	Negativní	2,2 %
	(87) Euroimmun	>>> 1	Negativní	2,2 %
	(135) OrgenTec	>>> 12	Negativní	26 %
	(140) Test-Line	>>> 19	Negativní	41 %
	(147) AIDA	>>> 3	Negativní	6,5 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>> 4	Negativní	8,7 %
	(166) Thermo Fisher	>>> 5	Negativní	11 %
	(211) INOVA Diagnostics	>>> 1	Negativní	2,2 %
Celkem za vzorek: n = 46		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 98 %				
<b>(235) Revmat. faktor IgM</b>				
A1	(5) Dialab	>>> 1	Pozitivní	2,2 %
	(87) Euroimmun	>>> 1	Pozitivní	2,2 %
	(135) OrgenTec	>>> 12	Pozitivní	26 %
	(140) Test-Line	>>> 19	Pozitivní	41 %
	(147) AIDA	>>> 3	Pozitivní	6,5 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>> 4	Pozitivní	8,7 %
	(166) Thermo Fisher	>>> 5	Pozitivní	11 %
	(211) INOVA Diagnostics	>>> 1	Pozitivní	2,2 %
Celkem za vzorek: n = 46		Úspěšnost: 100 %		
B1	(5) Dialab	>>> 1	Negativní	2,2 %
	(87) Euroimmun	>>> 1	Negativní	2,2 %
	(135) OrgenTec	>>> 12	Negativní	26 %
	(140) Test-Line	>>> 18	Negativní	39 %
		>>> 1	Pozitivní	2,2 %
	(147) AIDA	>>> 3	Negativní	6,5 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>> 4	Negativní	8,7 %
	(166) Thermo Fisher	>>> 5	Negativní	11 %
	(211) INOVA Diagnostics	>>> 1	Negativní	2,2 %
Celkem za vzorek: n = 46		Úspěšnost: 98 %		
Celková úspěšnost: 98 %				
<b>(277) anti-CCP IgG</b>				
A1	(1) Abbott	>>> 20	Pozitivní	24 %
	(14) Bio-Rad	>>> 1	Pozitivní	1,2 %
	(29) Siemens (Immulin)	>>> 6	Pozitivní	7,1 %
	(60) Roche	>>> 11	Pozitivní	13 %
	(66) DRG	>>> 1	Pozitivní	1,2 %
	(87) Euroimmun	>>> 8	Pozitivní	9,5 %
	(135) OrgenTec	>>> 5	Pozitivní	6,0 %
	(140) Test-Line	>>> 10	Pozitivní	12 %
	(147) AIDA	>>> 1	Pozitivní	1,2 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>> 2	Pozitivní	2,4 %
	(162) Siemens (Atellica)	>>> 3	Pozitivní	3,6 %
	(166) Thermo Fisher	>>> 6	Pozitivní	7,1 %
	(179) Siemens	>>> 3	Pozitivní	3,6 %
	(211) INOVA Diagnostics	>>> 5	Pozitivní	6,0 %
	(999) jiný výrobce	>>> 2	Pozitivní	2,4 %
Celkem za vzorek: n = 84		Úspěšnost: 100 %		
B1	(1) Abbott	>>> 20	Negativní	24 %
	(14) Bio-Rad	>>> 1	Negativní	1,2 %
	(29) Siemens (Immulin)	>>> 6	Negativní	7,1 %
	(60) Roche	>>> 11	Negativní	13 %
	(66) DRG	>>> 1	Negativní	1,2 %
	(87) Euroimmun	>>> 8	Negativní	9,5 %
	(135) OrgenTec	>>> 5	Negativní	6,0 %
	(140) Test-Line	>>> 10	Negativní	12 %

Zkouška					
Vzorek	Skupina	N	Výsledek		N <sub>rel</sub>
B1	(147) AIDA	>>>	1	Negativní	1,2 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>>	2	Negativní	2,4 %
	(162) Siemens (Atellica)	>>>	3	Negativní	3,6 %
	(166) Thermo Fisher	>>>	6	Negativní	7,1 %
	(179) Siemens	>>>	3	Negativní	3,6 %
	(211) INOVA Diagnostics	>>>	5	Negativní	6,0 %
	(999) jiný výrobce	>>>	2	Negativní	2,4 %
Celkem za vzorek: n = 84			Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %					

**(282) anti-MCV**

A1	(135) OrgenTec	>>>	22	Pozitivní	96 %
	(166) Thermo Fisher	>>>	1	Pozitivní	4,3 %
Celkem za vzorek: n = 23			Úspěšnost: 100 %		
B1	(135) OrgenTec	>>>	22	Negativní	96 %
	(166) Thermo Fisher	>>>	1	Negativní	4,3 %
Celkem za vzorek: n = 23			Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %					