

Filtr: minimální četnost skupin n = 5

## Cyklus EHK: RF1/22 - Diagnostika revmatoidní artritidy a ASLO

Stop termín: 18.03.2022

RoM = robustní průměr	AV = vztažná hodnota	Dmax = přijatelný rozdíl v procentech
SD = směrodatná odchylka	CRV = certifikovaná referenční hodnota	LL = dolní mez
CV = variační koeficient	RV = referenční hodnota	UL = horní mez
Ntot = celkový počet účastníků	CVE = konsenzus expertů	Neva = počet hodnocených účastníků
Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem	CVP = konsenzus všech účastníků	Nsuc = počet úspěšných účastníků
	CVPG = konsenzus skupin účastníků	Srel = relativní úspěšnost
	U <sub>AV</sub> = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)	

zkouška	[jednotka]	Srovnatelnost										
		RoM	SD	CV [%]	N <sub>tot</sub>	N <sub>out</sub>	AV	U <sub>AV</sub>	D <sub>max</sub>	LL	UL	N <sub>eva</sub>

## Sada 2

(237) anti-streptolysin O (ASLO)	[kU/L]				163							149	143	96%
Vzorky a skupiny														

<b>Vzorek A2</b>		132	23	17	163							149	144	97%
(1) Abbott		104	5,2	5,0	37	0	CVPG	104	2,1	20%	83,2	125	37	
(12) Beckman Coulter		90,7	6,9	7,6	8	2	CVPG	90,7	9,6	20%	72,5	109	8	
(58) Beckman Coulter (AU)		138	9,2	6,6	27	0	CVPG	138	4,3	20%	110	166	27	
(60) Roche		142	11	7,7	45	0	CVPG	142	4,0	20%	113	171	45	
(149) Siemens (Dade, BN, Dimension)		147	7,1	4,8	11	0	CVPG	147	5,2	20%	117	177	11	
(162) Siemens (Atellica)		146	3,3	2,3	12	0	CVPG	146	2,3	20%	116	176	12	
(179) Siemens		154	9,6	6,3	9	0	CVPG	154	12	20%	123	185	9	
Ostatní					14	0							0	

1x 5, 2x 91, 3x 115, 2x 116, 4x 177, 1x 178, 1x 999

<b>Vzorek B2</b>		154	26	17	163							149	145	97%
(1) Abbott		121	6,8	5,7	37	0	CVPG	121	2,8	20%	96,8	146	37	
(12) Beckman Coulter		102	5,2	5,1	8	2	CVPG	102	7,2	20%	81,6	123	8	
(58) Beckman Coulter (AU)		164	8,3	5,1	27	0	CVPG	164	3,9	20%	131	197	27	
(60) Roche		167	13	8,0	45	0	CVPG	167	4,9	20%	133	201	45	
(149) Siemens (Dade, BN, Dimension)		170	10	6,2	11	0	CVPG	170	7,7	20%	136	204	11	
(162) Siemens (Atellica)		168	3,7	2,2	12	0	CVPG	168	2,6	20%	134	202	12	
(179) Siemens		174	7,4	4,3	9	0	CVPG	174	9,2	20%	139	209	9	
Ostatní					14	0							0	

1x 5, 2x 91, 3x 115, 2x 116, 4x 177, 1x 178, 1x 999

st\_kn\_p

Konec sestavy

Vytiskeno: 28.03.2022