

Legenda:	>>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek	N ... počet výsledků
	> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek	Nrel ... relativní počet výsledků
	± ... označuje nehodnocený výsledek	

Zkouška	Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N <sub>rel</sub>
---------	--------	---------	---	----------	------------------

**Sada 1****(231) RF (screening)**

A1	Všechny výsledky		1	Negativní	0,59 %
			>>> 169	Pozitivní	99 %
	Celkem za vzorek: n = 170	Úspěšnost: 99 %			
B1	Všechny výsledky		>>> 170	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 170	Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 99 %					

**(233) Revmat. faktor IgG**

A1	Všechny výsledky		>>> 48	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 48	Úspěšnost: 100 %			
B1	Všechny výsledky		>>> 47	Negativní	98 %
			1	Neprůkazný výsledek (hraniční)	2,1 %
	Celkem za vzorek: n = 48	Úspěšnost: 98 %			
Celková úspěšnost: 98 %					

**(234) Revmat. faktor IgA**

A1	Všechny výsledky		>>> 46	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 46	Úspěšnost: 100 %			
B1	Všechny výsledky		>>> 46	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 46	Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 100 %					

**(235) Revmat. faktor IgM**

A1	Všechny výsledky		>>> 46	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 46	Úspěšnost: 100 %			
B1	Všechny výsledky		>>> 46	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 46	Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 100 %					

**(277) anti-CCP IgG**

A1	Všechny výsledky		>>> 82	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 82	Úspěšnost: 100 %			
B1	Všechny výsledky		>>> 82	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 82	Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 100 %					

**(282) anti-MCV**

A1	Všechny výsledky		>>> 23	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 23	Úspěšnost: 100 %			
B1	Všechny výsledky		>>> 23	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 23	Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 100 %					