

Filtr: Slovensko, minimální četnost skupin n = 5

Cyklus EHK: RF2/22 - Diagnostika revmatoidní artritidy a ASLO

Stop termín: 30.09.2022

RoM = robustní průměr	AV = vztažná hodnota	Dmax = přijatelný rozdíl v procentech
SD = směrodatná odchylka	CRV = certifikovaná referenční hodnota	LL = dolní mez
CV = variační koeficient	RV = referenční hodnota	UL = horní mez
Ntot = celkový počet účastníků	CVE = konsenzus expertů	Neva = počet hodnocených účastníků
Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem	CVP = konsenzus všech účastníků	Nsuc = počet úspěšných účastníků
	CVPG = konsenzus skupin účastníků	Srel = relativní úspěšnost
	U _{AV} = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)	

zkouška	[jednotka]	Srovnatelnost										
		RoM	SD	CV [%]	N _{tot}	N _{out}	AV	U _{AV}	D _{max}	LL	UL	N _{eva}

Sada 2

(237) anti-streptolysin O (ASLO)	[kU/L]	20	18	18	100%
Vzorky a skupiny					

Vzorek A2	113	13	11	20							18	18	100%
(58) Beckman Coulter (AU)	122	4,5	3,7	7	0	CVPG	123	2,4	20%	98,4	148	7	
(60) Roche	115	14	12	6	0	CVPG	120	3,4	20%	96	144	6	
Ostatní				7	0							5	

3x 1, 1x 5, 1x 149, 1x 162, 1x 178

Vzorek B2	146	19	13	20							18	18	100%
(58) Beckman Coulter (AU)	156	5,5	3,5	7	0	CVPG	160	2,5	20%	128	192	7	
(60) Roche	148	19	13	6	0	CVPG	157	4,1	20%	125	189	6	
Ostatní				7	0							5	

3x 1, 1x 5, 1x 149, 1x 162, 1x 178

st_kn_p

Konec sestavy

Vytisknuto: 07.10.2022