

Legenda:	>>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek	N ... počet výsledků
	> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek	Nrel ... relativní počet výsledků
	± ... označuje nehodnocený výsledek	

Zkouška	Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N <sub>rel</sub>
<b>(515) SARS-CoV-2 protilátky IgG (S)</b>					
A		Všechny výsledky	>>> 67	Pozitivní	100 %
		Celkem za vzorek: n = 67	Úspěšnost: 100 %		
B		Všechny výsledky	>>> 67	Pozitivní	100 %
		Celkem za vzorek: n = 67	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %					
<b>(516) SARS-CoV-2 protilátky IgG (NC)</b>					
A		Všechny výsledky	1	Negativní	5,9 %
			1	Neprůkazný výsledek (hraniční)	5,9 %
			>>> 15	Pozitivní	88 %
		Celkem za vzorek: n = 17	Úspěšnost: 88 %		
B		Všechny výsledky	1	Negativní	5,9 %
			>>> 16	Pozitivní	94 %
		Celkem za vzorek: n = 17	Úspěšnost: 94 %		
Celková úspěšnost: 88 %					
<b>(517) SARS-CoV-2 total Ig (S)</b>					
A		Všechny výsledky	>>> 26	Pozitivní	100 %
		Celkem za vzorek: n = 26	Úspěšnost: 100 %		
B		Všechny výsledky	>>> 26	Pozitivní	100 %
		Celkem za vzorek: n = 26	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %					
<b>(518) SARS-CoV-2 total Ig (NC)</b>					
A		Všechny výsledky	>>> 7	Pozitivní	100 %
		Celkem za vzorek: n = 7	Úspěšnost: 100 %		
B		Všechny výsledky	>>> 7	Pozitivní	100 %
		Celkem za vzorek: n = 7	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %					
<b>(519) SARS-CoV-2 protilátky IgM</b>					
A		Všechny výsledky	>>> 29	Negativní	100 %
		Celkem za vzorek: n = 29	Úspěšnost: 100 %		
B		Všechny výsledky	± 10	Negativní	34 %
			± 3	Neprůkazný výsledek (hraniční)	10 %
			± 16	Pozitivní	55 %
		Celkem za vzorek: n = 29	Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		
<b>(520) SARS-CoV-2 protilátky IgA</b>					
A		Všechny výsledky	2	Negativní	13 %
			1	Neprůkazný výsledek (hraniční)	6,7 %
			>>> 12	Pozitivní	80 %
		Celkem za vzorek: n = 15	Úspěšnost: 80 %		
B		Všechny výsledky	1	Negativní	6,7 %
			>>> 14	Pozitivní	93 %
		Celkem za vzorek: n = 15	Úspěšnost: 93 %		
Celková úspěšnost: 80 %					
<b>(521) SARS-CoV-2 neutralizační protilátky</b>					
A		Všechny výsledky	>>> 6	Pozitivní	100 %
		Celkem za vzorek: n = 6	Úspěšnost: 100 %		
B		Všechny výsledky	>>> 6	Pozitivní	100 %
		Celkem za vzorek: n = 6	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %					
<b>(801) Celkové hodnocení vzorku</b>					
A		Všechny výsledky	± 5	Prodělaná infekce SARS-CoV-2	15 %
			± 13	Prodělaná infekce SARS-CoV-2; Úspěšná vakcinace	38 %
			± 1	Prodělaná infekce SARS-CoV-2; Pozitivní protilátky proti SARS-CoV-2 bez dalšího upřesnění	2,9 %
			± 1	Úspěšná vakcinace	2,9 %
			± 2	Úspěšná vakcinace; Prodělaná infekce SARS-CoV-2	5,9 %
			± 2	Úspěšná vakcinace; Pozitivní protilátky proti SARS-CoV-2 bez dalšího upřesnění	5,9 %
			± 10	Pozitivní protilátky proti SARS-CoV-2 bez dalšího upřesnění	29 %
		Celkem za vzorek: n = 34	Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		
B		Všechny výsledky	± 2	Akutní infekce SARS-CoV-2	5,9 %
			± 1	Akutní infekce SARS-CoV-2; Úspěšná vakcinace	2,9 %

Zkouška				
Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N <sub>rel</sub>
B	Všechny výsledky	± 3	Prodělaná infekce SARS-CoV-2	8,8 %
		± 11	Prodělaná infekce SARS-CoV-2; Úspěšná vakcinace	32 %
		± 2	Prodělaná infekce SARS-CoV-2; Pozitivní protilátky proti SARS-CoV-2 bez dalšího upřesnění	5,9 %
		± 1	Úspěšná vakcinace	2,9 %
		± 1	Úspěšná vakcinace; Prodělaná infekce SARS-CoV-2	2,9 %
		± 1	Úspěšná vakcinace; Pozitivní protilátky proti SARS-CoV-2 bez dalšího upřesnění	2,9 %
		± 12	Pozitivní protilátky proti SARS-CoV-2 bez dalšího upřesnění	35 %
Celkem za vzorek: n = 34		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		

st\_kl

Konec sestavy

Vytlačeno: 16.02.2022