

Filtr: Slovensko, minimální četnost skupin n = 5

## Cyklus EHK: TIE1/22 - Stanovení celkového IgE

Stop termín: 04.03.2022

RoM = robustní průměr	AV = vztažná hodnota	Dmax = přijatelný rozdíl v procentech
SD = směrodatná odchylka	CRV = certifikovaná referenční hodnota	LL = dolní mez
CV = variační koeficient	RV = referenční hodnota	UL = horní mez
Ntot = celkový počet účastníků	CVE = konsenzus expertů	Neva = počet hodnocených účastníků
Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem	CVP = konsenzus všech účastníků	Nsuc = počet úspěšných účastníků
	CVPG = konsenzus skupin účastníků	Srel = relativní úspěšnost
	U <sub>AV</sub> = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)	

zkouška	[jednotka]	Srovnatelnost												
		RoM	SD	CV [%]	N <sub>tot</sub>	N <sub>out</sub>	AV	U <sub>AV</sub>	D <sub>max</sub>	LL	UL	N <sub>eva</sub>	N <sub>suc</sub>	S <sub>rel</sub>
<b>(280) IgE celkový</b>					27							27	27	100%
Vzorky a skupiny	[kU/L]													
<b>Vzorek A</b>		164	15	9,4	27	CVP	161	2,9	25%	120	202	27	27	100%
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI)		171	8,0	4,7	10	0						10		
(6) IMT, IMN		156	17	11	13	0						13		
Ostatní					4	0						4		
						2x 2, 1x 3, 1x 99								
<b>Vzorek B</b>		312	28	8,9	27	CVP	315	5,6	25%	236	394	27	27	100%
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI)		326	15	4,6	10	0						10		
(6) IMT, IMN		294	20	6,7	13	0						13		
Ostatní					4	0						4		
						2x 2, 1x 3, 1x 99								

st\_kn\_p

Konec sestavy

Vytiskeno: 14.03.2022