

Filtr: minimální četnost skupin n = 5

## Cyklus EHK: TIE1/22 - Stanovení celkového IgE

Stop termín: 04.03.2022

RoM = robustní průměr	AV = vztažná hodnota	Dmax = přijatelný rozdíl v procentech
SD = směrodatná odchylka	CRV = certifikovaná referenční hodnota	LL = dolní mez
CV = variační koeficient	RV = referenční hodnota	UL = horní mez
Ntot = celkový počet účastníků	CVE = konsenzus expertů	Neva = počet hodnocených účastníků
Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem	CVP = konsenzus všech účastníků	Nsuc = počet úspěšných účastníků
	CVPG = konsenzus skupin účastníků	Srel = relativní úspěšnost
	U <sub>AV</sub> = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)	

zkouška	[jednotka]	Srovnatelnost					Srovnatelnost								
		RoM	SD	CV [%]	N <sub>tot</sub>	N <sub>out</sub>	AV	U <sub>AV</sub>	D <sub>max</sub>	LL	UL	N <sub>eva</sub>	N <sub>suc</sub>	S <sub>rel</sub>	
<b>(280) IgE celkový</b>					150							150	149	99%	
Vzorok a skupiny	[kU/L]														
<b>Vzorek A</b>		161	15	9,0	150	CVP	161	2,9	25%	120	202	150	149	99%	
(1) Abbott		141	9,6	6,8	18	0						18			
(29) Siemens (Immolute)		165	17	10	26	0						26			
(58) Beckman Coulter (AU)		164	2,2	1,4	5	0						5			
(60) Roche		168	6,5	3,9	41	0						41			
(149) Siemens (Dade, BN, Dimension)		163	4,9	3,0	10	0						10			
(162) Siemens (Atellica)		166	5,6	3,4	8	0						8			
(166) Thermo Fisher		152	7,6	5,0	10	0						10			
(179) Siemens		175	19	11	8	0						8			
(999) jiný výrobce		172	15	8,6	6	0						6			
Ostatní					18	0						18			
							1x 5, 3x 12, 2x 15, 4x 25, 1x 36, 2x 75, 1x 91, 4x 178								
<b>Vzorek B</b>		315	28	9,0	150	CVP	315	5,6	25%	236	394	150	150	100%	
(1) Abbott		286	18	6,5	18	0						18			
(29) Siemens (Immolute)		314	32	10	26	0						26			
(58) Beckman Coulter (AU)		316	5,4	1,7	5	0						5			
(60) Roche		325	11	3,3	41	0						41			
(149) Siemens (Dade, BN, Dimension)		314	19	6,0	10	0						10			
(162) Siemens (Atellica)		342	9,6	2,8	8	0						8			
(166) Thermo Fisher		303	23	7,6	10	0						10			
(179) Siemens		346	11	3,2	8	0						8			
(999) jiný výrobce		329	35	11	6	0						6			
Ostatní					18	0						18			
							1x 5, 3x 12, 2x 15, 4x 25, 1x 36, 2x 75, 1x 91, 4x 178								

st\_kn\_p

Konec sestavy

Vytiskeno: 14.03.2022