

Cyklus EHK: AIH2/23 - Autoimunitní hepatopatie

Stop termín: 20.10.2023

Nastavení: skupiny - princip měření

AV = vztažná hodnota
 CVP = konsenzus všech účastníků
 >>> ... očekávaný výsledek
 > ... akceptovatelný výsledek
 ± ... nehodnocený výsledek

N_{tot} = celkový počet výsledků
 N_{rel} = relativní počet výsledků

N_{eva} = počet hodnocených výsledků
 N_{suc} = počet úspěšných výsledků
 S_{rel} = relativní úspěšnost

| Zkouška Vzorek Skupina | Četnosti výsledků | | | | Úspěšnost | | |
|------------------------------|-------------------|------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------|------------------|-------------------------|
| | AV | N _{tot} | N _{rel} [%] | Výsledek | N _{eva} | N _{suc} | S _{rel} [%] |
| (451) AMA | | 52 | | | 52 | 51 | 98 |
| Vzorek A | | 52 | | | 52 | 52 | 100 |
| (1) Fluorescenční metody | CVP >>> | 52 | 100 | Negativní | | | |
| Vzorek B | | 52 | | | 52 | 51 | 98 |
| (1) Fluorescenční metody | | 1 | 1,9 | Negativní | | | |
| | CVP >>> | 51 | 98 | Pozitivní | | | |
| (456) AMA-M2 | | 62 | | | 62 | 62 | 100 |
| Vzorek A | | 62 | | | 62 | 62 | 100 |
| (1) Fluorescenční metody | CVP >>> | 1 | 1,6 | Negativní | | | |
| (2) EIA metody | CVP >>> | 10 | 16 | Negativní | | | |
| (5) Imunobloting | CVP >>> | 51 | 82 | Negativní | | | |
| Vzorek B | | 62 | | | 62 | 62 | 100 |
| (1) Fluorescenční metody | CVP >>> | 1 | 1,6 | Pozitivní | | | |
| (2) EIA metody | CVP >>> | 10 | 16 | Pozitivní | | | |
| (5) Imunobloting | CVP >>> | 51 | 82 | Pozitivní | | | |
| (454) anti-gp210 | | 51 | | | 51 | 48 | 94 |
| Vzorek A | | 51 | | | 51 | 50 | 98 |
| (2) EIA metody | CVP >>> | 1 | 2 | Negativní | | | |
| (5) Imunobloting | CVP >>> | 49 | 96 | Negativní | | | |
| | | 1 | 2 | Neprůkazný výsledek (hraniční) | | | |
| Vzorek B | | 51 | | | 51 | 48 | 94 |
| (2) EIA metody | CVP >>> | 1 | 2 | Negativní | | | |
| (5) Imunobloting | CVP >>> | 47 | 92 | Negativní | | | |
| | | 3 | 5,9 | Neprůkazný výsledek (hraniční) | | | |
| (457) anti-LC-1 | | 59 | | | 59 | 59 | 100 |
| Vzorek A | | 59 | | | 59 | 59 | 100 |
| (2) EIA metody | CVP >>> | 4 | 6,8 | Negativní | | | |
| (5) Imunobloting | CVP >>> | 55 | 93 | Negativní | | | |
| Vzorek B | | 59 | | | 59 | 59 | 100 |
| (2) EIA metody | CVP >>> | 4 | 6,8 | Negativní | | | |
| (5) Imunobloting | CVP >>> | 55 | 93 | Negativní | | | |
| (452) anti-LKM | | 47 | | | 47 | 46 | 98 |
| Vzorek A | | 47 | | | 47 | 47 | 100 |
| (1) Fluorescenční metody | CVP >>> | 45 | 96 | Negativní | | | |
| (5) Imunobloting | CVP >>> | 2 | 4,3 | Negativní | | | |
| Vzorek B | | 47 | | | 47 | 46 | 98 |
| (1) Fluorescenční metody | CVP >>> | 44 | 94 | Negativní | | | |
| | | 1 | 2,1 | Neprůkazný výsledek (hraniční) | | | |
| (5) Imunobloting | CVP >>> | 2 | 4,3 | Negativní | | | |
| (455) anti-LKM1 | | 62 | | | 62 | 62 | 100 |
| Vzorek A | | 62 | | | 62 | 62 | 100 |
| (1) Fluorescenční metody | CVP >>> | 1 | 1,6 | Negativní | | | |
| (2) EIA metody | CVP >>> | 10 | 16 | Negativní | | | |
| (5) Imunobloting | CVP >>> | 51 | 82 | Negativní | | | |
| Vzorek B | | 62 | | | 62 | 62 | 100 |
| (1) Fluorescenční metody | CVP >>> | 1 | 1,6 | Negativní | | | |
| (2) EIA metody | CVP >>> | 10 | 16 | Negativní | | | |
| (5) Imunobloting | CVP >>> | 51 | 82 | Negativní | | | |
| (458) anti-SLA | | 61 | | | 61 | 61 | 100 |
| Vzorek A | | 61 | | | 61 | 61 | 100 |
| (2) EIA metody | CVP >>> | 8 | 13 | Negativní | | | |
| (5) Imunobloting | CVP >>> | 53 | 87 | Negativní | | | |
| Vzorek B | | 61 | | | 61 | 61 | 100 |
| (2) EIA metody | CVP >>> | 8 | 13 | Negativní | | | |
| (5) Imunobloting | CVP >>> | 53 | 87 | Negativní | | | |
| (459) anti-sp100 | | 51 | | | 51 | 43 | 84 |
| Vzorek A | | 51 | | | 51 | 43 | 84 |
| (2) EIA metody | | 1 | 2 | Negativní | | | |
| (5) Imunobloting | | 3 | 5,9 | Negativní | | | |
| | | 4 | 7,8 | Neprůkazný výsledek (hraniční) | | | |
| | CVP >>> | 43 | 84 | Pozitivní | | | |
| Vzorek B | | 51 | | | 51 | 51 | 100 |
| (2) EIA metody | CVP >>> | 1 | 2 | Pozitivní | | | |
| (5) Imunobloting | CVP >>> | 50 | 98 | Pozitivní | | | |

Cyklus EHK: AIH2/23 - Autoimunitní hepatopatie

Stop termín: 20.10.2023

Nastavení: skupiny - princip měření

| Zkouška Vzorek Skupina | Četnosti výsledků | | | | Úspěšnost | | |
|------------------------------|-------------------|------------------|-------------------------|-----------|------------------|------------------|-------------------------|
| | AV | N _{tot} | N _{rel} [%] | Výsledek | N _{eva} | N _{suc} | S _{rel} [%] |
| (453) SMA | | 54 | | | 54 | 54 | 100 |
| Vzorek A | | 54 | | | 54 | 54 | 100 |
| (1) Fluorescenční metody | CVP >>> | 53 | 98 | Negativní | | | |
| (5) Imunobloting | CVP >>> | 1 | 1,9 | Negativní | | | |
| Vzorek B | | 54 | | | 54 | 54 | 100 |
| (1) Fluorescenční metody | CVP >>> | 53 | 98 | Negativní | | | |
| (5) Imunobloting | CVP >>> | 1 | 1,9 | Negativní | | | |