

Cyklus EHK: AIH2/23 - Autoimunitní hepatopatie

Stop termín: 20.10.2023

Nastavení: skupiny - výrobce reagensů

AV = vztažná hodnota
 CVP = konsenzus všech účastníků
 >>> ... očekávaný výsledek
 > ... akceptovatelný výsledek
 ± ... nehodnocený výsledek

N_{tot} = celkový počet výsledků
 N_{rel} = relativní počet výsledků

N_{eva} = počet hodnocených výsledků
 N_{suc} = počet úspěšných výsledků
 S_{rel} = relativní úspěšnost

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků				Úspěšnost		
	AV	N _{tot}	N _{rel} [%]	Výsledek	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]
(451) AMA		52			52	51	98
Vzorek A		52			52	52	100
(52) Dynex	CVP >>>	1	1,9	Negativní			
(87) Euroimmun	CVP >>>	28	54	Negativní			
(115) BioSystems	CVP >>>	5	9,6	Negativní			
(142) Immco Diagnostics	CVP >>>	1	1,9	Negativní			
(148) Aesku.lab Diagnostika	CVP >>>	2	3,8	Negativní			
(211) INOVA Diagnostics	CVP >>>	14	27	Negativní			
(999) jiný výrobce	CVP >>>	1	1,9	Negativní			
Vzorek B		52			52	51	98
(52) Dynex		1	1,9	Negativní			
(87) Euroimmun	CVP >>>	28	54	Pozitivní			
(115) BioSystems	CVP >>>	5	9,6	Pozitivní			
(142) Immco Diagnostics	CVP >>>	1	1,9	Pozitivní			
(148) Aesku.lab Diagnostika	CVP >>>	2	3,8	Pozitivní			
(211) INOVA Diagnostics	CVP >>>	14	27	Pozitivní			
(999) jiný výrobce	CVP >>>	1	1,9	Pozitivní			
(456) AMA-M2		62			62	62	100
Vzorek A		62			62	62	100
(2) GA Generic Assays	CVP >>>	3	4,8	Negativní			
(49) BioVendor	CVP >>>	1	1,6	Negativní			
(52) Dynex	CVP >>>	2	3,2	Negativní			
(87) Euroimmun	CVP >>>	30	48	Negativní			
(135) OrgenTec	CVP >>>	5	8,1	Negativní			
(148) Aesku.lab Diagnostika	CVP >>>	1	1,6	Negativní			
(166) Thermo Fisher	CVP >>>	3	4,8	Negativní			
(191) D-tek	CVP >>>	14	23	Negativní			
(999) jiný výrobce	CVP >>>	3	4,8	Negativní			
Vzorek B		62			62	62	100
(2) GA Generic Assays	CVP >>>	3	4,8	Pozitivní			
(49) BioVendor	CVP >>>	1	1,6	Pozitivní			
(52) Dynex	CVP >>>	2	3,2	Pozitivní			
(87) Euroimmun	CVP >>>	30	48	Pozitivní			
(135) OrgenTec	CVP >>>	5	8,1	Pozitivní			
(148) Aesku.lab Diagnostika	CVP >>>	1	1,6	Pozitivní			
(166) Thermo Fisher	CVP >>>	3	4,8	Pozitivní			
(191) D-tek	CVP >>>	14	23	Pozitivní			
(999) jiný výrobce	CVP >>>	3	4,8	Pozitivní			
(454) anti-gp210		51			51	48	94
Vzorek A		51			51	50	98
(2) GA Generic Assays	CVP >>>	3	5,9	Negativní			
(49) BioVendor	CVP >>>	1	2	Negativní			
(52) Dynex	CVP >>>	2	3,9	Negativní			
(87) Euroimmun	CVP >>>	28	55	Negativní			
		1	2	Neprůkazný výsledek (hraniční)			
(135) OrgenTec	CVP >>>	3	5,9	Negativní			
(191) D-tek	CVP >>>	11	22	Negativní			
(999) jiný výrobce	CVP >>>	2	3,9	Negativní			
Vzorek B		51			51	48	94
(2) GA Generic Assays	CVP >>>	3	5,9	Negativní			
(49) BioVendor	CVP >>>	1	2	Negativní			
(52) Dynex	CVP >>>	1	2	Negativní			
		1	2	Neprůkazný výsledek (hraniční)			
(87) Euroimmun	CVP >>>	27	53	Negativní			
		2	3,9	Neprůkazný výsledek (hraniční)			
(135) OrgenTec	CVP >>>	3	5,9	Negativní			
(191) D-tek	CVP >>>	11	22	Negativní			
(999) jiný výrobce	CVP >>>	2	3,9	Negativní			
(457) anti-LC-1		59			59	59	100
Vzorek A		59			59	59	100
(2) GA Generic Assays	CVP >>>	3	5,1	Negativní			
(49) BioVendor	CVP >>>	1	1,7	Negativní			
(52) Dynex	CVP >>>	2	3,4	Negativní			
(87) Euroimmun	CVP >>>	33	56	Negativní			

Cyklus EHK: AIH2/23 - Autoimunitní hepatopatie

Stop termín: 20.10.2023

Nastavení: skupiny - výrobce reagentů

Zkouška Vzorek Skupina	AV	N _{tot}	N _{rel} [%]	Výsledek	Úspěšnost		
					N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]
(135) OrgenTec	CVP >>>	2	3,4	Negativní			
(148) Aesku.lab Diagnostika	CVP >>>	2	3,4	Negativní			
(191) D-tek	CVP >>>	14	24	Negativní			
(999) jiný výrobce	CVP >>>	2	3,4	Negativní			
Vzorek B		59			59	59	100
(2) GA Generic Assays	CVP >>>	3	5,1	Negativní			
(49) BioVendor	CVP >>>	1	1,7	Negativní			
(52) Dynex	CVP >>>	2	3,4	Negativní			
(87) Euroimmun	CVP >>>	33	56	Negativní			
(135) OrgenTec	CVP >>>	2	3,4	Negativní			
(148) Aesku.lab Diagnostika	CVP >>>	2	3,4	Negativní			
(191) D-tek	CVP >>>	14	24	Negativní			
(999) jiný výrobce	CVP >>>	2	3,4	Negativní			
(452) anti-LKM		47			47	46	98
Vzorek A		47			47	47	100
(87) Euroimmun	CVP >>>	24	51	Negativní			
(115) BioSystems	CVP >>>	5	11	Negativní			
(135) OrgenTec	CVP >>>	1	2,1	Negativní			
(148) Aesku.lab Diagnostika	CVP >>>	1	2,1	Negativní			
(211) INOVA Diagnostics	CVP >>>	15	32	Negativní			
(998) vlastní výroba	CVP >>>	1	2,1	Negativní			
Vzorek B		47			47	46	98
(87) Euroimmun	CVP >>>	23	49	Negativní			
		1	2,1	Neprůkazný výsledek (hraniční)			
(115) BioSystems	CVP >>>	5	11	Negativní			
(135) OrgenTec	CVP >>>	1	2,1	Negativní			
(148) Aesku.lab Diagnostika	CVP >>>	1	2,1	Negativní			
(211) INOVA Diagnostics	CVP >>>	15	32	Negativní			
(998) vlastní výroba	CVP >>>	1	2,1	Negativní			
(455) anti-LKM1		62			62	62	100
Vzorek A		62			62	62	100
(2) GA Generic Assays	CVP >>>	3	4,8	Negativní			
(49) BioVendor	CVP >>>	1	1,6	Negativní			
(52) Dynex	CVP >>>	2	3,2	Negativní			
(87) Euroimmun	CVP >>>	30	48	Negativní			
(135) OrgenTec	CVP >>>	5	8,1	Negativní			
(148) Aesku.lab Diagnostika	CVP >>>	2	3,2	Negativní			
(166) Thermo Fisher	CVP >>>	1	1,6	Negativní			
(191) D-tek	CVP >>>	14	23	Negativní			
(211) INOVA Diagnostics	CVP >>>	1	1,6	Negativní			
(999) jiný výrobce	CVP >>>	3	4,8	Negativní			
Vzorek B		62			62	62	100
(2) GA Generic Assays	CVP >>>	3	4,8	Negativní			
(49) BioVendor	CVP >>>	1	1,6	Negativní			
(52) Dynex	CVP >>>	2	3,2	Negativní			
(87) Euroimmun	CVP >>>	30	48	Negativní			
(135) OrgenTec	CVP >>>	5	8,1	Negativní			
(148) Aesku.lab Diagnostika	CVP >>>	2	3,2	Negativní			
(166) Thermo Fisher	CVP >>>	1	1,6	Negativní			
(191) D-tek	CVP >>>	14	23	Negativní			
(211) INOVA Diagnostics	CVP >>>	1	1,6	Negativní			
(999) jiný výrobce	CVP >>>	3	4,8	Negativní			
(458) anti-SLA		61			61	61	100
Vzorek A		61			61	61	100
(2) GA Generic Assays	CVP >>>	3	4,9	Negativní			
(49) BioVendor	CVP >>>	1	1,6	Negativní			
(52) Dynex	CVP >>>	2	3,3	Negativní			
(87) Euroimmun	CVP >>>	31	51	Negativní			
(135) OrgenTec	CVP >>>	5	8,2	Negativní			
(147) AIDA	CVP >>>	1	1,6	Negativní			
(148) Aesku.lab Diagnostika	CVP >>>	2	3,3	Negativní			
(191) D-tek	CVP >>>	14	23	Negativní			
(999) jiný výrobce	CVP >>>	2	3,3	Negativní			
Vzorek B		61			61	61	100
(2) GA Generic Assays	CVP >>>	3	4,9	Negativní			
(49) BioVendor	CVP >>>	1	1,6	Negativní			
(52) Dynex	CVP >>>	2	3,3	Negativní			
(87) Euroimmun	CVP >>>	31	51	Negativní			
(135) OrgenTec	CVP >>>	5	8,2	Negativní			

Cyklus EHK: AIH2/23 - Autoimunitní hepatopatie

Stop termín: 20.10.2023

Nastavení: skupiny - výrobce reagensů

Zkouška Vzorek Skupina	AV	N _{tot}	Četnosti výsledků		Výsledek	Úspěšnost		
			N _{rel} [%]			N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]
(147) AIDA	CVP >>>	1	1,6		Negativní			
(148) Aesku.lab Diagnostika	CVP >>>	2	3,3		Negativní			
(191) D-tek	CVP >>>	14	23		Negativní			
(999) jiný výrobce	CVP >>>	2	3,3		Negativní			
(459) anti-sp100		51				51	43	84
Vzorek A		51				51	43	84
(2) GA Generic Assays	CVP >>>	3	5,9		Pozitivní			
(49) BioVendor	CVP >>>	1	2		Pozitivní			
(52) Dynex	CVP >>>	2	3,9		Pozitivní			
(87) Euroimmun		1	2		Negativní			
	CVP >>>	28	55		Pozitivní			
(135) OrgenTec		2	3,9		Negativní			
	CVP >>>	1	2		Pozitivní			
(191) D-tek		1	2		Negativní			
		4	7,8		Neprůkazný výsledek (hraniční)			
	CVP >>>	6	12		Pozitivní			
(999) jiný výrobce	CVP >>>	2	3,9		Pozitivní			
Vzorek B		51				51	51	100
(2) GA Generic Assays	CVP >>>	3	5,9		Pozitivní			
(49) BioVendor	CVP >>>	1	2		Pozitivní			
(52) Dynex	CVP >>>	2	3,9		Pozitivní			
(87) Euroimmun	CVP >>>	29	57		Pozitivní			
(135) OrgenTec	CVP >>>	3	5,9		Pozitivní			
(191) D-tek	CVP >>>	11	22		Pozitivní			
(999) jiný výrobce	CVP >>>	2	3,9		Pozitivní			
(453) SMA		54				54	54	100
Vzorek A		54				54	54	100
(87) Euroimmun	CVP >>>	30	56		Negativní			
(115) BioSystems	CVP >>>	5	9,3		Negativní			
(148) Aesku.lab Diagnostika	CVP >>>	1	1,9		Negativní			
(191) D-tek	CVP >>>	1	1,9		Negativní			
(211) INOVA Diagnostics	CVP >>>	15	28		Negativní			
(998) vlastní výroba	CVP >>>	1	1,9		Negativní			
(999) jiný výrobce	CVP >>>	1	1,9		Negativní			
Vzorek B		54				54	54	100
(87) Euroimmun	CVP >>>	30	56		Negativní			
(115) BioSystems	CVP >>>	5	9,3		Negativní			
(148) Aesku.lab Diagnostika	CVP >>>	1	1,9		Negativní			
(191) D-tek	CVP >>>	1	1,9		Negativní			
(211) INOVA Diagnostics	CVP >>>	15	28		Negativní			
(998) vlastní výroba	CVP >>>	1	1,9		Negativní			
(999) jiný výrobce	CVP >>>	1	1,9		Negativní			