

Cyklus EHK: AIM2/23 - Autoimunita

Stop termín: 2.10.2023

Nastavení: všechna data

AV = vztažná hodnota
 CVP = konsenzus všech účastníků
 >>> ... očekávaný výsledek
 > ... akceptovatelný výsledek
 ± ... nehodnocený výsledek

N_{tot} = celkový počet výsledků
 N_{rel} = relativní počet výsledků

N_{eva} = počet hodnocených výsledků
 N_{suc} = počet úspěšných výsledků
 S_{rel} = relativní úspěšnost

| Zkouška Vzorek Skupina | Četnosti výsledků | | | | Úspěšnost | | |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------------|-------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------|
| | AV | N _{tot} | N _{rel} [%] | Výsledek | N _{eva} | N _{suc} | S _{rel} [%] |
| Sada 1 | | | | | | | |
| (560) ANA screening (protilátky proti jádru buňky) - průkaz | | 78 | | | 78 | 77 | 99 |
| Vzorek A1 | | 78 | | | 78 | 78 | 100 |
| Všechny výsledky | CVP >>> | 78 | 100 | Pozitivní | | | |
| Vzorek B1 | | 78 | | | 78 | 77 | 99 |
| Všechny výsledky | CVP >>> | 77 | 99 | Negativní | | | |
| | | 1 | 1,3 | Pozitivní | | | |
| (572) ANA screening (protilátky proti jádru buňky) - semikvantita | | 67 | | | 0 | | |
| Vzorek A1 | | 67 | | | 0 | | |
| Všechny výsledky | ± | 2 | 3 | titr 40 | | | |
| | ± | 1 | 1,5 | titr 320 | | | |
| | ± | 8 | 12 | titr 640 | | | |
| | ± | 39 | 58 | titr 1280 | | | |
| | ± | 17 | 25 | titr 2560 | | | |
| Vzorek B1 | | 67 | | | 0 | | |
| Všechny výsledky | ± | 52 | 78 | titr 0 (neměřitelný) | | | |
| | ± | 10 | 15 | titr 40 | | | |
| | ± | 4 | 6 | titr 80 | | | |
| | ± | 1 | 1,5 | titr 160 | | | |
| (561) ANA - typ fluorescence jádra | | 71 | | | 71 | 69 | 97 |
| Vzorek A1 | | 71 | | | 71 | 71 | 100 |
| Všechny výsledky | CVP >>> | 69 | 97 | Hrubě nebo jemně zrnitý | | | |
| | > | 2 | 2,8 | Hrubě nebo jemně zrnitý; Nukleární matrix | | | |
| Vzorek B1 | | 71 | | | 71 | 69 | 97 |
| Všechny výsledky | | 1 | 1,4 | Neuvedeno | | | |
| | CVP >>> | 69 | 97 | Žádná fluorescence | | | |
| | | 1 | 1,4 | Hrubě nebo jemně zrnitý | | | |
| (563) ANA screening (protilátky proti cytoplasmě) - průkaz | | 70 | | | 70 | 64 | 91 |
| Vzorek A1 | | 70 | | | 70 | 65 | 93 |
| Všechny výsledky | CVP >>> | 65 | 93 | Negativní | | | |
| | | 2 | 2,9 | Neprůkazný výsledek (hraniční) | | | |
| | | 3 | 4,3 | Pozitivní | | | |
| Vzorek B1 | | 70 | | | 70 | 69 | 99 |
| Všechny výsledky | CVP >>> | 69 | 99 | Negativní | | | |
| | | 1 | 1,4 | Pozitivní | | | |
| (573) ANA screening (protilátky proti cytoplasmě) - semikvantita | | 65 | | | 0 | | |
| Vzorek A1 | | 65 | | | 0 | | |
| Všechny výsledky | ± | 47 | 72 | titr 0 (neměřitelný) | | | |
| | ± | 10 | 15 | titr 40 | | | |
| | ± | 7 | 11 | titr 80 | | | |
| | ± | 1 | 1,5 | titr 160 | | | |
| Vzorek B1 | | 65 | | | 0 | | |
| Všechny výsledky | ± | 1 | 1,5 | Neuvedeno | | | |
| | ± | 50 | 77 | titr 0 (neměřitelný) | | | |
| | ± | 10 | 15 | titr 40 | | | |
| | ± | 4 | 6,2 | titr 80 | | | |
| (564) ANA - typ fluorescence cytoplazmy | | 69 | | | 69 | 63 | 91 |
| Vzorek A1 | | 69 | | | 69 | 64 | 93 |
| Všechny výsledky | CVP >>> | 64 | 93 | Žádná fluorescence | | | |
| | | 4 | 5,8 | Jemně zrnitá cytoplazma | | | |
| | | 1 | 1,4 | Difúzní cytoplazmatický obraz | | | |
| Vzorek B1 | | 69 | | | 69 | 68 | 99 |
| Všechny výsledky | CVP >>> | 68 | 99 | Žádná fluorescence | | | |
| | | 1 | 1,4 | Difúzní cytoplazmatický obraz | | | |
| Sada 2 | | | | | | | |
| (565) ANCA imunofluorescence - průkaz | | 65 | | | 65 | 65 | 100 |
| Vzorek A2 | | 65 | | | 65 | 65 | 100 |
| Všechny výsledky | CVP >>> | 65 | 100 | Negativní | | | |

Cyklus EHK: AIM2/23 - Autoimunita

Stop termín: 2.10.2023

Nastavení: všechna data

| Zkouška Vzorek Skupina | AV | N _{tot} | N _{rel} [%] | Výsledek | Úspěšnost | | | |
|------------------------------------------------|---------|------------------|-------------------------|----------------------------|------------------|------------------|-------------------------|-----|
| | | | | | N _{eva} | N _{suc} | S _{rel} [%] | |
| Vzorek B2 | | 65 | | | | 65 | 65 | 100 |
| Všechny výsledky | CVP >>> | 65 | 100 | Pozitivní | | | | |
| (574) ANCA IF (etanol) - semikvantita | | 55 | | | | 0 | | |
| Vzorek A2 | | 55 | | | | 0 | | |
| Všechny výsledky | | ± 45 | 82 | titr 0 (neměřitelný) | | | | |
| | | ± 9 | 16 | titr 20 | | | | |
| | | ± 1 | 1,8 | titr 40 | | | | |
| Vzorek B2 | | 55 | | | | 0 | | |
| Všechny výsledky | | ± 3 | 5,5 | titr 20 | | | | |
| | | ± 1 | 1,8 | titr 40 | | | | |
| | | ± 3 | 5,5 | titr 80 | | | | |
| | | ± 6 | 11 | titr 160 | | | | |
| | | ± 12 | 22 | titr 320 | | | | |
| | | ± 19 | 35 | titr 640 | | | | |
| | | ± 8 | 15 | titr 1280 | | | | |
| | | ± 3 | 5,5 | titr 2560 | | | | |
| (578) ANCA IF (formalín) - semikvantita | | 51 | | | | 0 | | |
| Vzorek A2 | | 51 | | | | 0 | | |
| Všechny výsledky | | ± 43 | 84 | titr 0 (neměřitelný) | | | | |
| | | ± 7 | 14 | titr 20 | | | | |
| | | ± 1 | 2 | titr 40 | | | | |
| Vzorek B2 | | 51 | | | | 0 | | |
| Všechny výsledky | | ± 2 | 3,9 | titr 20 | | | | |
| | | ± 4 | 7,8 | titr 40 | | | | |
| | | ± 4 | 7,8 | titr 80 | | | | |
| | | ± 9 | 18 | titr 160 | | | | |
| | | ± 14 | 27 | titr 320 | | | | |
| | | ± 13 | 25 | titr 640 | | | | |
| | | ± 2 | 3,9 | titr 1280 | | | | |
| | | ± 3 | 5,9 | titr 2560 | | | | |
| (566) ANCA - typ fluorescence | | 63 | | | | 63 | 60 | 95 |
| Vzorek A2 | | 63 | | | | 63 | 62 | 98 |
| Všechny výsledky | CVP >>> | 62 | 98 | Žádná fluorescence | | | | |
| | | 1 | 1,6 | NSA (atypická ANCA) | | | | |
| Vzorek B2 | | 63 | | | | 63 | 61 | 97 |
| Všechny výsledky | CVP >>> | 61 | 97 | pANCA (perinukleární) | | | | |
| | | 2 | 3,2 | pANCA (perinukleární); ANA | | | | |
| (569) anti-myeloperoxidáza | | 73 | | | | 73 | 72 | 99 |
| Vzorek A2 | | 73 | | | | 73 | 72 | 99 |
| Všechny výsledky | CVP >>> | 72 | 99 | Negativní | | | | |
| | | 1 | 1,4 | Pozitivní | | | | |
| Vzorek B2 | | 73 | | | | 73 | 73 | 100 |
| Všechny výsledky | CVP >>> | 73 | 100 | Pozitivní | | | | |
| (570) anti-proteináza III | | 73 | | | | 73 | 73 | 100 |
| Vzorek A2 | | 73 | | | | 73 | 73 | 100 |
| Všechny výsledky | CVP >>> | 73 | 100 | Negativní | | | | |
| Vzorek B2 | | 73 | | | | 73 | 73 | 100 |
| Všechny výsledky | CVP >>> | 73 | 100 | Negativní | | | | |
| Sada 3 | | | | | | | | |
| (585) anti-centromery | | 75 | | | | 75 | 74 | 99 |
| Vzorek A3 | | 75 | | | | 75 | 75 | 100 |
| Všechny výsledky | CVP >>> | 75 | 100 | Negativní | | | | |
| Vzorek B3 | | 75 | | | | 75 | 74 | 99 |
| Všechny výsledky | CVP >>> | 74 | 99 | Negativní | | | | |
| | | 1 | 1,3 | Pozitivní | | | | |
| (584) anti-ENA, antigen Jo-1 | | 78 | | | | 78 | 78 | 100 |
| Vzorek A3 | | 78 | | | | 78 | 78 | 100 |
| Všechny výsledky | CVP >>> | 78 | 100 | Negativní | | | | |
| Vzorek B3 | | 78 | | | | 78 | 78 | 100 |
| Všechny výsledky | CVP >>> | 78 | 100 | Negativní | | | | |
| (583) anti-ENA, antigen RNP | | 78 | | | | 78 | 78 | 100 |
| Vzorek A3 | | 78 | | | | 78 | 78 | 100 |
| Všechny výsledky | CVP >>> | 78 | 100 | Negativní | | | | |
| Vzorek B3 | | 78 | | | | 78 | 78 | 100 |
| Všechny výsledky | CVP >>> | 78 | 100 | Negativní | | | | |
| (582) anti-ENA, antigen Scl-70 | | 79 | | | | 79 | 78 | 99 |
| Vzorek A3 | | 79 | | | | 79 | 79 | 100 |
| Všechny výsledky | CVP >>> | 79 | 100 | Negativní | | | | |

Cyklus EHK: AIM2/23 - Autoimunita

Stop termín: 2.10.2023

Nastavení: všechna data

| Zkouška Vzorek Skupina | AV | N _{tot} | N _{rel} [%] | Četnosti výsledků Výsledek | Úspěšnost | | | |
|----------------------------------------------------------|---------|------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|-------------------------|-----|
| | | | | | N _{eva} | N _{suc} | S _{rel} [%] | |
| Vzorek B3 | | 79 | | | | 79 | 78 | 99 |
| Všechny výsledky | CVP >>> | 78 | 99 | Negativní | | | | |
| | | 1 | 1,3 | Pozitivní | | | | |
| (580) anti-ENA, antigen SS-A/Ro-60 | | 79 | | | | 79 | 79 | 100 |
| Vzorek A3 | | 79 | | | | 79 | 79 | 100 |
| Všechny výsledky | CVP >>> | 79 | 100 | Negativní | | | | |
| Vzorek B3 | | 79 | | | | 79 | 79 | 100 |
| Všechny výsledky | CVP >>> | 79 | 100 | Pozitivní | | | | |
| (581) anti-ENA, antigen SS-B/La | | 79 | | | | 79 | 79 | 100 |
| Vzorek A3 | | 79 | | | | 79 | 79 | 100 |
| Všechny výsledky | CVP >>> | 79 | 100 | Negativní | | | | |
| Vzorek B3 | | 79 | | | | 79 | 79 | 100 |
| Všechny výsledky | CVP >>> | 79 | 100 | Pozitivní | | | | |
| Sada 4 | | | | | | | | |
| (588) anti-dsDNA imunofluorescence - průkaz | | 57 | | | | 57 | 57 | 100 |
| Vzorek A4 | | 57 | | | | 57 | 57 | 100 |
| Všechny výsledky | CVP >>> | 57 | 100 | Pozitivní | | | | |
| Vzorek B4 | | 57 | | | | 57 | 57 | 100 |
| Všechny výsledky | CVP >>> | 57 | 100 | Negativní | | | | |
| (577) anti-dsDNA imunofluorescence - semikvantita | | 51 | | | | 0 | | |
| Vzorek A4 | | 51 | | | | 0 | | |
| Všechny výsledky | | ± 1 | 2 | titr 10 | | | | |
| | | ± 1 | 2 | titr 40 | | | | |
| | | ± 3 | 5,9 | titr 80 | | | | |
| | | ± 1 | 2 | titr 160 | | | | |
| | | ± 11 | 22 | titr 320 | | | | |
| | | ± 16 | 31 | titr 640 | | | | |
| | | ± 15 | 29 | titr 1280 | | | | |
| | | ± 3 | 5,9 | titr 2560 | | | | |
| Vzorek B4 | | 51 | | | | 0 | | |
| Všechny výsledky | | ± 1 | 2 | Neuvedeno | | | | |
| | | ± 41 | 80 | titr 0 (neměřitelný) | | | | |
| | | ± 9 | 18 | titr 10 | | | | |
| (589) anti-dsDNA jiné metody | | 63 | | | | 63 | 62 | 98 |
| Vzorek A4 | | 63 | | | | 63 | 62 | 98 |
| Všechny výsledky | | 1 | 1,6 | Negativní | | | | |
| | CVP >>> | 62 | 98 | Pozitivní | | | | |
| Vzorek B4 | | 63 | | | | 63 | 62 | 98 |
| Všechny výsledky | CVP >>> | 62 | 98 | Negativní | | | | |
| | | 1 | 1,6 | Pozitivní | | | | |
| Sada 5 | | | | | | | | |
| (591) anti-nukleosomy IgG | | 54 | | | | 54 | 54 | 100 |
| Vzorek A5 | | 54 | | | | 54 | 54 | 100 |
| Všechny výsledky | CVP >>> | 54 | 100 | Pozitivní | | | | |
| Vzorek B5 | | 54 | | | | 54 | 54 | 100 |
| Všechny výsledky | CVP >>> | 54 | 100 | Negativní | | | | |