

Cyklus EHK: AKS2/23 - Analyty krevního séra

Stop termín: 7.4.2023

Nastavení: skupiny - princip měření; Slovensko; minimální četnost skupin n = 5

Zkouška Vzorek Skupina	[jednotka]	RoM	SD	CV [%]	N _{tot}	N _{out}	Srovnatelnost					Návaznost								
							AV	U _{AV}	D _{max}	LL	UL	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]	AV	U _{AV}	D _{max}	LL	UL	N _{eva}
(6) Železo celkové	[μmol/L]				60							60	59	98						0
Vzorek A		39,8	1,1	2,6	60		CVP	40	0,15	15%	34	46	60	59	98					0
(2) Metoda s ferrozinem/ferenem		39,7	1,1	2,9	45	0							45							
(4) Metoda s TPTZ		40	0,91	2,3	15	0							15							
Vzorek B		23,7	0,74	3,1	60		CVP	23,8	0,1	15%	20,2	27,4	60	59	98					0
(2) Metoda s ferrozinem/ferenem		23,8	0,84	3,5	45	0							45							
(4) Metoda s TPTZ		23,6	0,48	2	15	0							15							