

## Cyklus EHK: AKS3/23 - Analyty krevního séra

Nastavení: skupiny - výrobce reagentů; minimální četnost skupin n = 5

RoM = robustní průměr	AV = vztažná hodnota	D <sub>max</sub> = přijatelný rozdíl
SD = směrodatná odchylka	CRV = certifikovaná referenční hodnota	LL = dolní mez
CV = variační koeficient	CVP = konsenzus všech účastníků	UL = horní mez
N <sub>tot</sub> = celkový počet výsledků	CVPG = konsenzus skupin účastníků	N <sub>eva</sub> = počet hodnocených výsledků
N <sub>out</sub> = počet výsledků vyloučených před výpočtem	U <sub>AV</sub> = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)	N <sub>suc</sub> = počet úspěšných výsledků
		S <sub>rel</sub> = relativní úspěšnost

Zkouška Vzorek Skupina	[jednotka]	RoM	SD	CV [%]	N <sub>tot</sub>	N <sub>out</sub>	Srovnatelnost					Návaznost								
							AV	U <sub>AV</sub>	D <sub>max</sub>	LL	UL	N <sub>eva</sub>	N <sub>suc</sub>	S <sub>rel</sub> [%]	AV	U <sub>AV</sub>	D <sub>max</sub>	LL	UL	N <sub>eva</sub>
<b>(22) α-amyláza</b>	[μkat/L]				136							0						134	130	97
<b>Vzorek A</b>		0,786	0,03	3,8	136							0						134	132	99
(1) Abbott		0,774	0,014	1,8	25	0								CRV	0,843	0,025	15%	0,716	0,97	25
(46) Erba Lachema		0,745	0,033	4,4	10	0								CRV	0,843	0,025	15%	0,716	0,97	10
(58) Beckman Coulter (AU)		0,819	0,014	1,7	19	0								CRV	0,843	0,025	15%	0,716	0,97	19
(60) Roche		0,779	0,021	2,6	62	0								CRV	0,843	0,025	15%	0,716	0,97	62
(162) Siemens (Atellica)		0,855	0,022	2,6	8	0								CRV	0,843	0,025	15%	0,716	0,97	8
Ostatní					12	0						0								10
							2x 149											1x 12, 1x 49, 2x 149, 4x 177, 1x 178, 3x 179		
<b>Vzorek B</b>		1,95	0,082	4,2	136							0						134	132	99
(1) Abbott		1,96	0,052	2,6	25	0								CRV	2,06	0,056	15%	1,75	2,37	25
(46) Erba Lachema		1,89	0,12	6,1	10	0								CRV	2,06	0,056	15%	1,75	2,37	10
(58) Beckman Coulter (AU)		2,02	0,039	1,9	19	0								CRV	2,06	0,056	15%	1,75	2,37	19
(60) Roche		1,9	0,047	2,5	62	0								CRV	2,06	0,056	15%	1,75	2,37	62
(162) Siemens (Atellica)		2,11	0,059	2,8	8	0								CRV	2,06	0,056	15%	1,75	2,37	8
Ostatní					12	0						0								10
							2x 149											1x 12, 1x 49, 2x 149, 4x 177, 1x 178, 3x 179		
<b>(35) α-amyláza pankreatická</b>	[μkat/L]				60							60	57	95						0
<b>Vzorek A</b>		0,414	0,018	4,3	60		CVP	0,414	0,006	18%	0,339	0,489	60	58	97					0
(1) Abbott		0,399	0,015	3,7	13	0							13							
(46) Erba Lachema		0,415	0,022	5,3	6	0							6							
(60) Roche		0,422	0,01	2,3	27	0							27							
Ostatní					14	0							14							
							3x 58, 4x 116, 4x 162, 1x 178, 2x 179													
<b>Vzorek B</b>		1,26	0,033	2,6	60		CVP	1,26	0,01	18%	1,03	1,49	60	59	98					0
(1) Abbott		1,23	0,022	1,8	13	0							13							
(46) Erba Lachema		1,33	0,082	6,2	6	0							6							
(60) Roche		1,27	0,017	1,3	27	0							27							
Ostatní					14	0							14							
							3x 58, 4x 116, 4x 162, 1x 178, 2x 179													
<b>(32) γ-globulin (elfo)</b>	[-]				37								37	35	95					0
<b>Vzorek A</b>		0,128	0,017	13	37		CVP	0,128	0,007	30%	0,089	0,167	37	35	95					0
(34) Sebia		0,131	0,019	14	29	0							29							
(213) Interlab Srl		0,121	0,01	8,6	8	0							8							
<b>Vzorek B</b>		0,134	0,013	9,6	37		CVP	0,134	0,005	30%	0,093	0,175	37	36	97					0
(34) Sebia		0,131	0,011	8,4	29	0							29							
(213) Interlab Srl		0,141	0,013	9,4	8	0							8							
<b>(10) Albumin</b>	[g/L]				141								141	135	96					0
<b>Vzorek A</b>		31,6	1,3	4,2	141		CVP	31,6	0,27	10%	28,4	34,8	141	137	97					0
(1) Abbott		30,7	0,76	2,5	28	0							28							



## Cyklus EHK: AKS3/23 - Analyty krevního séra

Stop termín: 28.7.2023

Nastavení: skupiny - výrobce reagentů; minimální četnost skupin n = 5

Zkouška Vzorek Skupina	[jednotka]	RoM	SD	CV [%]	N <sub>tot</sub>	N <sub>out</sub>	Srovnatelnost					Návaznost									
							AV	U <sub>AV</sub>	D <sub>max</sub>	LL	UL	N <sub>eva</sub>	N <sub>suc</sub>	S <sub>rel</sub> [%]	AV	U <sub>AV</sub>	D <sub>max</sub>	LL	UL	N <sub>eva</sub>	N <sub>suc</sub>
(162) Siemens (Atellica)		0,76	0,03	3,9	9	0												9			
Ostatní					11	0												11			
													1x 12, 2x 149, 4x 177, 1x 178, 3x 179								
<b>Vzorek B</b>		2,62	0,15	5,6	144						0		CRV	2,716	0,06	15%	2,3	3,13	144	143	99
(1) Abbott		2,72	0,12	4,5	29	0													29		
(46) Erba Lachema		2,83	0,12	4,2	7	0													7		
(58) Beckman Coulter (AU)		2,64	0,06	2,3	18	0													18		
(60) Roche		2,54	0,097	3,8	70	0													70		
(162) Siemens (Atellica)		2,73	0,052	1,9	9	0													9		
Ostatní					11	0													11		
													1x 12, 2x 149, 4x 177, 1x 178, 3x 179								
<b>(23) AST</b>	[μkat/L]				144						0								144	138	96
<b>Vzorek A</b>		1	0,045	4,5	144						0		CRV	0,976	0,026	15%	0,829	1,13	144	144	100
(1) Abbott		1,03	0,03	2,9	29	0													29		
(46) Erba Lachema		1,01	0,03	2,9	7	0													7		
(58) Beckman Coulter (AU)		1,05	0,047	4,5	18	0													18		
(60) Roche		0,974	0,034	3,5	70	0													70		
(162) Siemens (Atellica)		1,01	0,015	1,5	9	0													9		
Ostatní					11	0													11		
													1x 12, 2x 149, 4x 177, 1x 178, 3x 179								
<b>Vzorek B</b>		3,16	0,14	4,5	144						0		CRV	3,141	0,069	15%	2,66	3,62	144	138	96
(1) Abbott		3,25	0,11	3,2	29	0													29		
(46) Erba Lachema		3,18	0,059	1,9	7	0													7		
(58) Beckman Coulter (AU)		3,25	0,11	3,5	18	0													18		
(60) Roche		3,09	0,13	4,1	70	0													70		
(162) Siemens (Atellica)		3,25	0,074	2,3	9	0													9		
Ostatní					11	0													11		
													1x 12, 2x 149, 4x 177, 1x 178, 3x 179								
<b>(13) Bilirubin celkový</b>	[μmol/L]				145						0								145	140	97
<b>Vzorek A</b>		15,9	1,9	12	145						0		CRV	15,73	0,36	26%	11,6	19,9	145	140	97
(1) Abbott		17,4	1,6	9	27	0													27		
(46) Erba Lachema		16,6	0,74	4,5	8	0													8		
(58) Beckman Coulter (AU)		18	0,5	2,8	18	0													18		
(60) Roche		14,4	0,51	3,5	70	0													70		
(162) Siemens (Atellica)		18,3	0,38	2,1	9	0													9		
Ostatní					13	0													13		
													1x 12, 2x 70, 2x 149, 1x 158, 4x 177, 3x 179								
<b>Vzorek B</b>		50,8	4,1	8,1	145						0		CRV	51,5	1,1	26%	38,1	64,9	145	145	100
(1) Abbott		54,1	4,4	8,2	27	0													27		
(46) Erba Lachema		52,8	4,4	8,4	8	0													8		
(58) Beckman Coulter (AU)		53,5	1	1,9	18	0													18		
(60) Roche		47,8	1,6	3,4	70	0													70		
(162) Siemens (Atellica)		57	1,5	2,6	9	0													9		
Ostatní					13	0													13		
													1x 12, 2x 70, 2x 149, 1x 158, 4x 177, 3x 179								

## Cyklus EHK: AKS3/23 - Analyty krevního séra

Stop termín: 28.7.2023

Nastavení: skupiny - výrobce reagentů; minimální četnost skupin n = 5

Zkouška Vzorek Skupina	[jednotka]	RoM	SD	CV [%]	N <sub>tot</sub>	N <sub>out</sub>	Srovnatelnost					Návaznost									
							AV	U <sub>AV</sub>	D <sub>max</sub>	LL	UL	N <sub>eva</sub>	N <sub>suc</sub>	S <sub>rel</sub> [%]	AV	U <sub>AV</sub>	D <sub>max</sub>	LL	UL	N <sub>eva</sub>	N <sub>suc</sub>
<b>(9) Celková bílkovina</b>	[g/L]				141						0						141	136	96		
<b>Vzorek A</b>		48,5	1,1	2,3	141						0		CRV	49,6	1,3	9%	45,1	54,1	141	140	99
(1) Abbott		48,9	0,83	1,7	27	0													27		
(58) Beckman Coulter (AU)		48,6	1,1	2,2	19	0													19		
(60) Roche		48,4	1,2	2,5	67	0													67		
(162) Siemens (Atellica)		47,8	1,1	2,3	8	0													8		
(179) Siemens		47,9	1,3	2,6	7	0													7		
Ostatní					13	0													13		
														1x 12, 3x 46, 2x 49, 2x 149, 1x 166, 4x 177							
<b>Vzorek B</b>		87,2	2,4	2,8	141						0		CRV	88,4	2	9%	80,4	96,4	141	136	96
(1) Abbott		88,6	2,1	2,4	27	0													27		
(58) Beckman Coulter (AU)		87,5	2	2,2	19	0													19		
(60) Roche		86,4	2,3	2,7	67	0													67		
(162) Siemens (Atellica)		87	1,5	1,7	8	0													8		
(179) Siemens		86,2	1,8	2,1	7	0													7		
Ostatní					13	0													13		
														1x 12, 3x 46, 2x 49, 2x 149, 1x 166, 4x 177							
<b>(26) CK</b>	[μkat/L]				133						0								133	112	84
<b>Vzorek A</b>		4,25	0,4	9,5	133						0		CRV	4,75	0,13	20%	3,8	5,7	133	116	87
(1) Abbott		4,32	0,32	7,4	25	0													25		
(46) Erba Lachema		4,5	0,57	13	8	0													8		
(58) Beckman Coulter (AU)		4,28	0,55	13	17	0													17		
(60) Roche		4,16	0,37	8,9	63	0													63		
(162) Siemens (Atellica)		4,2	0,3	7,2	9	0													9		
Ostatní					11	0													11		
														1x 12, 2x 149, 4x 177, 4x 179							
<b>Vzorek B</b>		2,39	0,16	6,8	133						0		CRV	2,66	0,068	20%	2,12	3,2	133	124	93
(1) Abbott		2,43	0,11	4,5	25	0													25		
(46) Erba Lachema		2,47	0,4	16	8	0													8		
(58) Beckman Coulter (AU)		2,34	0,24	10	17	0													17		
(60) Roche		2,38	0,16	6,7	63	0													63		
(162) Siemens (Atellica)		2,38	0,052	2,2	9	0													9		
Ostatní					11	0													11		
														1x 12, 2x 149, 4x 177, 4x 179							
<b>(2) Draselný kation</b>	[mmol/L]				146						0								146	142	97
<b>Vzorek A</b>		3,43	0,061	1,8	146						0		CRV	3,398	0,054	7%	3,16	3,64	146	145	99
(1) Abbott		3,4	0,047	1,4	31	0													31		
(58) Beckman Coulter (AU)		3,39	0,035	1	20	0													20		
(60) Roche		3,46	0,055	1,6	71	0													71		
(162) Siemens (Atellica)		3,45	0,074	2,1	7	0													7		
(179) Siemens		3,48	0,059	1,7	8	0													8		
Ostatní					9	0													9		
														1x 11, 1x 12, 1x 46, 1x 77, 2x 149, 3x 177							
<b>Vzorek B</b>		6,31	0,12	1,9	146						0		CRV	6,28	0,1	7%	5,84	6,72	146	143	98
(1) Abbott		6,26	0,085	1,4	31	0													31		
(58) Beckman Coulter (AU)		6,16	0,091	1,5	20	0													20		



## Cyklus EHK: AKS3/23 - Analyty krevního séra

Stop termín: 28.7.2023

Nastavení: skupiny - výrobce reagentů; minimální četnost skupin n = 5

Zkouška Vzorek Skupina	[jednotka]	RoM	SD	CV [%]	N <sub>tot</sub>	N <sub>out</sub>	Srovnatelnost					Návaznost										
							AV	U <sub>AV</sub>	D <sub>max</sub>	LL	UL	N <sub>eva</sub>	N <sub>suc</sub>	S <sub>rel</sub> [%]	AV	U <sub>AV</sub>	D <sub>max</sub>	LL	UL	N <sub>eva</sub>	N <sub>suc</sub>	S <sub>rel</sub> [%]
(60) Roche		3,84	0,078	2	69	0													69			
(162) Siemens (Atellica)		3,85	0,074	1,9	9	0													9			
Ostatní					13	0													13			
																			1x 12, 1x 49, 1x 75, 2x 149, 4x 177, 1x 178, 3x 179			
<b>Vzorek B</b>		7,42	0,19	2,5	145						0			CRV	7,846	0,078	asym.	6,82	8,48	145	144	99
(1) Abbott		7,3	0,21	2,9	27	0														27		
(46) Erba Lachema		7,68	0,19	2,4	8	0														8		
(58) Beckman Coulter (AU)		7,5	0,21	2,7	19	0														19		
(60) Roche		7,4	0,15	2	69	0														69		
(162) Siemens (Atellica)		7,39	0,067	0,9	9	0														9		
Ostatní					13	0														13		
																				1x 12, 1x 49, 1x 75, 2x 149, 4x 177, 1x 178, 3x 179		
<b>(7) Hořčík celkový</b>	[mmol/L]				132						0									132	127	96
<b>Vzorek A</b>		0,797	0,024	3	132						0			CRV	0,787	0,016	15%	0,668	0,906	132	130	98
(1) Abbott		0,791	0,027	3,5	29	0															29	
(58) Beckman Coulter (AU)		0,792	0,018	2,2	19	0															19	
(60) Roche		0,804	0,019	2,3	61	0															61	
(162) Siemens (Atellica)		0,785	0,007	0,94	8	0															8	
(179) Siemens		0,765	0,052	6,8	6	0															6	
Ostatní					9	0															9	
																					1x 12, 1x 46, 2x 77, 2x 149, 3x 177	
<b>Vzorek B</b>		0,512	0,022	4,3	132						0			CRV	0,488	0,011	15%	0,414	0,562	132	127	96
(1) Abbott		0,494	0,017	3,4	29	0															29	
(58) Beckman Coulter (AU)		0,514	0,012	2,3	19	0															19	
(60) Roche		0,518	0,018	3,4	61	0															61	
(162) Siemens (Atellica)		0,525	0,037	7,1	8	0															8	
(179) Siemens		0,52	0,045	8,6	6	0															6	
Ostatní					9	0															9	
																					1x 12, 1x 46, 2x 77, 2x 149, 3x 177	
<b>(3) Chloridový anion</b>	[mmol/L]				146						146	144	99									0
<b>Vzorek A</b>		97,3	3,1	3,2	146		CVP	97,3	0,63	7%	90,4	105	146	145	99							0
(1) Abbott		101	1,3	1,3	31	0							31									
(58) Beckman Coulter (AU)		98,2	1,3	1,3	20	0							20									
(60) Roche		95,2	1,8	1,9	71	0							71									
(162) Siemens (Atellica)		98	1,6	1,6	7	0							7									
(179) Siemens		98,5	2,2	2,3	8	0							8									
Ostatní					9	0							9									
																						1x 11, 1x 12, 1x 46, 1x 77, 2x 149, 3x 177
<b>Vzorek B</b>		114	3,6	3,1	146		CVP	114	0,73	7%	106	122	146	144	99							0
(1) Abbott		118	1,4	1,2	31	0							31									
(58) Beckman Coulter (AU)		115	1,6	1,4	20	0							20									
(60) Roche		112	1,8	1,6	71	0							71									
(162) Siemens (Atellica)		114	2,2	2	7	0							7									
(179) Siemens		115	2	1,7	8	0							8									
Ostatní					9	0							9									
																						1x 11, 1x 12, 1x 46, 1x 77, 2x 149, 3x 177













