

## Cyklus EHK: AKS4/23 - Analyty krevního séra

Stop termín: 13.10.2023

Nastavení: skupiny - výrobce reagentů; minimální četnost skupin n = 5

RoM = robustní průměr	AV = vztažná hodnota	D <sub>max</sub> = přijatelný rozdíl
SD = směrodatná odchylka	CRV = certifikovaná referenční hodnota	LL = dolní mez
CV = variační koeficient	CVPG = konsenzus skupin účastníků	UL = horní mez
N <sub>tot</sub> = celkový počet výsledků	CVP = konsenzus všech účastníků	N <sub>eva</sub> = počet hodnocených výsledků
N <sub>out</sub> = počet výsledků vyloučených před výpočtem	U <sub>AV</sub> = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)	N <sub>suc</sub> = počet úspěšných výsledků
		S <sub>rel</sub> = relativní úspěšnost

Zkouška Vzorek Skupina	[jednotka]	RoM	SD	CV [%]	N <sub>tot</sub>	N <sub>out</sub>	Srovnatelnost					Návaznost												
							AV	U <sub>AV</sub>	D <sub>max</sub>	LL	UL	N <sub>eva</sub>	N <sub>suc</sub>	S <sub>rel</sub> [%]	AV	U <sub>AV</sub>	D <sub>max</sub>	LL	UL	N <sub>eva</sub>	N <sub>suc</sub>	S <sub>rel</sub> [%]		
<b>(22) α-amyláza</b>	[μkat/L]				364							5	5	100						359	358	100		
<b>Vzorek A</b>		1,31	0,051	3,9	364							5	5	100						359	358	100		
(1) Abbott		1,32	0,021	1,6	86	0									CRV	1,366	0,039	15%	1,16	1,58		86		
(12) Beckman Coulter		1,34	0,022	1,7	5	0									CRV	1,366	0,039	15%	1,16	1,58		5		
(46) Erba Lachema		1,28	0,07	5,5	13	0									CRV	1,366	0,039	15%	1,16	1,58		13		
(58) Beckman Coulter (AU)		1,34	0,031	2,3	52	0									CRV	1,366	0,039	15%	1,16	1,58		52		
(60) Roche		1,28	0,022	1,7	139	0									CRV	1,366	0,039	15%	1,16	1,58		139		
(149) Siemens (Dade, BN, Dimension)		1,39	0,037	2,7	5	0	CVPG	1,39	0,1	8%	1,27	1,51		5										
(162) Siemens (Atellica)		1,42	0,019	1,3	26	0									CRV	1,366	0,039	15%	1,16	1,58		26		
(177) Mindray		1,33	0,034	2,6	12	0									CRV	1,366	0,039	15%	1,16	1,58		12		
(178) DiaSys		1,24	0,09	7,2	10	0									CRV	1,366	0,039	15%	1,16	1,58		10		
(179) Siemens		1,28	0,06	4,7	11	0									CRV	1,366	0,039	15%	1,16	1,58		11		
Ostatní					5	0																5		
																						1x 5, 2x 49, 1x 85, 1x 115		
<b>Vzorek B</b>		4,76	0,31	6,5	364							5	5	100								359	359	100
(1) Abbott		5,07	0,07	1,4	86	0									CRV	4,79	0,13	15%	4,07	5,51		86		
(12) Beckman Coulter		4,82	0,03	0,62	5	0									CRV	4,79	0,13	15%	4,07	5,51		5		
(46) Erba Lachema		4,77	0,24	5	13	0									CRV	4,79	0,13	15%	4,07	5,51		13		
(58) Beckman Coulter (AU)		4,81	0,11	2,2	52	0									CRV	4,79	0,13	15%	4,07	5,51		52		
(60) Roche		4,49	0,084	1,9	139	0									CRV	4,79	0,13	15%	4,07	5,51		139		
(149) Siemens (Dade, BN, Dimension)		5,64	0,11	2	5	0	CVPG	5,64	0,31	8%	5,18	6,1		5										
(162) Siemens (Atellica)		5,1	0,076	1,5	26	0									CRV	4,79	0,13	15%	4,07	5,51		26		
(177) Mindray		4,76	0,18	3,7	12	0									CRV	4,79	0,13	15%	4,07	5,51		12		
(178) DiaSys		4,54	0,26	5,7	10	0									CRV	4,79	0,13	15%	4,07	5,51		10		
(179) Siemens		4,61	0,18	3,9	11	0									CRV	4,79	0,13	15%	4,07	5,51		11		
Ostatní					5	0																5		
																						1x 5, 2x 49, 1x 85, 1x 115		
<b>(35) α-amyláza pankreatická</b>	[μkat/L]				119							119	117	98								0		
<b>Vzorek A</b>		0,849	0,036	4,3	119		CVP	0,849	0,008	18%	0,696	1,01			119	118	99					0		
(1) Abbott		0,829	0,025	3	38	0																38		
(46) Erba Lachema		0,86	0,03	3,5	9	0																9		
(58) Beckman Coulter (AU)		0,825	0,007	0,9	6	0																6		
(60) Roche		0,851	0,024	2,8	34	0																34		
(116) Sentinel Diagnostics		0,83	0,045	5,4	8	0																8		
(162) Siemens (Atellica)		0,967	0,04	4,2	13	0																13		
(179) Siemens		0,87	0,03	3,4	6	0																6		
Ostatní					5	0																5		
																						1x 5, 4x 178		
<b>Vzorek B</b>		3,98	0,15	3,7	119		CVP	3,98	0,033	18%	3,26	4,7			119	118	99					0		
(1) Abbott		3,93	0,074	1,9	38	0																38		

## Cyklus EHK: AKS4/23 - Analyty krevního séra

Stop termín: 13.10.2023

Nastavení: skupiny - výrobce reagentů; minimální četnost skupin n = 5

Zkouška Vzorek Skupina	[jednotka]	RoM	SD	CV [%]	N <sub>tot</sub>	N <sub>out</sub>	Srovnatelnost					Návaznost								
							AV	U <sub>AV</sub>	D <sub>max</sub>	LL	UL	N <sub>eva</sub>	N <sub>suc</sub>	S <sub>rel</sub> [%]	AV	U <sub>AV</sub>	D <sub>max</sub>	LL	UL	N <sub>eva</sub>
(46) Erba Lachema		4,08	0,13	3,1	9	0						9								
(58) Beckman Coulter (AU)		3,94	0,015	0,38	6	0						6								
(60) Roche		3,93	0,097	2,5	34	0						34								
(116) Sentinel Diagnostics		3,97	0,15	3,8	8	0						8								
(162) Siemens (Atellica)		4,5	0,13	2,9	13	0						13								
(179) Siemens		4,05	0,16	4	6	0						6								
Ostatní					5	0						5								
							1x 5, 4x 178													
<b>(32) γ-globulin (elfo)</b>	<b>[-]</b>				79							79	77	97					0	
<b>Vzorek A</b>		0,121	0,013	11	79		CVP	0,121	0,004	30%	0,084	0,158	79	77	97				0	
(34) Sebia		0,122	0,014	11	58	0						58								
(213) Interlab Srl		0,119	0,013	11	20	0						20								
Ostatní					1	0						1								
							1x 63													
<b>Vzorek B</b>		0,122	0,012	9,7	79		CVP	0,122	0,003	30%	0,085	0,159	79	78	99				0	
(34) Sebia		0,122	0,013	10	58	0						58								
(213) Interlab Srl		0,123	0,009	7,4	20	0						20								
Ostatní					1	0						1								
							1x 63													
<b>(10) Albumin</b>	<b>[g/L]</b>				363							363	358	99					0	
<b>Vzorek A</b>		36,3	1,3	3,6	363		CVP	36,3	0,17	10%	32,6	40	363	359	99				0	
(1) Abbott		35,8	0,99	2,8	86	0						86								
(46) Erba Lachema		36,2	1	2,8	10	0						10								
(58) Beckman Coulter (AU)		35,3	0,8	2,3	54	0						54								
(60) Roche		37,1	1,1	3	145	0						145								
(149) Siemens (Dade, BN, Dimension)		34,7	1,6	4,5	5	0						5								
(162) Siemens (Atellica)		35,6	1,2	3,4	23	0						23								
(177) Mindray		36,1	1,4	3,8	10	0						10								
(178) DiaSys		36,8	0,3	0,81	6	0						6								
(179) Siemens		35,9	0,58	1,6	13	0						13								
Ostatní					11	0						11								
							4x 12, 1x 32, 2x 49, 1x 73, 1x 77, 1x 85, 1x 166													
<b>Vzorek B</b>		39,3	1,4	3,5	363		CVP	39,3	0,18	10%	35,3	43,3	363	361	99				0	
(1) Abbott		39	1,1	2,7	86	0						86								
(46) Erba Lachema		38,6	1,3	3,3	10	0						10								
(58) Beckman Coulter (AU)		38,1	0,72	1,9	54	0						54								
(60) Roche		40,1	1	2,6	145	0						145								
(149) Siemens (Dade, BN, Dimension)		36,8	1,3	3,4	5	0						5								
(162) Siemens (Atellica)		38,7	1,3	3,2	23	0						23								
(177) Mindray		38,4	1,2	3	10	0						10								
(178) DiaSys		39,4	0,85	2,2	6	0						6								
(179) Siemens		39,1	0,53	1,4	13	0						13								
Ostatní					11	0						11								
							4x 12, 1x 32, 2x 49, 1x 73, 1x 77, 1x 85, 1x 166													



## Cyklus EHK: AKS4/23 - Analyty krevního séra

Stop termín: 13.10.2023

Nastavení: skupiny - výrobce reagentů; minimální četnost skupin n = 5

Zkouška Vzorek Skupina	[jednotka]	RoM	SD	CV [%]	N <sub>tot</sub>	N <sub>out</sub>	Srovnatelnost					Návaznost							
							AV	U <sub>AV</sub>	D <sub>max</sub>	LL	UL	N <sub>eva</sub>	N <sub>suc</sub>	S <sub>rel</sub> [%]	AV	U <sub>AV</sub>	D <sub>max</sub>	LL	UL
(179) Siemens		1,18	0,065	5,5	12	0													12
Ostatní					10	0													10
4x 12, 1x 18, 2x 49, 1x 73, 1x 85, 1x 121																			
<b>Vzorek B</b>		0,883	0,057	6,4	384						0	CRV	0,827	0,022	asym.	0,702	1,01		384 375 98
(1) Abbott		0,906	0,043	4,7	92	0													92
(46) Erba Lachema		0,9	0,064	7,2	11	0													11
(58) Beckman Coulter (AU)		0,895	0,029	3,3	53	0													53
(60) Roche		0,839	0,032	3,8	151	1													151
(149) Siemens (Dade, BN, Dimension)		0,995	0,022	2,2	5	0													5
(162) Siemens (Atellica)		0,93	0,032	3,5	27	0													27
(177) Mindray		1	0,067	6,7	12	0													12
(178) DiaSys		0,877	0,041	4,6	11	0													11
(179) Siemens		0,926	0,06	6,5	12	0													12
Ostatní					10	0													10
4x 12, 1x 18, 2x 49, 1x 73, 1x 85, 1x 121																			
<b>(23) AST</b>	[μkat/L]				384						0								384 379 99
<b>Vzorek A</b>		3,44	0,14	4	384						0	CRV	3,364	0,076	15%	2,85	3,87		384 379 99
(1) Abbott		3,48	0,079	2,3	91	0													91
(46) Erba Lachema		3,31	0,16	4,7	12	0													12
(58) Beckman Coulter (AU)		3,53	0,17	4,8	54	0													54
(60) Roche		3,38	0,083	2,5	151	0													151
(149) Siemens (Dade, BN, Dimension)		3,25	0,028	0,87	5	0													5
(162) Siemens (Atellica)		3,6	0,07	1,9	27	0													27
(177) Mindray		3,38	0,13	3,9	12	0													12
(178) DiaSys		3,37	0,21	6,2	11	0													11
(179) Siemens		3,55	0,2	5,5	12	0													12
Ostatní					9	0													9
4x 12, 1x 18, 2x 49, 1x 73, 1x 85																			
<b>Vzorek B</b>		2,03	0,08	3,9	384						0	CRV	1,983	0,048	15%	1,68	2,29		384 383 100
(1) Abbott		2,06	0,052	2,5	91	0													91
(46) Erba Lachema		1,98	0,09	4,5	12	0													12
(58) Beckman Coulter (AU)		2,08	0,094	4,5	54	0													54
(60) Roche		1,99	0,05	2,5	151	0													151
(149) Siemens (Dade, BN, Dimension)		1,88	0,059	3,2	5	0													5
(162) Siemens (Atellica)		2,1	0,043	2	27	0													27
(177) Mindray		2,03	0,045	2,2	12	0													12
(178) DiaSys		1,98	0,1	5,1	11	0													11
(179) Siemens		2,07	0,12	5,7	12	0													12
Ostatní					9	0													9
4x 12, 1x 18, 2x 49, 1x 73, 1x 85																			
<b>(13) Bilirubin celkový</b>	[μmol/L]				382						0								382 378 99
<b>Vzorek A</b>		11,2	1,6	14	382						0	CRV	10,8	0,3	26%	7,99	13,7		382 378 99
(1) Abbott		12	0,77	6,4	94	0													94
(46) Erba Lachema		11,5	0,64	5,6	12	0													12
(58) Beckman Coulter (AU)		12,9	0,47	3,7	50	0													50
(60) Roche		9,66	0,45	4,7	147	0													147

## Cyklus EHK: AKS4/23 - Analyty krevního séra

Stop termín: 13.10.2023

Nastavení: skupiny - výrobce reagentů; minimální četnost skupin n = 5

Zkouška Vzorek Skupina	[jednotka]	RoM	SD	CV [%]	N <sub>tot</sub>	N <sub>out</sub>	Srovnatelnost					Návaznost								
							AV	U <sub>AV</sub>	D <sub>max</sub>	LL	UL	N <sub>eva</sub>	N <sub>suc</sub>	S <sub>rel</sub> [%]	AV	U <sub>AV</sub>	D <sub>max</sub>	LL	UL	N <sub>eva</sub>
(149) Siemens (Dade, BN, Dimension)		10,4	0,33	3,2	5	0												5		
(162) Siemens (Atellica)		12,2	0,85	7	26	0												26		
(177) Mindray		11,4	0,67	5,9	12	0												12		
(178) DiaSys		11,4	2	18	8	0												8		
(179) Siemens		12,3	0,92	7,5	14	0												14		
Ostatní					14	0												14		
																		4x 12, 1x 18, 2x 49, 2x 70, 1x 73, 1x 77, 1x 85, 1x 115, 1x 158		
<b>Vzorek B</b>		32,6	3,2	9,9	382						0	CRV	31,69	0,76	26%	23,4	40	382	380	99
(1) Abbott		34,8	2	5,7	94	0												94		
(46) Erba Lachema		34,3	1,4	4,2	12	0												12		
(58) Beckman Coulter (AU)		34,7	0,73	2,1	50	0												50		
(60) Roche		29,5	0,92	3,1	147	0												147		
(149) Siemens (Dade, BN, Dimension)		32,3	0,51	1,6	5	0												5		
(162) Siemens (Atellica)		35	1,9	5,4	26	0												26		
(177) Mindray		33,7	2	5,9	12	0												12		
(178) DiaSys		33,8	4,4	13	8	0												8		
(179) Siemens		34,8	1,9	5,4	14	0												14		
Ostatní					14	0												14		
																		4x 12, 1x 18, 2x 49, 2x 70, 1x 73, 1x 77, 1x 85, 1x 115, 1x 158		
<b>(9) Celková bílkovina</b>	[g/L]				365						0							365	362	99
<b>Vzorek A</b>		55,9	1,1	2	365						0	CRV	57	1,5	9%	51,8	62,2	365	364	100
(1) Abbott		56,1	0,85	1,5	86	0												86		
(46) Erba Lachema		55,4	1,6	2,8	9	0												9		
(58) Beckman Coulter (AU)		55,8	1,3	2,3	53	0												53		
(60) Roche		55,7	1,2	2,2	142	0												142		
(149) Siemens (Dade, BN, Dimension)		57,3	1,1	2	5	0												5		
(162) Siemens (Atellica)		55,7	0,85	1,5	25	0												25		
(177) Mindray		55,3	0,92	1,7	13	0												13		
(178) DiaSys		56,8	1,2	2,1	5	0												5		
(179) Siemens		55,6	1,4	2,6	15	0												15		
Ostatní					12	0												12		
																		4x 12, 4x 49, 1x 73, 2x 85, 1x 166		
<b>Vzorek B</b>		61,2	1,2	2	365						0	CRV	61,1	1,4	9%	55,6	66,6	365	362	99
(1) Abbott		61,6	0,75	1,2	86	0												86		
(46) Erba Lachema		60,6	1,3	2,2	9	0												9		
(58) Beckman Coulter (AU)		61,1	1,3	2,1	53	0												53		
(60) Roche		60,8	1,3	2,2	142	0												142		
(149) Siemens (Dade, BN, Dimension)		63,5	1	1,6	5	0												5		
(162) Siemens (Atellica)		60,8	0,97	1,6	25	0												25		
(177) Mindray		61,5	1,2	2	13	0												13		
(178) DiaSys		62	1,5	2,4	5	0												5		
(179) Siemens		61	1,6	2,6	15	0												15		
Ostatní					12	0												12		
																		4x 12, 4x 49, 1x 73, 2x 85, 1x 166		





## Cyklus EHK: AKS4/23 - Analyty krevního séra

Stop termín: 13.10.2023

Nastavení: skupiny - výrobce reagentů; minimální četnost skupin n = 5

Zkouška Vzorek Skupina	[jednotka]	RoM	SD	CV [%]	N <sub>tot</sub>	N <sub>out</sub>	Srovnatelnost					Návaznost							
							AV	U <sub>AV</sub>	D <sub>max</sub>	LL	UL	N <sub>eva</sub>	N <sub>suc</sub>	S <sub>rel</sub> [%]	AV	U <sub>AV</sub>	D <sub>max</sub>	LL	UL
(178) DiaSys		1,96	0,055	2,8	10	0													10
(179) Siemens		1,85	0,11	6	12	0													12
Ostatní					9	0													9
4x 12, 1x 18, 2x 49, 1x 73, 1x 85																			
<b>(16) Glukóza</b>	[mmol/L]				385						0								385 367 95
<b>Vzorek A</b>		7,05	0,18	2,6	385						0	CRV	7,296	0,073	8%	6,71	7,88	385 373 97	
(1) Abbott		7,01	0,17	2,4	93	0													93
(46) Erba Lachema		7,24	0,33	4,5	19	0													19
(58) Beckman Coulter (AU)		7,06	0,22	3,1	52	0													52
(60) Roche		7,06	0,15	2,1	147	0													147
(149) Siemens (Dade, BN, Dimension)		7,43	0,19	2,6	5	0													5
(162) Siemens (Atellica)		7	0,11	1,6	27	0													27
(177) Mindray		7,07	0,13	1,8	12	0													12
(178) DiaSys		7,2	0,3	4,1	7	0													7
(179) Siemens		7,1	0,26	3,7	10	0													10
Ostatní					13	0													13
1x 5, 4x 12, 1x 18, 2x 49, 1x 73, 1x 75, 1x 85, 1x 188, 1x 196																			
<b>Vzorek B</b>		5,37	0,14	2,5	385						0	CRV	5,542	0,055	8%	5,09	5,99	385 374 97	
(1) Abbott		5,32	0,12	2,3	93	0													93
(46) Erba Lachema		5,54	0,23	4,1	19	0													19
(58) Beckman Coulter (AU)		5,38	0,16	2,9	52	0													52
(60) Roche		5,38	0,11	2	147	0													147
(149) Siemens (Dade, BN, Dimension)		5,71	0,17	2,9	5	0													5
(162) Siemens (Atellica)		5,31	0,085	1,6	27	0													27
(177) Mindray		5,46	0,14	2,5	12	0													12
(178) DiaSys		5,4	0,15	2,7	7	0													7
(179) Siemens		5,44	0,22	4,1	10	0													10
Ostatní					13	0													13
1x 5, 4x 12, 1x 18, 2x 49, 1x 73, 1x 75, 1x 85, 1x 188, 1x 196																			
<b>(7) Hořčík celkový</b>	[mmol/L]				338						0								338 335 99
<b>Vzorek A</b>		0,9	0,028	3,1	338						0	CRV	0,881	0,018	15%	0,748	1,02	338 335 99	
(1) Abbott		0,89	0,031	3,5	84	0													84
(58) Beckman Coulter (AU)		0,889	0,022	2,5	48	0													48
(60) Roche		0,91	0,021	2,3	133	0													133
(77) Skalab		0,92	0,03	3,2	5	0													5
(149) Siemens (Dade, BN, Dimension)		0,935	0,038	4	5	0													5
(162) Siemens (Atellica)		0,889	0,015	1,7	24	0													24
(177) Mindray		0,925	0,037	4	9	0													9
(179) Siemens		0,89	0,029	3,3	15	0													15
Ostatní					15	0													15
3x 0, 4x 12, 3x 46, 1x 49, 1x 85, 1x 166, 2x 178																			
<b>Vzorek B</b>		1,2	0,03	2,5	338						0	CRV	1,191	0,023	15%	1,01	1,37	338 338 100	
(1) Abbott		1,2	0,032	2,6	84	0													84
(58) Beckman Coulter (AU)		1,2	0,021	1,8	48	0													48
(60) Roche		1,21	0,026	2,2	133	0													133
(77) Skalab		1,21	0,037	3,1	5	0													5











## Cyklus EHK: AKS4/23 - Analyty krevního séra

Stop termín: 13.10.2023

Nastavení: skupiny - výrobce reagentů; minimální četnost skupin n = 5

Zkouška Vzorek Skupina	[jednotka]	RoM	SD	CV [%]	N <sub>tot</sub>	N <sub>out</sub>	Srovnatelnost					Návaznost								
							AV	U <sub>AV</sub>	D <sub>max</sub>	LL	UL	N <sub>eva</sub>	N <sub>suc</sub>	S <sub>rel</sub> [%]	AV	U <sub>AV</sub>	D <sub>max</sub>	LL	UL	N <sub>eva</sub>
Ostatní					24	0													24	1x 0, 1x 5, 1x 11, 1x 14, 1x 19, 1x 20, 1x 46, 1x 50, 1x 58, 3x 61, 1x 116, 3x 149, 2x 162, 2x 166, 2x 179, 1x 199, 1x 998
<b>Vzorek B</b>		1,54	0,062	4	44						0	CRV	1,612	0,024	12%	1,41	1,81	44	42	95
(1) Abbott		1,53	0,053	3,5	6	0												6		
(60) Roche		1,54	0,041	2,7	14	0												14		
Ostatní					24	0												24	1x 0, 1x 5, 1x 11, 1x 14, 1x 19, 1x 20, 1x 46, 1x 50, 1x 58, 3x 61, 1x 116, 3x 149, 2x 162, 2x 166, 2x 179, 1x 199, 1x 998	
<b>(18) Močovina</b>	[mmol/L]				385						0							385	379	98
<b>Vzorek A</b>		5,28	0,27	5,2	385						0	CRV	5,356	0,054	15%	4,55	6,16	385	380	99
(1) Abbott		5,31	0,42	7,8	95	0												95		
(46) Erba Lachema		5,35	0,18	3,4	15	0												15		
(58) Beckman Coulter (AU)		5,31	0,16	3	52	0												52		
(60) Roche		5,17	0,17	3,3	147	0												147		
(149) Siemens (Dade, BN, Dimension)		5,35	0,29	5,4	5	0												5		
(162) Siemens (Atellica)		5,51	0,2	3,7	27	0												27		
(177) Mindray		5,41	0,18	3,3	13	0												13		
(178) DiaSys		5,56	0,21	3,8	10	0												10		
(179) Siemens		5,45	0,22	4,1	12	0												12		
Ostatní					9	0												9	4x 12, 1x 18, 2x 49, 1x 73, 1x 85	
<b>Vzorek B</b>		9,53	0,38	4	385						0	CRV	9,7	0,1	15%	8,24	11,2	385	382	99
(1) Abbott		9,57	0,57	6	95	0												95		
(46) Erba Lachema		9,69	0,31	3,2	15	0												15		
(58) Beckman Coulter (AU)		9,52	0,22	2,4	52	0												52		
(60) Roche		9,39	0,28	2,9	147	0												147		
(149) Siemens (Dade, BN, Dimension)		9,84	0,2	2	5	0												5		
(162) Siemens (Atellica)		9,67	0,23	2,4	27	0												27		
(177) Mindray		9,72	0,33	3,4	13	0												13		
(178) DiaSys		9,89	0,47	4,7	10	0												10		
(179) Siemens		9,71	0,36	3,7	12	0												12		
Ostatní					9	0												9	4x 12, 1x 18, 2x 49, 1x 73, 1x 85	
<b>(11) Osmolalita</b>	[mmol/kg]				140						140	139	99							0
<b>Vzorek A</b>		263	4,5	1,7	140		CVP	263	0,93	5%	249	277	140	139	99					0
(119) Advanced Instruments		264	4	1,5	51	0							51							
(150) Arkray		261	3,7	1,4	42	0							42							
(151) Fiske Associates		264	4,3	1,6	21	0							21							
(212) GONOTEC GmbH		268	4,9	1,8	17	0							17							
Ostatní					9	0							9							1x 11, 3x 77, 2x 114, 3x 999
<b>Vzorek B</b>		266	4,5	1,7	140		CVP	266	0,92	5%	252	280	140	140	100					0
(119) Advanced Instruments		267	4,2	1,6	51	0							51							
(150) Arkray		263	3,8	1,4	42	0							42							
(151) Fiske Associates		266	3	1,1	21	0							21							





## Cyklus EHK: AKS4/23 - Analyty krevního séra

Stop termín: 13.10.2023

Nastavení: skupiny - výrobce reagentů; minimální četnost skupin n = 5

Zkouška Vzorek Skupina	[jednotka]	RoM	SD	CV [%]	N <sub>tot</sub>	N <sub>out</sub>	Srovnatelnost					Návaznost									
							AV	U <sub>AV</sub>	D <sub>max</sub>	LL	UL	N <sub>eva</sub>	N <sub>suc</sub>	S <sub>rel</sub> [%]	AV	U <sub>AV</sub>	D <sub>max</sub>	LL	UL	N <sub>eva</sub>	N <sub>suc</sub>
<b>(6) Železo celkové</b>	[μmol/L]				326							326	324	99						0	
<b>Vzorek A</b>		19	0,66	3,5	326		CVP	19	0,089	15%	16,1	21,9	326	325	100					0	
(1) Abbott		19,5	0,72	3,7	83	0							83								
(58) Beckman Coulter (AU)		18,7	0,39	2,1	47	0							47								
(60) Roche		19,1	0,49	2,6	125	0							125								
(162) Siemens (Atellica)		18,6	0,45	2,4	24	0							24								
(177) Mindray		19,2	0,59	3,1	8	0							8								
(178) DiaSys		18,3	0,52	2,8	7	0							7								
(179) Siemens		18,6	0,45	2,4	12	0							12								
Ostatní					20	0							20								
								2x 0, 4x 12, 3x 46, 2x 49, 3x 77, 1x 85, 2x 116, 3x 149													
<b>Vzorek B</b>		27,3	0,75	2,8	326		CVP	27,3	0,1	15%	23,2	31,4	326	324	99					0	
(1) Abbott		27,7	0,82	3	83	0							83								
(58) Beckman Coulter (AU)		27,2	0,57	2,1	47	0							47								
(60) Roche		27,4	0,6	2,2	125	0							125								
(162) Siemens (Atellica)		26,9	0,62	2,3	24	0							24								
(177) Mindray		27	1,2	4,4	8	0							8								
(178) DiaSys		26,1	0,89	3,4	7	0							7								
(179) Siemens		27,2	0,51	1,9	12	0							12								
Ostatní					20	0							20								
								2x 0, 4x 12, 3x 46, 2x 49, 3x 77, 1x 85, 2x 116, 3x 149													