

Cyklus EHK: APLA1/23 - Antifosfolipidové protilátky

Stop termín: 17.3.2023

Nastavení: všechna data

AV = vztažná hodnota
 CVP = konsenzus všech účastníků
 >>> ... očekávaný výsledek
 > ... akceptovatelný výsledek
 ± ... nehodnocený výsledek

N_{tot} = celkový počet výsledků
 N_{rel} = relativní počet výsledků

N_{eva} = počet hodnocených výsledků
 N_{suc} = počet úspěšných výsledků
 S_{rel} = relativní úspěšnost

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků				Úspěšnost		
	AV	N _{tot}	N _{rel} [%]	Výsledek	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]
(465) anti-β2-glykoprotein 1 screening		13			13	13	100
Vzorek A		13			13	13	100
Všechny výsledky	CVP >>>	13	100	Pozitivní			
Vzorek B		13			13	13	100
Všechny výsledky	CVP >>>	13	100	Pozitivní			
(467) anti-β2-glykoprotein 1 IgG		61			61	61	100
Vzorek A		61			61	61	100
Všechny výsledky	CVP >>>	61	100	Pozitivní			
Vzorek B		61			61	61	100
Všechny výsledky	CVP >>>	61	100	Pozitivní			
(468) anti-β2-glykoprotein 1 IgM		60			60	59	98
Vzorek A		60			0		
Všechny výsledky		± 46	77	Negativní			
		± 6	10	Neprůkazný výsledek (hraniční)			
		± 8	13	Pozitivní			
Vzorek B		60			60	59	98
Všechny výsledky	CVP >>>	59	98	Negativní			
		1	1,7	Pozitivní			
(461) anti-kardiolipin screening		16			16	16	100
Vzorek A		16			16	16	100
Všechny výsledky	CVP >>>	16	100	Pozitivní			
Vzorek B		16			16	16	100
Všechny výsledky	CVP >>>	16	100	Pozitivní			
(463) anti-kardiolipin IgG		65			65	65	100
Vzorek A		65			0		
Všechny výsledky		± 12	18	Negativní			
		± 1	1,5	Neprůkazný výsledek (hraniční)			
		± 52	80	Pozitivní			
Vzorek B		65			65	65	100
Všechny výsledky	CVP >>>	65	100	Pozitivní			
(464) anti-kardiolipin IgM		64			64	59	92
Vzorek A		64			64	59	92
Všechny výsledky	CVP >>>	49	77	Negativní			
		> 10	16	Neprůkazný výsledek (hraniční)			
		5	7,8	Pozitivní			
Vzorek B		64			64	64	100
Všechny výsledky	CVP >>>	64	100	Negativní			