

## Cyklus EHK: APLA2/23 - Antifosfolipidové protilátky

Stop termín: 29.9.2023

Nastavení: Slovensko

AV = vztažná hodnota  
 CVP = konsenzus všech účastníků  
 >>> ... očekávaný výsledek  
 > ... akceptovatelný výsledek  
 ± ... nehodnocený výsledek

$N_{tot}$  = celkový počet výsledků  
 $N_{rel}$  = relativní počet výsledků

$N_{eva}$  = počet hodnocených výsledků  
 $N_{suc}$  = počet úspěšných výsledků  
 $S_{rel}$  = relativní úspěšnost

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků				Úspěšnost		
	AV	$N_{tot}$	$N_{rel}$ [%]	Výsledek	$N_{eva}$	$N_{suc}$	$S_{rel}$ [%]
<b>(465) anti-β2-glykoprotein 1 screening</b>		5			5	5	100
<b>Vzorek A</b>		5			5	5	100
Všechny výsledky	CVP >>>	5	100	Pozitivní			
<b>Vzorek B</b>		5			5	5	100
Všechny výsledky	CVP >>>	5	100	Negativní			
<b>(467) anti-β2-glykoprotein 1 IgG</b>		12			12	10	83
<b>Vzorek A</b>		12			12	10	83
Všechny výsledky		2	17	Negativní			
	CVP >>>	10	83	Pozitivní			
<b>Vzorek B</b>		12			12	12	100
Všechny výsledky	CVP >>>	12	100	Negativní			
<b>(468) anti-β2-glykoprotein 1 IgM</b>		12			12	12	100
<b>Vzorek A</b>		12			12	12	100
Všechny výsledky	CVP >>>	12	100	Negativní			
<b>Vzorek B</b>		12			12	12	100
Všechny výsledky	CVP >>>	12	100	Negativní			
<b>(461) anti-kardiolipin screening</b>		6			6	6	100
<b>Vzorek A</b>		6			6	6	100
Všechny výsledky	CVP >>>	6	100	Pozitivní			
<b>Vzorek B</b>		6			6	6	100
Všechny výsledky	CVP >>>	6	100	Negativní			
<b>(463) anti-kardiolipin IgG</b>		12			12	10	83
<b>Vzorek A</b>		12			12	10	83
Všechny výsledky		2	17	Negativní			
	CVP >>>	10	83	Pozitivní			
<b>Vzorek B</b>		12			12	12	100
Všechny výsledky	CVP >>>	12	100	Negativní			
<b>(464) anti-kardiolipin IgM</b>		12			12	12	100
<b>Vzorek A</b>		12			12	12	100
Všechny výsledky	CVP >>>	12	100	Negativní			
<b>Vzorek B</b>		12			12	12	100
Všechny výsledky	CVP >>>	12	100	Negativní			