

Cyklus EHK: AT2/23 - Autoantilátky u tyreopatií

Stop termín: 30.10.2023

Nastavení: všechna data

AV = vztažná hodnota

N_{tot} = celkový počet výsledkůN_{eva} = počet hodnocených výsledků

CVP = konsenzus všech účastníků

N_{rel} = relativní počet výsledkůN_{suc} = počet úspěšných výsledků

>>> ... očekávaný výsledek

S_{rel} = relativní úspěšnost

> ... akceptovatelný výsledek

± ... nehodnocený výsledek

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků				Úspěšnost		
	AV	N _{tot}	N _{rel} [%]	Výsledek	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]
Sada 1							
(576) anti-mikrosomy (TPO)		195			195	195	100
Vzorek A1		195			195	195	100
Všechny výsledky	CVP >>>	195	100	Pozitivní			
Vzorek B1		195			195	195	100
Všechny výsledky	CVP >>>	195	100	Negativní			
(575) anti-tyreoglobulin		188			188	187	99
Vzorek A1		188			188	188	100
Všechny výsledky	CVP >>>	188	100	Pozitivní			
Vzorek B1		188			188	187	99
Všechny výsledky	CVP >>>	187	99	Negativní			
		1	0,5	Pozitivní			
Sada 2							
(590) anti-TSH receptor		98			98	94	96
Vzorek A2		98			98	96	98
Všechny výsledky		2	2	Negativní			
	CVP >>>	96	98	Pozitivní			
Vzorek B2		98			98	96	98
Všechny výsledky	CVP >>>	96	98	Negativní			
		2	2	Neprůkazný výsledek (hraniční)			