

Cyklus EHK: AT2/23 - Autoprotilátky u tyreopatií

Stop termín: 30.10.2023

Nastavení: skupiny - výrobce reagensů

AV = vztažná hodnota
 CVP = konsenzus všech účastníků
 >>> ... očekávaný výsledek
 > ... akceptovatelný výsledek
 ± ... nehodnocený výsledek

N_{tot} = celkový počet výsledků
 N_{rel} = relativní počet výsledků

N_{eva} = počet hodnocených výsledků
 N_{suc} = počet úspěšných výsledků
 S_{rel} = relativní úspěšnost

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků				Úspěšnost		
	AV	N _{tot}	N _{rel} [%]	Výsledek	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]

Sada 1

(576) anti-mikrosomy (TPO)						195			195	195	100
Vzorek A1						195			195	195	100
(1) Abbott	CVP >>>	66	34	Pozitivní							
(12) Beckman Coulter	CVP >>>	19	9,7	Pozitivní							
(15) bioMérieux	CVP >>>	1	0,5	Pozitivní							
(25) TOSOH	CVP >>>	3	1,5	Pozitivní							
(29) Siemens (Immulin)	CVP >>>	9	4,6	Pozitivní							
(52) Dynex	CVP >>>	1	0,5	Pozitivní							
(60) Roche	CVP >>>	64	33	Pozitivní							
(135) OrgenTec	CVP >>>	1	0,5	Pozitivní							
(148) Aesku.lab Diagnostika	CVP >>>	1	0,5	Pozitivní							
(162) Siemens (Atellica)	CVP >>>	16	8,2	Pozitivní							
(166) Thermo Fisher	CVP >>>	1	0,5	Pozitivní							
(179) Siemens	CVP >>>	12	6,2	Pozitivní							
(999) jiný výrobce	CVP >>>	1	0,5	Pozitivní							
Vzorek B1						195			195	195	100
(1) Abbott	CVP >>>	66	34	Negativní							
(12) Beckman Coulter	CVP >>>	19	9,7	Negativní							
(15) bioMérieux	CVP >>>	1	0,5	Negativní							
(25) TOSOH	CVP >>>	3	1,5	Negativní							
(29) Siemens (Immulin)	CVP >>>	9	4,6	Negativní							
(52) Dynex	CVP >>>	1	0,5	Negativní							
(60) Roche	CVP >>>	64	33	Negativní							
(135) OrgenTec	CVP >>>	1	0,5	Negativní							
(148) Aesku.lab Diagnostika	CVP >>>	1	0,5	Negativní							
(162) Siemens (Atellica)	CVP >>>	16	8,2	Negativní							
(166) Thermo Fisher	CVP >>>	1	0,5	Negativní							
(179) Siemens	CVP >>>	12	6,2	Negativní							
(999) jiný výrobce	CVP >>>	1	0,5	Negativní							
(575) anti-tyreoglobulin						188			188	187	99
Vzorek A1						188			188	188	100
(1) Abbott	CVP >>>	64	34	Pozitivní							
(12) Beckman Coulter	CVP >>>	18	9,6	Pozitivní							
(15) bioMérieux	CVP >>>	1	0,5	Pozitivní							
(25) TOSOH	CVP >>>	2	1,1	Pozitivní							
(29) Siemens (Immulin)	CVP >>>	7	3,7	Pozitivní							
(36) Immunotech	CVP >>>	1	0,5	Pozitivní							
(52) Dynex	CVP >>>	1	0,5	Pozitivní							
(60) Roche	CVP >>>	63	34	Pozitivní							
(135) OrgenTec	CVP >>>	1	0,5	Pozitivní							
(148) Aesku.lab Diagnostika	CVP >>>	1	0,5	Pozitivní							
(162) Siemens (Atellica)	CVP >>>	16	8,5	Pozitivní							
(166) Thermo Fisher	CVP >>>	1	0,5	Pozitivní							
(179) Siemens	CVP >>>	11	5,9	Pozitivní							
(999) jiný výrobce	CVP >>>	1	0,5	Pozitivní							
Vzorek B1						188			188	187	99
(1) Abbott	CVP >>>	64	34	Negativní							
(12) Beckman Coulter	CVP >>>	18	9,6	Negativní							
(15) bioMérieux	CVP >>>	1	0,5	Negativní							
(25) TOSOH	CVP >>>	2	1,1	Negativní							
(29) Siemens (Immulin)	CVP >>>	7	3,7	Negativní							
(36) Immunotech	CVP >>>	1	0,5	Negativní							
(52) Dynex	CVP >>>	1	0,5	Negativní							
(60) Roche	CVP >>>	63	34	Negativní							
(135) OrgenTec	CVP >>>	1	0,5	Negativní							
(148) Aesku.lab Diagnostika	CVP >>>	1	0,5	Negativní							
(162) Siemens (Atellica)	CVP >>>	16	8,5	Negativní							
(166) Thermo Fisher	CVP >>>	1	0,5	Negativní							
(179) Siemens	CVP >>>	10	5,3	Negativní							
(999) jiný výrobce	CVP >>>	1	0,5	Pozitivní							
(999) jiný výrobce	CVP >>>	1	0,5	Negativní							

Cyklus EHK: AT2/23 - Autoprotilátky u tyreopatií

Stop termín: 30.10.2023

Nastavení: skupiny - výrobce reagensů

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků				Úspěšnost		
	AV	N _{tot}	N _{rel} [%]	Výsledek	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]
Sada 2							
(590) anti-TSH receptor		98			98	94	96
Vzorek A2		98			98	96	98
(1) Abbott	CVP >>>	18	18	Pozitivní			
(24) B.R.A.H.M.S.	CVP >>>	1	1	Pozitivní			
(29) Siemens (Immulite)	CVP >>>	9	9,2	Pozitivní			
(36) Immunotech	CVP >>>	1	1	Pozitivní			
(60) Roche	CVP >>>	66	67	Pozitivní			
(73) Snibe		2	2	Negativní			
(87) Euroimmun	CVP >>>	1	1	Pozitivní			
Vzorek B2		98			98	96	98
(1) Abbott	CVP >>>	16	16	Negativní			
		2	2	Neprůkazný výsledek (hraniční)			
(24) B.R.A.H.M.S.	CVP >>>	1	1	Negativní			
(29) Siemens (Immulite)	CVP >>>	9	9,2	Negativní			
(36) Immunotech	CVP >>>	1	1	Negativní			
(60) Roche	CVP >>>	66	67	Negativní			
(73) Snibe	CVP >>>	2	2	Negativní			
(87) Euroimmun	CVP >>>	1	1	Negativní			