

Cyklus EHK: CC2/23 - Cystatin C

Stop termín: 25.8.2023

Nastavení: skupiny - výrobce reagensů; Slovensko; minimální četnost skupin n = 5

RoM = robustní průměr

AV = vztažná hodnota

D_{max} = přijatelný rozdíl

SD = směrodatná odchylka

U_{AV} = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)

LL = dolní mez

CV = variační koeficient

UL = horní mez

N_{tot} = celkový počet výsledkůN_{eva} = počet hodnocených výsledkůN_{out} = počet výsledků vyloučených před výpočtemN_{suc} = počet úspěšných výsledkůS_{rel} = relativní úspěšnost

Zkouška		Srovnatelnost												
Vzorek		RoM	SD	CV	N _{tot}	N _{out}	AV	U _{AV}	D _{max}	LL	UL	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel}
Skupina	[jednotka]			[%]										[%]
(106) Cystatin C	[mg/L]				10							10	10	100
Vzorek A												10	10	100
Ostatní					10	0						10		
							1x 3, 2x 46, 1x 58, 3x 60, 1x 91, 1x 162, 1x 179							
Vzorek B												10	10	100
Ostatní					10	0						10		
							1x 3, 2x 46, 1x 58, 3x 60, 1x 91, 1x 162, 1x 179							