

## Cyklus EHK: CRP3/23 - Stanovení CRP

Stop termín: 25.8.2023

Nastavení: skupiny - princip měření; minimální četnost skupin n = 5

RoM = robustní průměr

SD = směrodatná odchylka

CV = variační koeficient

N<sub>tot</sub> = celkový počet výsledkůN<sub>out</sub> = počet výsledků vyloučených před výpočtem

AV = vztažná hodnota

CVP = konsenzus všech účastníků

U<sub>AV</sub> = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)D<sub>max</sub> = přijatelný rozdíl

LL = dolní mez

UL = horní mez

N<sub>eva</sub> = počet hodnocených výsledkůN<sub>suc</sub> = počet úspěšných výsledkůS<sub>rel</sub> = relativní úspěšnost

Zkouška		Srovnatelnost													
Vzorek		RoM	SD	CV	N <sub>tot</sub>	N <sub>out</sub>	AV	U <sub>AV</sub>	D <sub>max</sub>	LL	UL	N <sub>eva</sub>	N <sub>suc</sub>	S <sub>rel</sub>	
Skupina	[jednotka]			[%]										[%]	
(100) C-reaktivní protein	[mg/L]				251							251	249	99	
<b>Vzorek A</b>		17,3	1,4	8,2	251		CVP	17,3	0,22	24%	13,1	21,5	251	249	99
(2) Imunoturbidimetrie		17,3	1,5	8,5	235	0							235		
(3) Imunonefelometrie		16,8	0,73	4,3	15	0							15		
Ostatní					1	0							1		
							1x	99							
<b>Vzorek B</b>		48,2	3,6	7,4	251		CVP	48,2	0,55	24%	36,6	59,8	251	250	100
(2) Imunoturbidimetrie		48,1	3,4	7,2	235	0							235		
(3) Imunonefelometrie		49	5,6	11	15	0							15		
Ostatní					1	0							1		
							1x	99							