

Cyklus EHK: CRP3/23 - Stanovení CRP

Stop termín: 25.8.2023

Nastavení: skupiny - princip měření; Slovensko; minimální četnost skupin n = 5

RoM = robustní průměr

SD = směrodatná odchylka

CV = variační koeficient

N_{tot} = celkový počet výsledkůN_{out} = počet výsledků vyloučených před výpočtem

AV = vztažná hodnota

CVP = konsenzus všech účastníků

U_{AV} = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)D_{max} = přijatelný rozdíl

LL = dolní mez

UL = horní mez

N_{eva} = počet hodnocených výsledkůN_{suc} = počet úspěšných výsledkůS_{rel} = relativní úspěšnost

Zkouška		Srovnatelnost												
Vzorek	[jednotka]	RoM	SD	CV [%]	N _{tot}	N _{out}	AV	U _{AV}	D _{max}	LL	UL	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]
(100) C-reaktivní protein	[mg/L]				56							56	56	100
Vzorek A												56	56	100
(2) Imunoturbidimetrie		17	1,2	7,3	56	0	CVP	17,3	0,22	24%	13,1	21,5	56	
Vzorek B												56	56	100
(2) Imunoturbidimetrie		48,6	4,2	8,7	56	0	CVP	48,2	0,55	24%	36,6	59,8	56	