

## Cyklus EHK: CRP4/23 - Stanovení CRP

Stop termín: 1.12.2023

Nastavení: skupiny - M (princip měření); minimální četnost skupin n = 5

RoM = robustní průměr

SD = směrodatná odchylka

CV = variační koeficient

N<sub>tot</sub> = celkový počet výsledkůN<sub>out</sub> = počet výsledků vyloučených před výpočtem

AV = vztažná hodnota

CVP = konsenzus všech účastníků

U<sub>AV</sub> = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)D<sub>max</sub> = přijatelný rozdíl

LL = dolní mez

UL = horní mez

N<sub>eva</sub> = počet hodnocených výsledkůN<sub>suc</sub> = počet úspěšných výsledkůS<sub>rel</sub> = relativní úspěšnost

Zkouška							Srovnatelnost								
Vzorek		RoM	SD	CV	N <sub>tot</sub>	N <sub>out</sub>	AV	U <sub>AV</sub>	D <sub>max</sub>	LL	UL	N <sub>eva</sub>	N <sub>suc</sub>	S <sub>rel</sub>	
Skupina	[jednotka]			[%]										[%]	
(100) C-reaktivní protein	[mg/L]				195							195	193	99	
<b>Vzorek A</b>		48,1	3,5	7,3	195		CVP	48,1	0,62	24%	36,5	59,7	195	193	99
(2) Imunoturbidimetrie		48,1	3,5	7,2	187	0						187			
(3) Imunonefelometrie		48,9	6,7	14	5	0						5			
Ostatní					3	0						3			
							3x	99							
<b>Vzorek B</b>		26,2	2	7,6	195		CVP	26,2	0,35	24%	19,9	32,5	195	193	99
(2) Imunoturbidimetrie		26,2	2	7,6	187	0						187			
(3) Imunonefelometrie		24,9	1,3	5,1	5	0						5			
Ostatní					3	0						3			
							3x	99							