

## Cyklus EHK: CRP4/23 - Stanovení CRP

Stop termín: 1.12.2023

Nastavení: skupiny - M (princip měření); Slovensko; minimální četnost skupin n = 5

RoM = robustní průměr

SD = směrodatná odchylka

CV = variační koeficient

N<sub>tot</sub> = celkový počet výsledkůN<sub>out</sub> = počet výsledků vyloučených před výpočtem

AV = vztažná hodnota

CVP = konsenzus všech účastníků

U<sub>AV</sub> = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)D<sub>max</sub> = přijatelný rozdíl

LL = dolní mez

UL = horní mez

N<sub>eva</sub> = počet hodnocených výsledkůN<sub>suc</sub> = počet úspěšných výsledkůS<sub>rel</sub> = relativní úspěšnost

Zkouška		Srovnatelnost													
Vzorek		RoM	SD	CV	N <sub>tot</sub>	N <sub>out</sub>	AV	U <sub>AV</sub>	D <sub>max</sub>	LL	UL	N <sub>eva</sub>	N <sub>suc</sub>	S <sub>rel</sub>	
Skupina	[jednotka]			[%]										[%]	
(100) C-reaktivní protein	[mg/L]				36							36	36	100	
<b>Vzorek A</b>		49,8	4,4	8,8	36		CVP	48,1	0,62	24%	36,5	59,7	36	36	100
(2) Imunoturbidimetrie		49,7	4,4	8,8	35	0						35			
Ostatní					1	0						1			
							1x 3								
<b>Vzorek B</b>		25,4	1,7	6,6	36		CVP	26,2	0,35	24%	19,9	32,5	36	36	100
(2) Imunoturbidimetrie		25,4	1,7	6,7	35	0						35			
Ostatní					1	0						1			
							1x 3								