

Cyklus EHK: CSFF2/23 - Izoelektrická fokusace likvoru

Stop termín: 27.11.2023

Nastavení: všechna data

AV = vztažná hodnota
 CVP = konsenzus všech účastníků
 >>> ... očekávaný výsledek
 > ... akceptovatelný výsledek
 ± ... nehodnocený výsledek

N_{tot} = celkový počet výsledků
 N_{rel} = relativní počet výsledků

N_{eva} = počet hodnocených výsledků
 N_{suc} = počet úspěšných výsledků
 S_{rel} = relativní úspěšnost

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků				Úspěšnost		
	AV	N_{tot}	N_{rel} [%]	Výsledek	N_{eva}	N_{suc}	S_{rel} [%]
(289) Počet pásů IgG v likvoru		18				0	
Vzorky F1+F2		18				0	
Všechny výsledky	±	17	94	0 (pásy nejsou přítomny)			
	±	1	5,6	2 pásy			
(290) Počet pásů IgG v plazmě		18				0	
Vzorky F1+F2		18				0	
Všechny výsledky	±	17	94	0 (pásy nejsou přítomny)			
	±	1	5,6	2 pásy			
(291) Výsledný vzorec		18			18	18	100
Vzorky F1+F2		18			18	18	100
Všechny výsledky	CVP >>>	18	100	Vzorec I			
(292) Intratekální syntéza IgG		18			18	18	100
Vzorky F1+F2		18			18	18	100
Všechny výsledky	CVP >>>	18	100	Nepřítomna			