

Cyklus EHK: DGP2/23 - Analýza moče testovacími proužky

Stop termín: 19.5.2023

Nastavení: všechna data

AV = vztažná hodnota
 CVP = konsenzus všech účastníků
 >>> ... očekávaný výsledek
 > ... akceptovatelný výsledek
 ± ... nehodnocený výsledek

N_{tot} = celkový počet výsledků
 N_{rel} = relativní počet výsledků

N_{eva} = počet hodnocených výsledků
 N_{suc} = počet úspěšných výsledků
 S_{rel} = relativní úspěšnost

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků				Úspěšnost		
	AV	N _{tot}	N _{rel} [%]	Výsledek	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]
(268) Bilirubin		58			58	57	98
Vzorek A		58			58	57	98
Všechny výsledky	CVP >>>	57	98	Negativní			
		1	1,7	1+, 2+			
Vzorek B		58			58	58	100
Všechny výsledky	>	3	5,2	1+, 2+			
	CVP >>>	55	95	3+, 4+			
(264) Celková bílkovina		60			60	57	95
Vzorek A		60			60	60	100
Všechny výsledky	CVP >>>	57	95	Negativní, < 0,3 g/L			
	>	3	5	0,3 - 0,5 g/L			
Vzorek B		60			60	57	95
Všechny výsledky		1	1,7	Negativní, < 0,3 g/L			
		2	3,3	0,3 - 0,5 g/L			
	CVP >>>	35	58	0,51 - 2,5 g/L			
	CVP >>>	22	37	> 2,5 g/L			
(261) Glukóza		60			60	59	98
Vzorek A		60			60	60	100
Všechny výsledky	CVP >>>	46	77	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L			
	>	14	23	2,81 - 11 mmol/L			
Vzorek B		60			60	59	98
Všechny výsledky		1	1,7	2,81 - 11 mmol/L			
	>	19	32	11,1 - 28 mmol/L			
	CVP >>>	40	67	> 28 mmol/L			
(275) hCG		6			6	6	100
Vzorek A		6			6	6	100
Všechny výsledky	CVP >>>	6	100	Negativní			
Vzorek B		6			6	6	100
Všechny výsledky	CVP >>>	6	100	Pozitivní			
(263) Ketony		60			60	54	90
Vzorek A		60			60	60	100
Všechny výsledky	CVP >>>	60	100	Negativní, <= 0,5 mmol/L			
Vzorek B		60			60	54	90
Všechny výsledky		6	10	Negativní, <= 0,5 mmol/L			
	CVP >>>	38	63	1+, 2+			
	>	16	27	3+, 4+			
(272) Krev		60			60	60	100
Vzorek A		60			60	60	100
Všechny výsledky	CVP >>>	60	100	Negativní			
Vzorek B		60			60	60	100
Všechny výsledky	>	5	8,3	13 - 50 ery/μL			
	CVP >>>	55	92	> 50 ery/μL			
(270) Leukocyty		55			55	49	89
Vzorek A		55			55	53	96
Všechny výsledky	CVP >>>	53	96	Negativní			
		2	3,6	10 - 50 leu/μL			
Vzorek B		55			55	51	93
Všechny výsledky		4	7,3	Negativní			
	>	2	3,6	10 - 50 leu/μL			
	CVP >>>	23	42	51 - 250 leu/μL			
	CVP >>>	26	47	> 250 leu/μL			
(274) Nitrity		58			58	58	100
Vzorek A		58			58	58	100
Všechny výsledky	CVP >>>	58	100	Negativní			
Vzorek B		58			58	58	100
Všechny výsledky	CVP >>>	58	100	Pozitivní			
(273) pH		60			60	57	95
Vzorek A		60			60	57	95
Všechny výsledky		3	5	5,0			
	>	2	3,3	5,5			
	>	15	25	6,0			
	CVP >>>	34	57	6,5			
	>	6	10	7,0			

Nastavení: všechna data

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků				Úspěšnost		
	AV	N _{tot}	N _{rel} [%]	Výsledek	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]
Vzorek B		60			60	60	100
Všechny výsledky	>	2	3,3	6,0			
	CVP >>>	23	38	6,5			
	CVP >>>	35	58	7,0			
(266) Urobilinogen		60			60	59	98
Vzorek A		60			60	59	98
Všechny výsledky	CVP >>>	59	98	Negativní, < 17 µmol/L			
		1	1,7	1+, 2+			
Vzorek B		60			60	60	100
Všechny výsledky	CVP >>>	25	42	1+, 2+			
	CVP >>>	35	58	3+, 4+			