

Cyklus EHK: DGP2/23 - Analýza moče testovacími proužky

Stop termín: 19.5.2023

Nastavení: skupiny - výrobce reagensů

AV = vztažná hodnota
 CVP = konsenzus všech účastníků
 >>> ... očekávaný výsledek
 > ... akceptovatelný výsledek
 ± ... nehodnocený výsledek

N_{tot} = celkový počet výsledků
 N_{rel} = relativní počet výsledků

N_{eva} = počet hodnocených výsledků
 N_{suc} = počet úspěšných výsledků
 S_{rel} = relativní úspěšnost

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků				Úspěšnost		
	AV	N _{tot}	N _{rel} [%]	Výsledek	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]
(268) Bilirubin		58			58	57	98
Vzorek A		58			58	57	98
(5) Dialab	CVP >>>	1	1,7	Negativní			
(12) Beckman Coulter	CVP >>>	3	5,2	Negativní			
(18) Cormay	CVP >>>	3	5,2	Negativní			
(46) Erba Lachema	CVP >>>	11	19	Negativní			
(49) BioVendor	CVP >>>	1	1,7	Negativní			
(60) Roche	CVP >>>	1	1,7	Negativní			
(63) Sysmex	CVP >>>	4	6,9	Negativní			
(109) Axis-Shield	CVP >>>	1	1,7	Negativní			
(161) YD Diagnostics	CVP >>>	1	1,7	Negativní			
(162) Siemens (Atellica)	CVP >>>	4	6,9	Negativní			
(179) Siemens	CVP >>>	5	8,6	Negativní			
(201) Iris Diagnostics	CVP >>>	1	1,7	Negativní			
(202) Dirui	CVP >>>	16	28	Negativní			
(207) 77 Elektronika Kft.	CVP >>>	5	8,6	Negativní			
(999) jiný výrobce		1	1,7	1+, 2+			
Vzorek B		58			58	58	100
(5) Dialab	CVP >>>	1	1,7	3+, 4+			
(12) Beckman Coulter	>	3	5,2	1+, 2+			
(18) Cormay	CVP >>>	3	5,2	3+, 4+			
(46) Erba Lachema	CVP >>>	11	19	3+, 4+			
(49) BioVendor	CVP >>>	1	1,7	3+, 4+			
(60) Roche	CVP >>>	1	1,7	3+, 4+			
(63) Sysmex	CVP >>>	4	6,9	3+, 4+			
(109) Axis-Shield	CVP >>>	1	1,7	3+, 4+			
(161) YD Diagnostics	CVP >>>	1	1,7	3+, 4+			
(162) Siemens (Atellica)	CVP >>>	4	6,9	3+, 4+			
(179) Siemens	CVP >>>	5	8,6	3+, 4+			
(201) Iris Diagnostics	CVP >>>	1	1,7	3+, 4+			
(202) Dirui	CVP >>>	16	28	3+, 4+			
(207) 77 Elektronika Kft.	CVP >>>	5	8,6	3+, 4+			
(999) jiný výrobce	CVP >>>	1	1,7	3+, 4+			
(264) Celková bílkovina		60			60	57	95
Vzorek A		60			60	60	100
(5) Dialab	CVP >>>	1	1,7	Negativní, < 0,3 g/L			
(12) Beckman Coulter	CVP >>>	3	5	Negativní, < 0,3 g/L			
(18) Cormay	CVP >>>	3	5	Negativní, < 0,3 g/L			
(46) Erba Lachema	CVP >>>	11	18	Negativní, < 0,3 g/L			
	>	2	3,3	0,3 - 0,5 g/L			
(49) BioVendor	CVP >>>	1	1,7	Negativní, < 0,3 g/L			
(60) Roche	CVP >>>	1	1,7	Negativní, < 0,3 g/L			
(63) Sysmex	CVP >>>	4	6,7	Negativní, < 0,3 g/L			
(109) Axis-Shield	CVP >>>	1	1,7	Negativní, < 0,3 g/L			
(161) YD Diagnostics	CVP >>>	1	1,7	Negativní, < 0,3 g/L			
(162) Siemens (Atellica)	CVP >>>	4	6,7	Negativní, < 0,3 g/L			
(179) Siemens	CVP >>>	5	8,3	Negativní, < 0,3 g/L			
(201) Iris Diagnostics	CVP >>>	1	1,7	Negativní, < 0,3 g/L			
(202) Dirui	CVP >>>	15	25	Negativní, < 0,3 g/L			
	>	1	1,7	0,3 - 0,5 g/L			
(207) 77 Elektronika Kft.	CVP >>>	5	8,3	Negativní, < 0,3 g/L			
(999) jiný výrobce	CVP >>>	1	1,7	Negativní, < 0,3 g/L			
Vzorek B		60			60	57	95
(5) Dialab	CVP >>>	1	1,7	> 2,5 g/L			
(12) Beckman Coulter	CVP >>>	3	5	0,51 - 2,5 g/L			
(18) Cormay	CVP >>>	3	5	> 2,5 g/L			
(46) Erba Lachema	CVP >>>	8	13	0,51 - 2,5 g/L			
	CVP >>>	5	8,3	> 2,5 g/L			
(49) BioVendor		1	1,7	Negativní, < 0,3 g/L			
(60) Roche	CVP >>>	1	1,7	> 2,5 g/L			
(63) Sysmex	CVP >>>	3	5	0,51 - 2,5 g/L			
	CVP >>>	1	1,7	> 2,5 g/L			
(109) Axis-Shield	CVP >>>	1	1,7	0,51 - 2,5 g/L			
(161) YD Diagnostics	CVP >>>	1	1,7	0,51 - 2,5 g/L			

Cyklus EHK: DGP2/23 - Analýza moče testovacími proužky

Stop termín: 19.5.2023

Nastavení: skupiny - výrobce reagensů

Zkouška Vzorek Skupina	AV	N _{tot}	Četnosti výsledků		Výsledek	Úspěšnost		
			N _{rel} [%]			N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]
(162) Siemens (Atellica)	CVP >>>	4	6,7	>	> 2,5 g/L			
(179) Siemens	CVP >>>	2	3,3	0,51 - 2,5 g/L				
	CVP >>>	3	5	>	> 2,5 g/L			
(201) Iris Diagnostics	CVP >>>	1	1,7	>	> 2,5 g/L			
(202) Dirui		1	1,7	0,3 - 0,5 g/L				
	CVP >>>	12	20	0,51 - 2,5 g/L				
	CVP >>>	3	5	>	> 2,5 g/L			
(207) 77 Elektronika Kft.		1	1,7	0,3 - 0,5 g/L				
	CVP >>>	4	6,7	0,51 - 2,5 g/L				
(999) jiný výrobce	CVP >>>	1	1,7	0,51 - 2,5 g/L				
(261) Glukóza		60				60	59	98
Vzorek A		60				60	60	100
(5) Dialab	CVP >>>	1	1,7	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L				
(12) Beckman Coulter	CVP >>>	3	5	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L				
(18) Cormay	CVP >>>	3	5	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L				
(46) Erba Lachema	CVP >>>	7	12	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L				
	>	6	10	2,81 - 11 mmol/L				
(49) BioVendor	CVP >>>	1	1,7	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L				
(60) Roche	CVP >>>	1	1,7	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L				
(63) Sysmex	CVP >>>	3	5	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L				
	>	1	1,7	2,81 - 11 mmol/L				
(109) Axis-Shield		1	1,7	2,81 - 11 mmol/L				
(161) YD Diagnostics		1	1,7	2,81 - 11 mmol/L				
(162) Siemens (Atellica)	CVP >>>	4	6,7	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L				
(179) Siemens	CVP >>>	4	6,7	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L				
	>	1	1,7	2,81 - 11 mmol/L				
(201) Iris Diagnostics	CVP >>>	1	1,7	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L				
(202) Dirui	CVP >>>	12	20	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L				
	>	4	6,7	2,81 - 11 mmol/L				
(207) 77 Elektronika Kft.	CVP >>>	5	8,3	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L				
(999) jiný výrobce	CVP >>>	1	1,7	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L				
Vzorek B		60				60	59	98
(5) Dialab	CVP >>>	1	1,7	>	> 28 mmol/L			
(12) Beckman Coulter		1	1,7	11,1 - 28 mmol/L				
	CVP >>>	2	3,3	>	> 28 mmol/L			
(18) Cormay		1	1,7	11,1 - 28 mmol/L				
	CVP >>>	2	3,3	>	> 28 mmol/L			
(46) Erba Lachema		1	1,7	2,81 - 11 mmol/L				
	>	7	12	11,1 - 28 mmol/L				
	CVP >>>	5	8,3	>	> 28 mmol/L			
(49) BioVendor		1	1,7	11,1 - 28 mmol/L				
(60) Roche	CVP >>>	1	1,7	>	> 28 mmol/L			
(63) Sysmex		1	1,7	11,1 - 28 mmol/L				
	CVP >>>	3	5	>	> 28 mmol/L			
(109) Axis-Shield	CVP >>>	1	1,7	>	> 28 mmol/L			
(161) YD Diagnostics	CVP >>>	1	1,7	>	> 28 mmol/L			
(162) Siemens (Atellica)		1	1,7	11,1 - 28 mmol/L				
	CVP >>>	3	5	>	> 28 mmol/L			
(179) Siemens		3	5	11,1 - 28 mmol/L				
	CVP >>>	2	3,3	>	> 28 mmol/L			
(201) Iris Diagnostics	CVP >>>	1	1,7	>	> 28 mmol/L			
(202) Dirui		3	5	11,1 - 28 mmol/L				
	CVP >>>	13	22	>	> 28 mmol/L			
(207) 77 Elektronika Kft.		1	1,7	11,1 - 28 mmol/L				
	CVP >>>	4	6,7	>	> 28 mmol/L			
(999) jiný výrobce	CVP >>>	1	1,7	>	> 28 mmol/L			
(275) hCG		6				6	6	100
Vzorek A		6				6	6	100
(5) Dialab	CVP >>>	1	17	Negativní				
(17) Biogema	CVP >>>	1	17	Negativní				
(32) Human	CVP >>>	1	17	Negativní				
(49) BioVendor	CVP >>>	1	17	Negativní				
(179) Siemens	CVP >>>	1	17	Negativní				
(202) Dirui	CVP >>>	1	17	Negativní				
Vzorek B		6				6	6	100
(5) Dialab	CVP >>>	1	17	Pozitivní				
(17) Biogema	CVP >>>	1	17	Pozitivní				
(32) Human	CVP >>>	1	17	Pozitivní				
(49) BioVendor	CVP >>>	1	17	Pozitivní				

Cyklus EHK: DGP2/23 - Analýza moče testovacími proužky

Stop termín: 19.5.2023

Nastavení: skupiny - výrobce reagensů

Zkouška Vzorek Skupina	AV	N _{tot}	N _{rel} [%]	Výsledek	Četnosti výsledků			Úspěšnost		
					N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]
(179) Siemens	CVP >>>	1	17	Pozitivní						
(202) Dirui	CVP >>>	1	17	Pozitivní						
(263) Ketony		60						60	54	90
Vzorek A		60						60	60	100
(5) Dialab	CVP >>>	1	1,7	Negativní, <= 0,5 mmol/L						
(12) Beckman Coulter	CVP >>>	3	5	Negativní, <= 0,5 mmol/L						
(18) Cormay	CVP >>>	3	5	Negativní, <= 0,5 mmol/L						
(46) Erba Lachema	CVP >>>	13	22	Negativní, <= 0,5 mmol/L						
(49) BioVendor	CVP >>>	1	1,7	Negativní, <= 0,5 mmol/L						
(60) Roche	CVP >>>	1	1,7	Negativní, <= 0,5 mmol/L						
(63) Sysmex	CVP >>>	4	6,7	Negativní, <= 0,5 mmol/L						
(109) Axis-Shield	CVP >>>	1	1,7	Negativní, <= 0,5 mmol/L						
(161) YD Diagnostics	CVP >>>	1	1,7	Negativní, <= 0,5 mmol/L						
(162) Siemens (Atellica)	CVP >>>	4	6,7	Negativní, <= 0,5 mmol/L						
(179) Siemens	CVP >>>	5	8,3	Negativní, <= 0,5 mmol/L						
(201) Iris Diagnostics	CVP >>>	1	1,7	Negativní, <= 0,5 mmol/L						
(202) Dirui	CVP >>>	16	27	Negativní, <= 0,5 mmol/L						
(207) 77 Elektronika Kft.	CVP >>>	5	8,3	Negativní, <= 0,5 mmol/L						
(999) jiný výrobce	CVP >>>	1	1,7	Negativní, <= 0,5 mmol/L						
Vzorek B		60						60	54	90
(5) Dialab		1	1,7	Negativní, <= 0,5 mmol/L						
(12) Beckman Coulter	CVP >>>	3	5	1+, 2+						
(18) Cormay		1	1,7	Negativní, <= 0,5 mmol/L						
		2	3,3	1+, 2+						
(46) Erba Lachema	CVP >>>	9	15	1+, 2+						
	>	4	6,7	3+, 4+						
(49) BioVendor	CVP >>>	1	1,7	1+, 2+						
(60) Roche	>	1	1,7	3+, 4+						
(63) Sysmex		2	3,3	Negativní, <= 0,5 mmol/L						
	CVP >>>	2	3,3	1+, 2+						
(109) Axis-Shield	CVP >>>	1	1,7	1+, 2+						
(161) YD Diagnostics	CVP >>>	1	1,7	1+, 2+						
(162) Siemens (Atellica)		1	1,7	Negativní, <= 0,5 mmol/L						
	CVP >>>	3	5	1+, 2+						
(179) Siemens	CVP >>>	4	6,7	1+, 2+						
	>	1	1,7	3+, 4+						
(201) Iris Diagnostics	>	1	1,7	3+, 4+						
(202) Dirui	CVP >>>	7	12	1+, 2+						
	>	9	15	3+, 4+						
(207) 77 Elektronika Kft.	CVP >>>	5	8,3	1+, 2+						
(999) jiný výrobce		1	1,7	Negativní, <= 0,5 mmol/L						
(272) Krev		60						60	60	100
Vzorek A		60						60	60	100
(5) Dialab	CVP >>>	1	1,7	Negativní						
(12) Beckman Coulter	CVP >>>	3	5	Negativní						
(18) Cormay	CVP >>>	3	5	Negativní						
(46) Erba Lachema	CVP >>>	13	22	Negativní						
(49) BioVendor	CVP >>>	1	1,7	Negativní						
(60) Roche	CVP >>>	1	1,7	Negativní						
(63) Sysmex	CVP >>>	4	6,7	Negativní						
(109) Axis-Shield	CVP >>>	1	1,7	Negativní						
(161) YD Diagnostics	CVP >>>	1	1,7	Negativní						
(162) Siemens (Atellica)	CVP >>>	4	6,7	Negativní						
(179) Siemens	CVP >>>	5	8,3	Negativní						
(201) Iris Diagnostics	CVP >>>	1	1,7	Negativní						
(202) Dirui	CVP >>>	16	27	Negativní						
(207) 77 Elektronika Kft.	CVP >>>	5	8,3	Negativní						
(999) jiný výrobce	CVP >>>	1	1,7	Negativní						
Vzorek B		60						60	60	100
(5) Dialab	CVP >>>	1	1,7	> 50 ery/ μ L						
(12) Beckman Coulter	CVP >>>	3	5	> 50 ery/ μ L						
(18) Cormay	CVP >>>	3	5	> 50 ery/ μ L						
(46) Erba Lachema	CVP >>>	13	22	> 50 ery/ μ L						
(49) BioVendor	CVP >>>	1	1,7	> 50 ery/ μ L						
(60) Roche	CVP >>>	1	1,7	> 50 ery/ μ L						
(63) Sysmex	CVP >>>	4	6,7	> 50 ery/ μ L						
(109) Axis-Shield	CVP >>>	1	1,7	> 50 ery/ μ L						
(161) YD Diagnostics	CVP >>>	1	1,7	> 50 ery/ μ L						
(162) Siemens (Atellica)	CVP >>>	4	6,7	> 50 ery/ μ L						

Cyklus EHK: DGP2/23 - Analýza moče testovacími proužky

Stop termín: 19.5.2023

Nastavení: skupiny - výrobce reagensů

Zkouška Vzorek Skupina	AV	N _{tot}	N _{rel} [%]	Výsledek	Úspěšnost		
					N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]
(179) Siemens	CVP >>>	5	8,3	> 50 ery/ μ L			
(201) Iris Diagnostics	CVP >>>	1	1,7	> 50 ery/ μ L			
(202) Dirui	>	4	6,7	13 - 50 ery/ μ L			
	CVP >>>	12	20	> 50 ery/ μ L			
(207) 77 Elektronika Kft.	CVP >>>	5	8,3	> 50 ery/ μ L			
(999) jiný výrobce	>	1	1,7	13 - 50 ery/ μ L			
(270) Leukocyty		55			55	49	89
Vzorek A		55			55	53	96
(5) Dialab	CVP >>>	1	1,8	Negativní			
(12) Beckman Coulter	CVP >>>	3	5,5	Negativní			
(18) Cormay	CVP >>>	3	5,5	Negativní			
(46) Erba Lachema	CVP >>>	9	16	Negativní			
(49) BioVendor	CVP >>>	1	1,8	Negativní			
(63) Sysmex	CVP >>>	4	7,3	Negativní			
(109) Axis-Shield		1	1,8	10 - 50 leu/ μ L			
(161) YD Diagnostics	CVP >>>	1	1,8	Negativní			
(162) Siemens (Atellica)	CVP >>>	4	7,3	Negativní			
(179) Siemens	CVP >>>	5	9,1	Negativní			
(201) Iris Diagnostics	CVP >>>	1	1,8	Negativní			
(202) Dirui	CVP >>>	16	29	Negativní			
(207) 77 Elektronika Kft.	CVP >>>	5	9,1	Negativní			
(999) jiný výrobce		1	1,8	10 - 50 leu/ μ L			
Vzorek B		55			55	51	93
(5) Dialab	CVP >>>	1	1,8	> 250 leu/ μ L			
(12) Beckman Coulter		3	5,5	Negativní			
(18) Cormay	CVP >>>	3	5,5	51 - 250 leu/ μ L			
(46) Erba Lachema	CVP >>>	9	16	> 250 leu/ μ L			
(49) BioVendor	CVP >>>	1	1,8	> 250 leu/ μ L			
(63) Sysmex		1	1,8	Negativní			
	>	2	3,6	10 - 50 leu/ μ L			
	CVP >>>	1	1,8	51 - 250 leu/ μ L			
(109) Axis-Shield	CVP >>>	1	1,8	> 250 leu/ μ L			
(161) YD Diagnostics	CVP >>>	1	1,8	> 250 leu/ μ L			
(162) Siemens (Atellica)	CVP >>>	4	7,3	> 250 leu/ μ L			
(179) Siemens	CVP >>>	1	1,8	51 - 250 leu/ μ L			
	CVP >>>	4	7,3	> 250 leu/ μ L			
(201) Iris Diagnostics	CVP >>>	1	1,8	51 - 250 leu/ μ L			
(202) Dirui	CVP >>>	14	25	51 - 250 leu/ μ L			
	CVP >>>	2	3,6	> 250 leu/ μ L			
(207) 77 Elektronika Kft.	CVP >>>	2	3,6	51 - 250 leu/ μ L			
	CVP >>>	3	5,5	> 250 leu/ μ L			
(999) jiný výrobce	CVP >>>	1	1,8	51 - 250 leu/ μ L			
(274) Nitrity		58			58	58	100
Vzorek A		58			58	58	100
(5) Dialab	CVP >>>	1	1,7	Negativní			
(12) Beckman Coulter	CVP >>>	3	5,2	Negativní			
(18) Cormay	CVP >>>	3	5,2	Negativní			
(46) Erba Lachema	CVP >>>	11	19	Negativní			
(49) BioVendor	CVP >>>	1	1,7	Negativní			
(60) Roche	CVP >>>	1	1,7	Negativní			
(63) Sysmex	CVP >>>	4	6,9	Negativní			
(109) Axis-Shield	CVP >>>	1	1,7	Negativní			
(161) YD Diagnostics	CVP >>>	1	1,7	Negativní			
(162) Siemens (Atellica)	CVP >>>	4	6,9	Negativní			
(179) Siemens	CVP >>>	5	8,6	Negativní			
(201) Iris Diagnostics	CVP >>>	1	1,7	Negativní			
(202) Dirui	CVP >>>	16	28	Negativní			
(207) 77 Elektronika Kft.	CVP >>>	5	8,6	Negativní			
(999) jiný výrobce	CVP >>>	1	1,7	Negativní			
Vzorek B		58			58	58	100
(5) Dialab	CVP >>>	1	1,7	Pozitivní			
(12) Beckman Coulter	CVP >>>	3	5,2	Pozitivní			
(18) Cormay	CVP >>>	3	5,2	Pozitivní			
(46) Erba Lachema	CVP >>>	11	19	Pozitivní			
(49) BioVendor	CVP >>>	1	1,7	Pozitivní			
(60) Roche	CVP >>>	1	1,7	Pozitivní			
(63) Sysmex	CVP >>>	4	6,9	Pozitivní			
(109) Axis-Shield	CVP >>>	1	1,7	Pozitivní			
(161) YD Diagnostics	CVP >>>	1	1,7	Pozitivní			

Zkouška Vzorek Skupina	AV	N _{tot}	N _{rel} [%]	Výsledek	Četnosti výsledků			Úspěšnost		
					N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]
(162) Siemens (Atellica)	CVP >>>	4	6,9	Pozitivní						
(179) Siemens	CVP >>>	5	8,6	Pozitivní						
(201) Iris Diagnostics	CVP >>>	1	1,7	Pozitivní						
(202) Dirui	CVP >>>	16	28	Pozitivní						
(207) 77 Elektronika Kft.	CVP >>>	5	8,6	Pozitivní						
(999) jiný výrobce	CVP >>>	1	1,7	Pozitivní						
(273) pH		60						60	57	95
Vzorek A		60						60	57	95
(5) Dialab	>	1	1,7	6,0						
(12) Beckman Coulter	CVP >>>	1	1,7	6,5						
	>	2	3,3	7,0						
(18) Cormay		1	1,7	5,0						
	>	1	1,7	5,5						
	>	1	1,7	6,0						
(46) Erba Lachema		1	1,7	5,0						
	>	1	1,7	5,5						
	>	3	5	6,0						
	CVP >>>	8	13	6,5						
(49) BioVendor	CVP >>>	1	1,7	6,5						
(60) Roche	>	1	1,7	7,0						
(63) Sysmex	CVP >>>	4	6,7	6,5						
(109) Axis-Shield	>	1	1,7	6,0						
(161) YD Diagnostics	CVP >>>	1	1,7	6,5						
(162) Siemens (Atellica)	CVP >>>	3	5	6,5						
	>	1	1,7	7,0						
(179) Siemens	CVP >>>	3	5	6,5						
	>	2	3,3	7,0						
(201) Iris Diagnostics	CVP >>>	1	1,7	6,5						
(202) Dirui	>	9	15	6,0						
	CVP >>>	7	12	6,5						
(207) 77 Elektronika Kft.	CVP >>>	5	8,3	6,5						
(999) jiný výrobce		1	1,7	5,0						
Vzorek B		60						60	60	100
(5) Dialab	CVP >>>	1	1,7	7,0						
(12) Beckman Coulter	CVP >>>	3	5	7,0						
(18) Cormay	CVP >>>	3	5	6,5						
(46) Erba Lachema	CVP >>>	1	1,7	6,5						
	CVP >>>	12	20	7,0						
(49) BioVendor	CVP >>>	1	1,7	6,5						
(60) Roche	CVP >>>	1	1,7	7,0						
(63) Sysmex	CVP >>>	4	6,7	7,0						
(109) Axis-Shield	CVP >>>	1	1,7	7,0						
(161) YD Diagnostics	CVP >>>	1	1,7	6,5						
(162) Siemens (Atellica)	CVP >>>	4	6,7	7,0						
(179) Siemens	CVP >>>	1	1,7	6,5						
	CVP >>>	4	6,7	7,0						
(201) Iris Diagnostics	CVP >>>	1	1,7	7,0						
(202) Dirui	>	1	1,7	6,0						
	CVP >>>	12	20	6,5						
	CVP >>>	3	5	7,0						
(207) 77 Elektronika Kft.	CVP >>>	4	6,7	6,5						
	CVP >>>	1	1,7	7,0						
(999) jiný výrobce	>	1	1,7	6,0						
(266) Urobilinogen		60						60	59	98
Vzorek A		60						60	59	98
(5) Dialab	CVP >>>	1	1,7	Negativní, < 17 µmol/L						
(12) Beckman Coulter	CVP >>>	3	5	Negativní, < 17 µmol/L						
(18) Cormay	CVP >>>	3	5	Negativní, < 17 µmol/L						
(46) Erba Lachema	CVP >>>	12	20	Negativní, < 17 µmol/L						
		1	1,7	1+, 2+						
(49) BioVendor	CVP >>>	1	1,7	Negativní, < 17 µmol/L						
(60) Roche	CVP >>>	1	1,7	Negativní, < 17 µmol/L						
(63) Sysmex	CVP >>>	4	6,7	Negativní, < 17 µmol/L						
(109) Axis-Shield	CVP >>>	1	1,7	Negativní, < 17 µmol/L						
(161) YD Diagnostics	CVP >>>	1	1,7	Negativní, < 17 µmol/L						
(162) Siemens (Atellica)	CVP >>>	4	6,7	Negativní, < 17 µmol/L						
(179) Siemens	CVP >>>	5	8,3	Negativní, < 17 µmol/L						
(201) Iris Diagnostics	CVP >>>	1	1,7	Negativní, < 17 µmol/L						
(202) Dirui	CVP >>>	16	27	Negativní, < 17 µmol/L						

Cyklus EHK: DGP2/23 - Analýza moče testovacími proužky

Stop termín: 19.5.2023

Nastavení: skupiny - výrobce reagentů

Zkouška Vzorek Skupina	AV	N _{tot}	N _{rel} [%]	Výsledek	Úspěšnost		
					N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]
(207) 77 Elektronika Kft.	CVP >>>	5	8,3	Negativní, < 17 µmol/L			
(999) jiný výrobce	CVP >>>	1	1,7	Negativní, < 17 µmol/L			
Vzorek B		60			60	60	100
(5) Dialab	CVP >>>	1	1,7	1+, 2+			
(12) Beckman Coulter	CVP >>>	3	5	3+, 4+			
(18) Cormay	CVP >>>	3	5	3+, 4+			
(46) Erba Lachema	CVP >>>	13	22	3+, 4+			
(49) BioVendor	CVP >>>	1	1,7	3+, 4+			
(60) Roche	CVP >>>	1	1,7	3+, 4+			
(63) Sysmex	CVP >>>	3	5	1+, 2+			
	CVP >>>	1	1,7	3+, 4+			
(109) Axis-Shield	CVP >>>	1	1,7	3+, 4+			
(161) YD Diagnostics	CVP >>>	1	1,7	3+, 4+			
(162) Siemens (Atellica)	CVP >>>	4	6,7	1+, 2+			
(179) Siemens	CVP >>>	2	3,3	1+, 2+			
	CVP >>>	3	5	3+, 4+			
(201) Iris Diagnostics	CVP >>>	1	1,7	3+, 4+			
(202) Dirui	CVP >>>	15	25	1+, 2+			
	CVP >>>	1	1,7	3+, 4+			
(207) 77 Elektronika Kft.	CVP >>>	5	8,3	3+, 4+			
(999) jiný výrobce	CVP >>>	1	1,7	3+, 4+			