

Cyklus EHK: DGP3/23 - Analýza moče testovacími proužky

Stop termín: 1.12.2023

Nastavení: skupiny - R (výrobce proužku)

AV = vztažná hodnota
 CVP = konsenzus všech účastníků
 >>> ... očekávaný výsledek
 > ... akceptovatelný výsledek
 ± ... nehodnocený výsledek

N_{tot} = celkový počet výsledků
 N_{rel} = relativní počet výsledků

N_{eva} = počet hodnocených výsledků
 N_{suc} = počet úspěšných výsledků
 S_{rel} = relativní úspěšnost

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků				Úspěšnost		
	AV	N _{tot}	N _{rel} [%]	Výsledek	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]
(268) Bilirubin		315			315	313	99
Vzorek A		315			315	314	100
(5) Dialab	CVP >>>	4	1,3	Negativní			
(12) Beckman Coulter	CVP >>>	12	3,8	Negativní			
(18) Cormay	CVP >>>	5	1,6	Negativní			
(46) Erba Lachema	CVP >>>	43	14	Negativní			
(49) BioVendor	CVP >>>	10	3,2	Negativní			
(60) Roche	CVP >>>	29	9,2	Negativní			
(63) Sysmex	CVP >>>	18	5,7	Negativní			
(82) PerkinElmer	CVP >>>	1	0,3	Negativní			
(109) Axis-Shield	CVP >>>	3	1	Negativní			
(150) Arkray	CVP >>>	20	6,3	Negativní			
(161) YD Diagnostics	CVP >>>	1	0,3	Negativní			
(162) Siemens (Atellica)	CVP >>>	10	3,2	Negativní			
(179) Siemens	CVP >>>	38	12	Negativní			
(197) Analyticon	CVP >>>	2	0,6	Negativní			
(201) Iris Diagnostics	CVP >>>	14	4,4	Negativní			
(202) Dirui	CVP >>>	67	21	Negativní			
(207) 77 Elektronika Kft.	CVP >>>	33	10	Negativní			
(999) jiný výrobce	CVP >>>	4	1,3	Negativní			
		1	0,3	1+, 2+			
Vzorek B		315			315	313	99
(5) Dialab	CVP >>>	4	1,3	Negativní			
(12) Beckman Coulter	CVP >>>	12	3,8	Negativní			
(18) Cormay	CVP >>>	5	1,6	Negativní			
(46) Erba Lachema		1	0,3	Neuvedeno			
	CVP >>>	42	13	Negativní			
(49) BioVendor	CVP >>>	10	3,2	Negativní			
(60) Roche	CVP >>>	29	9,2	Negativní			
(63) Sysmex	CVP >>>	18	5,7	Negativní			
(82) PerkinElmer	CVP >>>	1	0,3	Negativní			
(109) Axis-Shield	CVP >>>	3	1	Negativní			
(150) Arkray	CVP >>>	20	6,3	Negativní			
(161) YD Diagnostics	CVP >>>	1	0,3	Negativní			
(162) Siemens (Atellica)	CVP >>>	10	3,2	Negativní			
(179) Siemens	CVP >>>	38	12	Negativní			
(197) Analyticon	CVP >>>	2	0,6	Negativní			
(201) Iris Diagnostics	CVP >>>	14	4,4	Negativní			
(202) Dirui	CVP >>>	67	21	Negativní			
(207) 77 Elektronika Kft.	CVP >>>	33	10	Negativní			
(999) jiný výrobce	CVP >>>	4	1,3	Negativní			
		1	0,3	1+, 2+			
(264) Celková bílkovina		316			316	312	99
Vzorek A		316			316	312	99
(5) Dialab	CVP >>>	3	0,9	Negativní, < 0,3 g/L			
		1	0,3	> 2,5 g/L			
(12) Beckman Coulter	CVP >>>	12	3,8	Negativní, < 0,3 g/L			
(18) Cormay	CVP >>>	4	1,3	Negativní, < 0,3 g/L			
(46) Erba Lachema	CVP >>>	43	14	Negativní, < 0,3 g/L			
		1	0,3	0,3 - 0,5 g/L			
		1	0,3	0,51 - 2,5 g/L			
(49) BioVendor	CVP >>>	10	3,2	Negativní, < 0,3 g/L			
(60) Roche	CVP >>>	29	9,2	Negativní, < 0,3 g/L			
(63) Sysmex	CVP >>>	19	6	Negativní, < 0,3 g/L			
(109) Axis-Shield	CVP >>>	2	0,6	Negativní, < 0,3 g/L			
(150) Arkray	CVP >>>	20	6,3	Negativní, < 0,3 g/L			
(161) YD Diagnostics	CVP >>>	1	0,3	Negativní, < 0,3 g/L			
(162) Siemens (Atellica)	CVP >>>	10	3,2	Negativní, < 0,3 g/L			
(179) Siemens	CVP >>>	38	12	Negativní, < 0,3 g/L			
(197) Analyticon	CVP >>>	2	0,6	Negativní, < 0,3 g/L			
(201) Iris Diagnostics	CVP >>>	14	4,4	Negativní, < 0,3 g/L			
(202) Dirui	CVP >>>	67	21	Negativní, < 0,3 g/L			
(207) 77 Elektronika Kft.	CVP >>>	33	10	Negativní, < 0,3 g/L			
(999) jiný výrobce	CVP >>>	5	1,6	Negativní, < 0,3 g/L			

Cyklus EHK: DGP3/23 - Analýza moče testovacími proužky

Stop termín: 1.12.2023

Nastavení: skupiny - R (výrobce proužku)

Zkouška Vzorek Skupina	AV	N _{tot}	N _{rel} [%]	Výsledek	Úspěšnost		
					N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]
		1	0,3	0,51 - 2,5 g/L			
Vzorek B		316			316	313	99
(5) Dialab	CVP >>>	4	1,3	Negativní, < 0,3 g/L			
(12) Beckman Coulter	CVP >>>	12	3,8	Negativní, < 0,3 g/L			
(18) Cormay	CVP >>>	4	1,3	Negativní, < 0,3 g/L			
(46) Erba Lachema	CVP >>>	43	14	Negativní, < 0,3 g/L			
		2	0,6	0,3 - 0,5 g/L			
(49) BioVendor	CVP >>>	10	3,2	Negativní, < 0,3 g/L			
(60) Roche	CVP >>>	29	9,2	Negativní, < 0,3 g/L			
(63) Sysmex	CVP >>>	19	6	Negativní, < 0,3 g/L			
(109) Axis-Shield	CVP >>>	2	0,6	Negativní, < 0,3 g/L			
(150) Arkray	CVP >>>	20	6,3	Negativní, < 0,3 g/L			
(161) YD Diagnostics	CVP >>>	1	0,3	Negativní, < 0,3 g/L			
(162) Siemens (Atellica)	CVP >>>	10	3,2	Negativní, < 0,3 g/L			
(179) Siemens	CVP >>>	38	12	Negativní, < 0,3 g/L			
(197) Analyticon	CVP >>>	2	0,6	Negativní, < 0,3 g/L			
(201) Iris Diagnostics	CVP >>>	14	4,4	Negativní, < 0,3 g/L			
(202) Dirui	CVP >>>	67	21	Negativní, < 0,3 g/L			
(207) 77 Elektronika Kft.	CVP >>>	33	10	Negativní, < 0,3 g/L			
(999) jiný výrobce	CVP >>>	5	1,6	Negativní, < 0,3 g/L			
		1	0,3	0,3 - 0,5 g/L			
(261) Glukóza		317			317	312	98
Vzorek A		317			317	315	99
(5) Dialab	CVP >>>	2	0,6	2,81 - 11 mmol/L			
	CVP >>>	2	0,6	11,1 - 28 mmol/L			
(12) Beckman Coulter	CVP >>>	5	1,6	2,81 - 11 mmol/L			
	CVP >>>	7	2,2	11,1 - 28 mmol/L			
(18) Cormay	CVP >>>	1	0,3	2,81 - 11 mmol/L			
	CVP >>>	3	0,9	11,1 - 28 mmol/L			
	>	1	0,3	> 28 mmol/L			
(46) Erba Lachema	CVP >>>	10	3,2	2,81 - 11 mmol/L			
	CVP >>>	27	8,5	11,1 - 28 mmol/L			
	>	8	2,5	> 28 mmol/L			
(49) BioVendor	CVP >>>	6	1,9	2,81 - 11 mmol/L			
	CVP >>>	4	1,3	11,1 - 28 mmol/L			
(60) Roche	CVP >>>	12	3,8	2,81 - 11 mmol/L			
	CVP >>>	15	4,7	11,1 - 28 mmol/L			
	>	2	0,6	> 28 mmol/L			
(63) Sysmex	CVP >>>	2	0,6	2,81 - 11 mmol/L			
	CVP >>>	17	5,4	11,1 - 28 mmol/L			
(109) Axis-Shield	CVP >>>	1	0,3	2,81 - 11 mmol/L			
	CVP >>>	1	0,3	11,1 - 28 mmol/L			
(150) Arkray	CVP >>>	11	3,5	2,81 - 11 mmol/L			
	CVP >>>	9	2,8	11,1 - 28 mmol/L			
(161) YD Diagnostics	CVP >>>	1	0,3	11,1 - 28 mmol/L			
(162) Siemens (Atellica)	CVP >>>	6	1,9	2,81 - 11 mmol/L			
	CVP >>>	4	1,3	11,1 - 28 mmol/L			
(179) Siemens		1	0,3	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L			
	CVP >>>	20	6,3	2,81 - 11 mmol/L			
	CVP >>>	17	5,4	11,1 - 28 mmol/L			
(197) Analyticon	CVP >>>	2	0,6	11,1 - 28 mmol/L			
(201) Iris Diagnostics	CVP >>>	8	2,5	2,81 - 11 mmol/L			
	CVP >>>	6	1,9	11,1 - 28 mmol/L			
(202) Dirui	CVP >>>	30	9,5	2,81 - 11 mmol/L			
	CVP >>>	34	11	11,1 - 28 mmol/L			
	>	3	0,9	> 28 mmol/L			
(207) 77 Elektronika Kft.	CVP >>>	17	5,4	2,81 - 11 mmol/L			
	CVP >>>	11	3,5	11,1 - 28 mmol/L			
	>	5	1,6	> 28 mmol/L			
(999) jiný výrobce		1	0,3	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L			
	CVP >>>	1	0,3	2,81 - 11 mmol/L			
	CVP >>>	4	1,3	11,1 - 28 mmol/L			
Vzorek B		317			317	314	99
(5) Dialab	CVP >>>	4	1,3	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L			
(12) Beckman Coulter	CVP >>>	12	3,8	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L			
(18) Cormay	CVP >>>	3	0,9	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L			
		2	0,6	2,81 - 11 mmol/L			
(46) Erba Lachema	CVP >>>	45	14	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L			
(49) BioVendor	CVP >>>	10	3,2	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L			

Cyklus EHK: DGP3/23 - Analýza moče testovacími proužky

Stop termín: 1.12.2023

Nastavení: skupiny - R (výrobce proužku)

Zkouška Vzorek Skupina	AV	N _{tot}	N _{rel} [%]	Výsledek	Úspěšnost		
					N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]
(60) Roche	CVP >>>	28	8,8	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L			
		1	0,3	11,1 - 28 mmol/L			
(63) Sysmex	CVP >>>	19	6	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L			
(109) Axis-Shield	CVP >>>	2	0,6	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L			
(150) Arkray	CVP >>>	20	6,3	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L			
(161) YD Diagnostics	CVP >>>	1	0,3	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L			
(162) Siemens (Atellica)	CVP >>>	10	3,2	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L			
(179) Siemens	CVP >>>	38	12	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L			
(197) Analyticon	CVP >>>	2	0,6	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L			
(201) Iris Diagnostics	CVP >>>	14	4,4	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L			
(202) Dirui	CVP >>>	67	21	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L			
(207) 77 Elektronika Kft.	CVP >>>	33	10	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L			
(999) jiný výrobce	CVP >>>	6	1,9	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L			
(275) hCG		14			14	14	100
Vzorek A		14			14	14	100
(5) Dialab	CVP >>>	3	21	Negativní			
(17) Biogema	CVP >>>	3	21	Negativní			
(49) BioVendor	CVP >>>	1	7,1	Negativní			
(115) BioSystems	CVP >>>	1	7,1	Negativní			
(179) Siemens	CVP >>>	2	14	Negativní			
(999) jiný výrobce	CVP >>>	4	29	Negativní			
Vzorek B		14			14	14	100
(5) Dialab	CVP >>>	3	21	Negativní			
(17) Biogema	CVP >>>	3	21	Negativní			
(49) BioVendor	CVP >>>	1	7,1	Negativní			
(115) BioSystems	CVP >>>	1	7,1	Negativní			
(179) Siemens	CVP >>>	2	14	Negativní			
(999) jiný výrobce	CVP >>>	4	29	Negativní			
(263) Ketony		316			316	314	99
Vzorek A		316			316	314	99
(5) Dialab	CVP >>>	3	0,9	Negativní, <= 0,5 mmol/L			
		1	0,3	3+, 4+			
(12) Beckman Coulter	CVP >>>	12	3,8	Negativní, <= 0,5 mmol/L			
(18) Cormay	CVP >>>	4	1,3	Negativní, <= 0,5 mmol/L			
		1	0,3	1+, 2+			
(46) Erba Lachema	CVP >>>	45	14	Negativní, <= 0,5 mmol/L			
(49) BioVendor	CVP >>>	10	3,2	Negativní, <= 0,5 mmol/L			
(60) Roche	CVP >>>	29	9,2	Negativní, <= 0,5 mmol/L			
(63) Sysmex	CVP >>>	19	6	Negativní, <= 0,5 mmol/L			
(109) Axis-Shield	CVP >>>	2	0,6	Negativní, <= 0,5 mmol/L			
(150) Arkray	CVP >>>	20	6,3	Negativní, <= 0,5 mmol/L			
(161) YD Diagnostics	CVP >>>	1	0,3	Negativní, <= 0,5 mmol/L			
(162) Siemens (Atellica)	CVP >>>	10	3,2	Negativní, <= 0,5 mmol/L			
(179) Siemens	CVP >>>	37	12	Negativní, <= 0,5 mmol/L			
(197) Analyticon	CVP >>>	2	0,6	Negativní, <= 0,5 mmol/L			
(201) Iris Diagnostics	CVP >>>	14	4,4	Negativní, <= 0,5 mmol/L			
(202) Dirui	CVP >>>	67	21	Negativní, <= 0,5 mmol/L			
(207) 77 Elektronika Kft.	CVP >>>	33	10	Negativní, <= 0,5 mmol/L			
(999) jiný výrobce	CVP >>>	6	1,9	Negativní, <= 0,5 mmol/L			
Vzorek B		316			316	315	100
(5) Dialab	CVP >>>	4	1,3	Negativní, <= 0,5 mmol/L			
(12) Beckman Coulter	CVP >>>	12	3,8	Negativní, <= 0,5 mmol/L			
(18) Cormay	CVP >>>	4	1,3	Negativní, <= 0,5 mmol/L			
		1	0,3	1+, 2+			
(46) Erba Lachema	CVP >>>	45	14	Negativní, <= 0,5 mmol/L			
(49) BioVendor	CVP >>>	10	3,2	Negativní, <= 0,5 mmol/L			
(60) Roche	CVP >>>	29	9,2	Negativní, <= 0,5 mmol/L			
(63) Sysmex	CVP >>>	19	6	Negativní, <= 0,5 mmol/L			
(109) Axis-Shield	CVP >>>	2	0,6	Negativní, <= 0,5 mmol/L			
(150) Arkray	CVP >>>	20	6,3	Negativní, <= 0,5 mmol/L			
(161) YD Diagnostics	CVP >>>	1	0,3	Negativní, <= 0,5 mmol/L			
(162) Siemens (Atellica)	CVP >>>	10	3,2	Negativní, <= 0,5 mmol/L			
(179) Siemens	CVP >>>	37	12	Negativní, <= 0,5 mmol/L			
(197) Analyticon	CVP >>>	2	0,6	Negativní, <= 0,5 mmol/L			
(201) Iris Diagnostics	CVP >>>	14	4,4	Negativní, <= 0,5 mmol/L			
(202) Dirui	CVP >>>	67	21	Negativní, <= 0,5 mmol/L			
(207) 77 Elektronika Kft.	CVP >>>	33	10	Negativní, <= 0,5 mmol/L			
(999) jiný výrobce	CVP >>>	6	1,9	Negativní, <= 0,5 mmol/L			

Cyklus EHK: DGP3/23 - Analýza moče testovacími proužky

Stop termín: 1.12.2023

Nastavení: skupiny - R (výrobce proužku)

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků				Úspěšnost		
	AV	N _{tot}	N _{rel} [%]	Výsledek	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]
(272) Krev		317			317	314	99
Vzorek A		317			317	315	99
(5) Dialab	CVP >>>	3	0,9	Negativní			
		1	0,3	> 50 ery/ μ L			
(12) Beckman Coulter	CVP >>>	12	3,8	Negativní			
(18) Cormay	CVP >>>	5	1,6	Negativní			
(46) Erba Lachema	CVP >>>	45	14	Negativní			
(49) BioVendor	CVP >>>	10	3,2	Negativní			
(60) Roche	CVP >>>	29	9,1	Negativní			
(63) Sysmex	CVP >>>	18	5,7	Negativní			
		1	0,3	5 - 12 ery/ μ L			
(109) Axis-Shield	CVP >>>	2	0,6	Negativní			
(150) Arkray	CVP >>>	20	6,3	Negativní			
(161) YD Diagnostics	CVP >>>	1	0,3	Negativní			
(162) Siemens (Atellica)	CVP >>>	10	3,2	Negativní			
(179) Siemens	CVP >>>	38	12	Negativní			
(197) Analyticon	CVP >>>	2	0,6	Negativní			
(201) Iris Diagnostics	CVP >>>	14	4,4	Negativní			
(202) Dirui	CVP >>>	67	21	Negativní			
(207) 77 Elektronika Kft.	CVP >>>	33	10	Negativní			
(999) jiný výrobce	CVP >>>	6	1,9	Negativní			
Vzorek B		317			317	316	100
(5) Dialab	CVP >>>	4	1,3	Negativní			
(12) Beckman Coulter	CVP >>>	12	3,8	Negativní			
(18) Cormay	CVP >>>	5	1,6	Negativní			
(46) Erba Lachema	CVP >>>	44	14	Negativní			
		1	0,3	5 - 12 ery/ μ L			
(49) BioVendor	CVP >>>	10	3,2	Negativní			
(60) Roche	CVP >>>	29	9,1	Negativní			
(63) Sysmex	CVP >>>	19	6	Negativní			
(109) Axis-Shield	CVP >>>	2	0,6	Negativní			
(150) Arkray	CVP >>>	20	6,3	Negativní			
(161) YD Diagnostics	CVP >>>	1	0,3	Negativní			
(162) Siemens (Atellica)	CVP >>>	10	3,2	Negativní			
(179) Siemens	CVP >>>	38	12	Negativní			
(197) Analyticon	CVP >>>	2	0,6	Negativní			
(201) Iris Diagnostics	CVP >>>	14	4,4	Negativní			
(202) Dirui	CVP >>>	67	21	Negativní			
(207) 77 Elektronika Kft.	CVP >>>	33	10	Negativní			
(999) jiný výrobce	CVP >>>	6	1,9	Negativní			
(270) Leukocyty		284			284	281	99
Vzorek A		284			284	281	99
(5) Dialab	CVP >>>	3	1,1	Negativní			
(12) Beckman Coulter	CVP >>>	12	4,2	Negativní			
(18) Cormay	CVP >>>	4	1,4	Negativní			
		1	0,4	51 - 250 leu/ μ L			
(46) Erba Lachema	CVP >>>	18	6,3	Negativní			
(49) BioVendor	CVP >>>	9	3,2	Negativní			
		1	0,4	10 - 50 leu/ μ L			
(60) Roche	CVP >>>	28	9,9	Negativní			
(63) Sysmex	CVP >>>	18	6,3	Negativní			
		1	0,4	10 - 50 leu/ μ L			
(109) Axis-Shield	CVP >>>	2	0,7	Negativní			
(150) Arkray	CVP >>>	20	7	Negativní			
(162) Siemens (Atellica)	CVP >>>	10	3,5	Negativní			
(179) Siemens	CVP >>>	37	13	Negativní			
(197) Analyticon	CVP >>>	2	0,7	Negativní			
(201) Iris Diagnostics	CVP >>>	12	4,2	Negativní			
(202) Dirui	CVP >>>	67	24	Negativní			
(207) 77 Elektronika Kft.	CVP >>>	33	12	Negativní			
(999) jiný výrobce	CVP >>>	6	2,1	Negativní			
Vzorek B		284			284	283	100
(5) Dialab	CVP >>>	3	1,1	Negativní			
(12) Beckman Coulter	CVP >>>	12	4,2	Negativní			
(18) Cormay	CVP >>>	5	1,8	Negativní			
(46) Erba Lachema	CVP >>>	18	6,3	Negativní			
(49) BioVendor	CVP >>>	10	3,5	Negativní			
(60) Roche	CVP >>>	28	9,9	Negativní			
(63) Sysmex	CVP >>>	18	6,3	Negativní			

Cyklus EHK: DGP3/23 - Analýza moče testovacími proužky

Stop termín: 1.12.2023

Nastavení: skupiny - R (výrobce proužku)

Zkouška Vzorek Skupina	AV	N _{tot}	N _{rel} [%]	Výsledek	Četnosti výsledků			Úspěšnost		
					N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]			
(109) Axis-Shield	CVP >>>	2	0,4	10 - 50 leu/μL						
(150) Arkray	CVP >>>	20	7	Negativní						
(162) Siemens (Atellica)	CVP >>>	10	3,5	Negativní						
(179) Siemens	CVP >>>	37	13	Negativní						
(197) Analyticon	CVP >>>	2	0,7	Negativní						
(201) Iris Diagnostics	CVP >>>	12	4,2	Negativní						
(202) Dirui	CVP >>>	67	24	Negativní						
(207) 77 Elektronika Kft.	CVP >>>	33	12	Negativní						
(999) jiný výrobce	CVP >>>	6	2,1	Negativní						
(274) Nitrity		286						286	282	99
Vzorek A		286						286	282	99
(5) Dialab	CVP >>>	3	1	Negativní						
		1	0,3	Pozitivní						
(9) Bayer	CVP >>>	1	0,3	Negativní						
(12) Beckman Coulter	CVP >>>	12	4,2	Negativní						
(18) Cormay	CVP >>>	4	1,4	Negativní						
		1	0,3	Pozitivní						
(46) Erba Lachema	CVP >>>	19	6,6	Negativní						
(49) BioVendor	CVP >>>	9	3,1	Negativní						
		1	0,3	Pozitivní						
(60) Roche	CVP >>>	27	9,4	Negativní						
(63) Sysmex	CVP >>>	19	6,6	Negativní						
(109) Axis-Shield	CVP >>>	2	0,7	Negativní						
(150) Arkray	CVP >>>	19	6,6	Negativní						
(162) Siemens (Atellica)	CVP >>>	10	3,5	Negativní						
(179) Siemens	CVP >>>	37	13	Negativní						
(197) Analyticon	CVP >>>	2	0,7	Negativní						
(201) Iris Diagnostics	CVP >>>	14	4,9	Negativní						
(202) Dirui	CVP >>>	67	23	Negativní						
(207) 77 Elektronika Kft.	CVP >>>	31	11	Negativní						
		1	0,3	Pozitivní						
(999) jiný výrobce	CVP >>>	6	2,1	Negativní						
Vzorek B		286						286	285	100
(5) Dialab	CVP >>>	4	1,4	Negativní						
(9) Bayer	CVP >>>	1	0,3	Negativní						
(12) Beckman Coulter	CVP >>>	12	4,2	Negativní						
(18) Cormay	CVP >>>	4	1,4	Negativní						
		1	0,3	Pozitivní						
(46) Erba Lachema	CVP >>>	19	6,6	Negativní						
(49) BioVendor	CVP >>>	10	3,5	Negativní						
(60) Roche	CVP >>>	27	9,4	Negativní						
(63) Sysmex	CVP >>>	19	6,6	Negativní						
(109) Axis-Shield	CVP >>>	2	0,7	Negativní						
(150) Arkray	CVP >>>	19	6,6	Negativní						
(162) Siemens (Atellica)	CVP >>>	10	3,5	Negativní						
(179) Siemens	CVP >>>	37	13	Negativní						
(197) Analyticon	CVP >>>	2	0,7	Negativní						
(201) Iris Diagnostics	CVP >>>	14	4,9	Negativní						
(202) Dirui	CVP >>>	67	23	Negativní						
(207) 77 Elektronika Kft.	CVP >>>	32	11	Negativní						
(999) jiný výrobce	CVP >>>	6	2,1	Negativní						
(273) pH		317						317	310	98
Vzorek A		317						317	312	98
(5) Dialab	>	1	0,3	7,0						
	>	2	0,6	8,0						
		1	0,3	9,0						
(12) Beckman Coulter	CVP >>>	3	0,9	7,5						
	>	6	1,9	8,0						
	>	3	0,9	8,5						
(18) Cormay		2	0,6	6,0						
	>	2	0,6	6,5						
	>	1	0,3	7,0						
(46) Erba Lachema		1	0,3	6,0						
	>	2	0,6	6,5						
	>	15	4,7	7,0						
	CVP >>>	6	1,9	7,5						
	>	20	6,3	8,0						
		1	0,3	9,0						

Cyklus EHK: DGP3/23 - Analýza moče testovacími proužky

Stop termín: 1.12.2023

Nastavení: skupiny - R (výrobce proužku)

Zkouška Vzorek Skupina	AV	N _{tot}	Četnosti výsledků		Úspěšnost		
			N _{rel} [%]	Výsledek	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]
(49) BioVendor	CVP >>>>	8	2,5	7,5			
	>	2	0,6	8,0			
(60) Roche	>	5	1,6	7,0			
	>	24	7,6	8,0			
(63) Sysmex	CVP >>>>	19	6	7,5			
(109) Axis-Shield	>	1	0,3	7,0			
	CVP >>>>	1	0,3	7,5			
(150) Arkray	>	1	0,3	7,0			
	CVP >>>>	11	3,5	7,5			
	>	8	2,5	8,0			
(161) YD Diagnostics	CVP >>>>	1	0,3	7,5			
(162) Siemens (Atellica)	CVP >>>>	2	0,6	7,5			
	>	5	1,6	8,0			
	>	3	0,9	8,5			
(179) Siemens	>	2	0,6	7,0			
	CVP >>>>	8	2,5	7,5			
	>	12	3,8	8,0			
	>	16	5	8,5			
(197) Analyticon	>	1	0,3	7,0			
	>	1	0,3	8,0			
(201) Iris Diagnostics	CVP >>>>	1	0,3	7,5			
	>	9	2,8	8,0			
	>	4	1,3	8,5			
(202) Dirui	>	1	0,3	6,5			
	>	5	1,6	7,0			
	CVP >>>>	49	15	7,5			
	>	12	3,8	8,0			
(207) 77 Elektronika Kft.	>	2	0,6	7,0			
	CVP >>>>	22	6,9	7,5			
	>	9	2,8	8,0			
(999) jiný výrobce	>	1	0,3	6,5			
	>	2	0,6	7,0			
	CVP >>>>	1	0,3	7,5			
	>	2	0,6	8,0			
Vzorek B		317			317	315	99
(5) Dialab	>	1	0,3	6,0			
	CVP >>>>	3	0,9	6,5			
(12) Beckman Coulter	CVP >>>>	12	3,8	6,5			
(18) Cormay	>	4	1,3	6,0			
	CVP >>>>	1	0,3	6,5			
(46) Erba Lachema		2	0,6	5,0			
	>	2	0,6	5,5			
	>	20	6,3	6,0			
	CVP >>>>	19	6	6,5			
	>	2	0,6	7,0			
(49) BioVendor	>	1	0,3	6,0			
	CVP >>>>	9	2,8	6,5			
(60) Roche	>	2	0,6	6,0			
	CVP >>>>	8	2,5	6,5			
	>	19	6	7,0			
(63) Sysmex	CVP >>>>	19	6	6,5			
(109) Axis-Shield	>	1	0,3	6,0			
	CVP >>>>	1	0,3	6,5			
(150) Arkray	>	1	0,3	6,0			
	CVP >>>>	19	6	6,5			
(161) YD Diagnostics	CVP >>>>	1	0,3	6,5			
(162) Siemens (Atellica)	CVP >>>>	6	1,9	6,5			
	>	4	1,3	7,0			
(179) Siemens	>	2	0,6	6,0			
	CVP >>>>	21	6,6	6,5			
	>	15	4,7	7,0			
(197) Analyticon	>	1	0,3	6,0			
	CVP >>>>	1	0,3	6,5			
(201) Iris Diagnostics	CVP >>>>	11	3,5	6,5			
	>	3	0,9	7,0			
(202) Dirui	>	1	0,3	5,5			
	>	24	7,6	6,0			
	CVP >>>>	41	13	6,5			
	>	1	0,3	7,0			

Cyklus EHK: DGP3/23 - Analýza moče testovacími proužky

Stop termín: 1.12.2023

Nastavení: skupiny - R (výrobce proužku)

Zkouška Vzorek Skupina	AV	N _{tot}	N _{rel} [%]	Výsledek	Úspěšnost		
					N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]
(207) 77 Elektronika Kft.	CVP >>>	32	10	6,5			
	>	1	0,3	7,0			
(999) jiný výrobce	>	3	0,9	6,0			
	CVP >>>	3	0,9	6,5			
(266) Urobilinogen		316			316	312	99
Vzorek A		316			316	313	99
(5) Dialab	CVP >>>	3	0,9	Negativní, < 17 µmol/L			
		1	0,3	3+, 4+			
(12) Beckman Coulter	CVP >>>	12	3,8	Negativní, < 17 µmol/L			
(18) Cormay	CVP >>>	4	1,3	Negativní, < 17 µmol/L			
		1	0,3	1+, 2+			
(46) Erba Lachema	CVP >>>	44	14	Negativní, < 17 µmol/L			
(49) BioVendor	CVP >>>	10	3,2	Negativní, < 17 µmol/L			
(60) Roche	CVP >>>	29	9,2	Negativní, < 17 µmol/L			
(63) Sysmex	CVP >>>	19	6	Negativní, < 17 µmol/L			
(109) Axis-Shield	CVP >>>	2	0,6	Negativní, < 17 µmol/L			
(150) Arkray	CVP >>>	20	6,3	Negativní, < 17 µmol/L			
(161) YD Diagnostics	CVP >>>	1	0,3	Negativní, < 17 µmol/L			
(162) Siemens (Atellica)	CVP >>>	10	3,2	Negativní, < 17 µmol/L			
(179) Siemens	CVP >>>	38	12	Negativní, < 17 µmol/L			
(197) Analyticon	CVP >>>	2	0,6	Negativní, < 17 µmol/L			
(201) Iris Diagnostics	CVP >>>	14	4,4	Negativní, < 17 µmol/L			
(202) Dirui	CVP >>>	67	21	Negativní, < 17 µmol/L			
(207) 77 Elektronika Kft.	CVP >>>	33	10	Negativní, < 17 µmol/L			
(999) jiný výrobce	CVP >>>	5	1,6	Negativní, < 17 µmol/L			
		1	0,3	1+, 2+			
Vzorek B		316			316	313	99
(5) Dialab	CVP >>>	4	1,3	Negativní, < 17 µmol/L			
(12) Beckman Coulter	CVP >>>	12	3,8	Negativní, < 17 µmol/L			
(18) Cormay	CVP >>>	3	0,9	Negativní, < 17 µmol/L			
		2	0,6	1+, 2+			
(46) Erba Lachema	CVP >>>	44	14	Negativní, < 17 µmol/L			
(49) BioVendor	CVP >>>	10	3,2	Negativní, < 17 µmol/L			
(60) Roche	CVP >>>	29	9,2	Negativní, < 17 µmol/L			
(63) Sysmex	CVP >>>	19	6	Negativní, < 17 µmol/L			
(109) Axis-Shield	CVP >>>	2	0,6	Negativní, < 17 µmol/L			
(150) Arkray	CVP >>>	20	6,3	Negativní, < 17 µmol/L			
(161) YD Diagnostics	CVP >>>	1	0,3	Negativní, < 17 µmol/L			
(162) Siemens (Atellica)	CVP >>>	10	3,2	Negativní, < 17 µmol/L			
(179) Siemens	CVP >>>	38	12	Negativní, < 17 µmol/L			
(197) Analyticon	CVP >>>	2	0,6	Negativní, < 17 µmol/L			
(201) Iris Diagnostics	CVP >>>	14	4,4	Negativní, < 17 µmol/L			
(202) Dirui	CVP >>>	67	21	Negativní, < 17 µmol/L			
(207) 77 Elektronika Kft.	CVP >>>	33	10	Negativní, < 17 µmol/L			
(999) jiný výrobce	CVP >>>	5	1,6	Negativní, < 17 µmol/L			
		1	0,3	1+, 2+			