

## Cyklus EHK: DGP3/23 - Analýza moče testovacími proužky

Stop termín: 1.12.2023

Nastavení: Slovensko

AV = vztažná hodnota  
 CVP = konsenzus všech účastníků  
 >>> ... očekávaný výsledek  
 > ... akceptovatelný výsledek  
 ± ... nehodnocený výsledek

N<sub>tot</sub> = celkový počet výsledků  
 N<sub>rel</sub> = relativní počet výsledků

N<sub>eva</sub> = počet hodnocených výsledků  
 N<sub>suc</sub> = počet úspěšných výsledků  
 S<sub>rel</sub> = relativní úspěšnost

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků				Úspěšnost		
	AV	N <sub>tot</sub>	N <sub>rel</sub> [%]	Výsledek	N <sub>eva</sub>	N <sub>suc</sub>	S <sub>rel</sub> [%]
(268) <b>Bilirubin</b>		29			29	29	100
<b>Vzorek A</b>		29			29	29	100
Všechny výsledky	CVP >>>	29	100	Negativní			
<b>Vzorek B</b>		29			29	29	100
Všechny výsledky	CVP >>>	29	100	Negativní			
(264) <b>Celková bílkovina</b>		29			29	29	100
<b>Vzorek A</b>		29			29	29	100
Všechny výsledky	CVP >>>	29	100	Negativní, < 0,3 g/L			
<b>Vzorek B</b>		29			29	29	100
Všechny výsledky	CVP >>>	29	100	Negativní, < 0,3 g/L			
(261) <b>Glukóza</b>		29			29	29	100
<b>Vzorek A</b>		29			29	29	100
Všechny výsledky	CVP >>>	16	55	2,81 - 11 mmol/L			
	CVP >>>	12	41	11,1 - 28 mmol/L			
	>	1	3,4	> 28 mmol/L			
<b>Vzorek B</b>		29			29	29	100
Všechny výsledky	CVP >>>	29	100	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L			
(275) <b>hCG</b>		6			6	6	100
<b>Vzorek A</b>		6			6	6	100
Všechny výsledky	CVP >>>	6	100	Negativní			
<b>Vzorek B</b>		6			6	6	100
Všechny výsledky	CVP >>>	6	100	Negativní			
(263) <b>Ketony</b>		28			28	28	100
<b>Vzorek A</b>		28			28	28	100
Všechny výsledky	CVP >>>	28	100	Negativní, <= 0,5 mmol/L			
<b>Vzorek B</b>		28			28	28	100
Všechny výsledky	CVP >>>	28	100	Negativní, <= 0,5 mmol/L			
(272) <b>Krev</b>		29			29	29	100
<b>Vzorek A</b>		29			29	29	100
Všechny výsledky	CVP >>>	29	100	Negativní			
<b>Vzorek B</b>		29			29	29	100
Všechny výsledky	CVP >>>	29	100	Negativní			
(270) <b>Leukocyty</b>		29			29	28	97
<b>Vzorek A</b>		29			29	28	97
Všechny výsledky	CVP >>>	28	97	Negativní			
		1	3,4	10 - 50 leu/μL			
<b>Vzorek B</b>		29			29	29	100
Všechny výsledky	CVP >>>	29	100	Negativní			
(274) <b>Nitrity</b>		29			29	28	97
<b>Vzorek A</b>		29			29	28	97
Všechny výsledky	CVP >>>	28	97	Negativní			
		1	3,4	Pozitivní			
<b>Vzorek B</b>		29			29	29	100
Všechny výsledky	CVP >>>	29	100	Negativní			
(273) <b>pH</b>		29			29	29	100
<b>Vzorek A</b>		29			29	29	100
Všechny výsledky	>	4	14	7,0			
	CVP >>>	11	38	7,5			
	>	12	41	8,0			
	>	2	6,9	8,5			
<b>Vzorek B</b>		29			29	29	100
Všechny výsledky	>	2	6,9	6,0			
	CVP >>>	25	86	6,5			
	>	2	6,9	7,0			
(266) <b>Urobilinogen</b>		29			29	29	100
<b>Vzorek A</b>		29			29	29	100
Všechny výsledky	CVP >>>	29	100	Negativní, < 17 μmol/L			
<b>Vzorek B</b>		29			29	29	100
Všechny výsledky	CVP >>>	29	100	Negativní, < 17 μmol/L			