

Cyklus EHK: DIF1/23 - Hodnocení nátěru periferní krve

Stop termín: 17.3.2023

Nastavení: Slovensko

RoM = robustní průměr

SD = směrodatná odchylka

CV = variační koeficient

N_{tot} = celkový počet výsledkůN_{out} = počet výsledků vyloučených před výpočtemSD, CV, U_{av}, D_{max} neuvádíme u zkoušek s binomickým rozdělením.

AV = vztažná hodnota

CVE = konsenzus expertů

U_{av} = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)D_{max} = přijatelný rozdíl

LL = dolní mez

UL = horní mez

N_{eva} = počet hodnocených výsledkůN_{suc} = počet úspěšných výsledkůS_{rel} = relativní úspěšnost

Vzorek Zkouška Skupina	[jednotka]	RoM	SD	CV [%]	N _{tot}	N _{out}	Srovnatelnost					N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]
							AV	U _{av}	D _{max}	LL	UL			
Vzorek A														
(901) Leukocyty - diferenciální rozpočet: Blasty	[-]											20	7	35
Všechny výsledky		0,035			20	0	CVE	0		0	0,018	20		
(902) Leukocyty - diferenciální rozpočet: Promyelocyty	[-]											20	20	100
Všechny výsledky		0			20	0	CVE	0		0	0,018	20		
(903) Leukocyty - diferenciální rozpočet: Neutrofilní myelocyty	[-]											20	20	100
Všechny výsledky		0			20	0	CVE	0		0	0,018	20		
(904) Leukocyty - diferenciální rozpočet: Neutrofilní metamyelocyty	[-]											20	20	100
Všechny výsledky		0			20	0	CVE	0		0	0,018	20		
(905) Leukocyty - diferenciální rozpočet: Neutrofilní tyče	[-]											20	20	100
Všechny výsledky		0			20	0	CVE	0		0	0,018	20		
(906) Leukocyty - diferenciální rozpočet: Neutrofilní segmenty	[-]											20	18	90
Všechny výsledky		0,039			20	0	CVE	0,026		0,008	0,057	20		
(907) Leukocyty - diferenciální rozpočet: Eozinofily - mladší formy	[-]											20	20	100
Všechny výsledky		0			20	0	CVE	0		0	0,018	20		
(908) Leukocyty - diferenciální rozpočet: Eozinofilní segmenty	[-]											20	20	100
Všechny výsledky		0,006			20	0	CVE	0,005		0	0,028	20		
(909) Leukocyty - diferenciální rozpočet: Bazofilní granulocyty	[-]											20	20	100
Všechny výsledky		0			20	0	CVE	0		0	0,018	20		
(910) Leukocyty - diferenciální rozpočet: Monocyty	[-]											20	20	100
Všechny výsledky		0,008			20	0	CVE	0,006		0	0,028	20		
(911) Leukocyty - diferenciální rozpočet: Lymfocyty	[-]											20	6	30
Všechny výsledky		0,908			20	0	CVE	0,964		0,923	0,983	20		
(912) Leukocyty - diferenciální rozpočet: Plazmatické buňky	[-]											20	20	100
Všechny výsledky		0			20	0	CVE	0		0	0,018	20		
(940) Erytroblasty	[na 100 difer. buněk]											20	20	100
Všechny výsledky		0			20	0	CVE	0		0	2	20		
Vzorek B														
(901) Leukocyty - diferenciální rozpočet: Blasty	[-]											20	8	40
Všechny výsledky		0,597			20	0	CVE	0,61		0,539	0,678	20		
(902) Leukocyty - diferenciální rozpočet: Promyelocyty	[-]											20	15	75
Všechny výsledky		0,003			20	0	CVE	0,002		0	0,018	20		
(903) Leukocyty - diferenciální rozpočet: Neutrofilní myelocyty	[-]											20	18	90
Všechny výsledky		0,006			20	0	CVE	0,006		0	0,028	20		
(904) Leukocyty - diferenciální rozpočet: Neutrofilní metamyelocyty	[-]											20	20	100
Všechny výsledky		0,002			20	0	CVE	0,007		0	0,028	20		
(905) Leukocyty - diferenciální rozpočet: Neutrofilní tyče	[-]											20	14	70
Všechny výsledky		0,011			20	0	CVE	0,015		0,003	0,043	20		
(906) Leukocyty - diferenciální rozpočet: Neutrofilní segmenty	[-]											20	17	85
Všechny výsledky		0,061			20	0	CVE	0,063		0,031	0,102	20		

Vzorek Zkouška Skupina	[jednotka]	RoM	SD	CV [%]	N _{tot}	N _{out}	Srovnatelnost					N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]
							AV	U _{AV}	D _{max}	LL	UL			
(907) Leukocyty - diferenciální rozpočet: Eozinofily - mladší formy	[-]											20	19	95
Všechny výsledky		0			20	0	CVE	0		0	0,018	20		
(908) Leukocyty - diferenciální rozpočet: Eozinofilní segmenty	[-]											20	18	90
Všechny výsledky		0,01			20	0	CVE	0,008		0	0,028	20		
(909) Leukocyty - diferenciální rozpočet: Bazofilní granulocyty	[-]											20	20	100
Všechny výsledky		0,001			20	0	CVE	0,003		0	0,018	20		
(910) Leukocyty - diferenciální rozpočet: Monocyty	[-]											20	10	50
Všechny výsledky		0,007			20	0	CVE	0,021		0,005	0,05	20		
(911) Leukocyty - diferenciální rozpočet: Lymfocyty	[-]											20	14	70
Všechny výsledky		0,264			20	0	CVE	0,265		0,205	0,332	20		
(912) Leukocyty - diferenciální rozpočet: Plazmatické buňky	[-]											20	20	100
Všechny výsledky		0			20	0	CVE	0		0	0,018	20		
(940) Erythroblasty	[na 100 difer. buněk]											20	19	95
Všechny výsledky		0,614			20	0	CVE	1		0	4	20		