

Cyklus EHK: FC1/23 - Kalprotektin ve stolici

Stop termín: 3.3.2023

Nastavení: skupiny - výrobce reagensů

AV = vztažná hodnota
 CVP = konsenzus všech účastníků
 >>> ... očekávaný výsledek
 > ... akceptovatelný výsledek
 ± ... nehodnocený výsledek

N_{tot} = celkový počet výsledků
 N_{rel} = relativní počet výsledků

N_{eva} = počet hodnocených výsledků
 N_{suc} = počet úspěšných výsledků
 S_{rel} = relativní úspěšnost

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků				Úspěšnost		
	AV	N_{tot}	N_{rel} [%]	Výsledek	N_{eva}	N_{suc}	S_{rel} [%]
(223) Kalprotektin		72			72	65	90
Vzorek A		72			72	70	97
(49) BioVendor	CVP >>>	2	2,8	Negativní			
(87) Euroimmun	CVP >>>	1	1,4	Negativní			
(135) OrgenTec	CVP >>>	6	8,3	Negativní			
(164) DiaSorin	CVP >>>	7	9,7	Negativní			
(166) Thermo Fisher	CVP >>>	8	11	Negativní			
(199) Eurolab Lambda	CVP >>>	1	1,4	Negativní			
(200) BodiTech	CVP >>>	1	1,4	Negativní			
(211) INOVA Diagnostics	CVP >>>	6	8,3	Negativní			
(219) Bühlmann	CVP >>>	28	39	Negativní			
(999) jiný výrobce	CVP >>>	10	14	Negativní			
		1	1,4	Neprůkazný výsledek (hraniční)			
		1	1,4	Pozitivní			
Vzorek B		72			72	67	93
(49) BioVendor	CVP >>>	2	2,8	Pozitivní			
(87) Euroimmun	CVP >>>	1	1,4	Pozitivní			
(135) OrgenTec	CVP >>>	6	8,3	Pozitivní			
(164) DiaSorin	>	1	1,4	Neprůkazný výsledek (hraniční)			
	CVP >>>	6	8,3	Pozitivní			
(166) Thermo Fisher	CVP >>>	8	11	Pozitivní			
(199) Eurolab Lambda	>	1	1,4	Neprůkazný výsledek (hraniční)			
(200) BodiTech	>	1	1,4	Neprůkazný výsledek (hraniční)			
(211) INOVA Diagnostics	>	2	2,8	Neprůkazný výsledek (hraniční)			
	CVP >>>	4	5,6	Pozitivní			
(219) Bühlmann		5	6,9	Negativní			
	>	2	2,8	Neprůkazný výsledek (hraniční)			
	CVP >>>	21	29	Pozitivní			
(999) jiný výrobce	>	1	1,4	Neprůkazný výsledek (hraniční)			
	CVP >>>	11	15	Pozitivní			