

Cyklus EHK: FC1/23 - Kalprotektin ve stolici

Stop termín: 3.3.2023

Nastavení: Slovensko

AV = vztažná hodnota

N_{tot} = celkový počet výsledkůN_{eva} = počet hodnocených výsledků

CVP = konsenzus všech účastníků

N_{rel} = relativní počet výsledkůN_{suc} = počet úspěšných výsledků

>>> ... očekávaný výsledek

S_{rel} = relativní úspěšnost

> ... akceptovatelný výsledek

± ... nehodnocený výsledek

| Zkouška Vzorek Skupina | Četnosti výsledků | | | | Úspěšnost | | |
|------------------------------|-------------------|------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------|------------------|-------------------------|
| | AV | N _{tot} | N _{rel} [%] | Výsledek | N _{eva} | N _{suc} | S _{rel} [%] |
| (223) Kalprotektin | | 10 | | | 10 | 10 | 100 |
| Vzorek A | | 10 | | | 10 | 10 | 100 |
| Všechny výsledky | CVP >>> | 10 | 100 | Negativní | | | |
| Vzorek B | | 10 | | | 10 | 10 | 100 |
| Všechny výsledky | > | 2 | 20 | Neprůkazný výsledek (hraniční) | | | |
| | CVP >>> | 8 | 80 | Pozitivní | | | |