

Cyklus EHK: FC2/23 - Kalprotektin ve stolici

Stop termín: 22.9.2023

Nastavení: skupiny - výrobce reagensů

AV = vztažná hodnota

N_{tot} = celkový počet výsledkůN_{eva} = počet hodnocených výsledků

CVP = konsenzus všech účastníků

N_{rel} = relativní počet výsledkůN_{suc} = počet úspěšných výsledků

>>> ... očekávaný výsledek

S_{rel} = relativní úspěšnost

> ... akceptovatelný výsledek

± ... nehodnocený výsledek

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků				Úspěšnost		
	AV	N _{tot}	N _{rel} [%]	Výsledek	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]
(223) Kalprotektin		72			72	71	99
Vzorek A		72			72	71	99
(49) BioVendor	CVP >>>	2	2,8	Negativní			
(60) Roche	CVP >>>	1	1,4	Negativní			
(87) Euroimmun	CVP >>>	1	1,4	Negativní			
(135) OrgenTec	CVP >>>	6	8,3	Negativní			
(164) DiaSorin	CVP >>>	6	8,3	Negativní			
(166) Thermo Fisher	CVP >>>	8	11	Negativní			
(199) Eurolab Lambda	CVP >>>	1	1,4	Negativní			
(200) BodiTech	CVP >>>	1	1,4	Negativní			
(211) INOVA Diagnostics	CVP >>>	6	8,3	Negativní			
(219) Bühlmann	CVP >>>	26	36	Negativní			
(999) jiný výrobce	CVP >>>	13	18	Negativní			
		1	1,4	Pozitivní			
Vzorek B		72			72	72	100
(49) BioVendor	CVP >>>	2	2,8	Pozitivní			
(60) Roche	CVP >>>	1	1,4	Pozitivní			
(87) Euroimmun	CVP >>>	1	1,4	Pozitivní			
(135) OrgenTec	CVP >>>	6	8,3	Pozitivní			
(164) DiaSorin	CVP >>>	6	8,3	Pozitivní			
(166) Thermo Fisher	CVP >>>	8	11	Pozitivní			
(199) Eurolab Lambda	CVP >>>	1	1,4	Pozitivní			
(200) BodiTech	CVP >>>	1	1,4	Pozitivní			
(211) INOVA Diagnostics	CVP >>>	6	8,3	Pozitivní			
(219) Bühlmann	CVP >>>	26	36	Pozitivní			
(999) jiný výrobce	CVP >>>	14	19	Pozitivní			