

## Cyklus EHK: GP1/23 - Gamapatie

Stop termín: 3.3.2023

Nastavení: všechna data

RoM = robustní průměr

SD = směrodatná odchylka

CV = variační koeficient

N<sub>tot</sub> = celkový počet výsledkůN<sub>out</sub> = počet výsledků vyloučených před výpočtem

AV = vztažná hodnota

CVP = konsensus všech účastníků

CVPG = konsensus skupin účastníků

U<sub>AV</sub> = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)D<sub>max</sub> = přijatelný rozdíl

LL = dolní mez

UL = horní mez

N<sub>eva</sub> = počet hodnocených výsledkůN<sub>suc</sub> = počet úspěšných výsledkůS<sub>rel</sub> = relativní úspěšnost

Zkouška Vzorek Skupina	[jednotka]	RoM	SD	CV [%]	N <sub>tot</sub>	N <sub>out</sub>	Srovnatelnost						N <sub>eva</sub>	N <sub>suc</sub>	S <sub>rel</sub> [%]
							AV	U <sub>AV</sub>	D <sub>max</sub>	LL	UL				
<b>(247) Gamapatie (kvantita 1) (plazma)</b>	[g/L]				90								90	68	76
<b>Vzorek A</b>													90	70	78
Všechny výsledky		1,1	0,4	36	90	12	CVP	1,1	0,11	70%	0,33	1,87	90		
<b>Vzorek B</b>													90	86	96
Všechny výsledky		9,21	1,6	17	90	0	CVP	9,21	0,42	33%	6,17	12,3	90		
<b>(279) Celková bílkovina (plazma)</b>	[g/L]				87								87	86	99
<b>Vzorek A</b>													87	86	99
Všechny výsledky		57,7	1,3	2,3	87	0	CVP	57,7	0,34	8%	53	62,4	87		
<b>Vzorek B</b>													87	86	99
Všechny výsledky		63,4	1,3	2	87	0	CVP	63,4	0,33	8%	58,3	68,5	87		
<b>(314) FLC kappa (plazma)</b>	[mg/L]				58								58	54	93
<b>Vzorek A</b>													58	56	97
Všechny výsledky (bez samostatných skupin)		11,1	1,2	11	52	0	CVP	11,1	0,41	50%	5,55	16,7	52		
(149) Siemens (Dade, BN, Dimension)		7,61	0,34	4,5	6	0	CVPG	7,61	0,48	50%	3,8	11,5	6		
<b>Vzorek B</b>													58	56	97
Všechny výsledky (bez samostatných skupin)		52,4	6,4	12	58								58		
(149) Siemens (Dade, BN, Dimension)		53,6	5,3	9,9	52	0	CVP	53,6	1,8	50%	26,8	80,4	52		
(149) Siemens (Dade, BN, Dimension)		22,6	2,4	10	6	0	CVPG	22,6	3,3	50%	11,3	33,9	6		
<b>(315) FLC lambda (plazma)</b>	[mg/L]				58								58	58	100
<b>Vzorek A</b>													58	58	100
Všechny výsledky (bez samostatných skupin)		9,94	1,8	18	58								58		
(149) Siemens (Dade, BN, Dimension)		10,2	1,5	15	52	0	CVP	10,2	0,51	50%	5,1	15,3	52		
(149) Siemens (Dade, BN, Dimension)		7,17	1,2	17	6	0	CVPG	7,17	1,7	50%	3,58	10,8	6		
<b>Vzorek B</b>													58	58	100
Všechny výsledky (bez samostatných skupin)		7,99	1,6	20	58								58		
(149) Siemens (Dade, BN, Dimension)		8,2	1,5	19	52	0	CVP	8,2	0,52	50%	4,1	12,3	52		
(149) Siemens (Dade, BN, Dimension)		6,35	0,96	15	6	0	CVPG	6,35	1,3	50%	3,17	9,53	6		