

Cyklus EHK: GP1/23 - Gamapatie

Stop termín: 3.3.2023

Nastavení: Slovensko

RoM = robustní průměr

SD = směrodatná odchylka

CV = variační koeficient

N_{tot} = celkový počet výsledkůN_{out} = počet výsledků vyloučených před výpočtem

AV = vztažná hodnota

CVP = konsensus všech účastníků

CVPG = konsensus skupin účastníků

U_{AV} = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)D_{max} = přijatelný rozdíl

LL = dolní mez

UL = horní mez

N_{eva} = počet hodnocených výsledkůN_{suc} = počet úspěšných výsledkůS_{rel} = relativní úspěšnost

Zkouška Vzorek Skupina	[jednotka]	RoM	SD	CV [%]	N _{tot}	N _{out}	Srovnatelnost						N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]
							AV	U _{AV}	D _{max}	LL	UL				
(247) Gamapatie (kvantita 1) (plazma)	[g/L]				15								15	13	87
Vzorek A													15	13	87
Všechny výsledky		0,978	0,31	31	15	1	CVP	1,1	0,11	70%	0,33	1,87	15		
Vzorek B													15	15	100
Všechny výsledky		8,75	1,1	12	15	0	CVP	9,21	0,42	33%	6,17	12,3	15		
(279) Celková bílkovina (plazma)	[g/L]				14								14	14	100
Vzorek A													14	14	100
Všechny výsledky		57,1	1,9	3,3	14	0	CVP	57,7	0,34	8%	53	62,4	14		
Vzorek B													14	14	100
Všechny výsledky		62,7	2	3,2	14	0	CVP	63,4	0,33	8%	58,3	68,5	14		
(314) FLC kappa (plazma)	[mg/L]				13								13	12	92
Vzorek A													13	13	100
Všechny výsledky (bez samostatných skupin)		11,1	0,94	8,4	11	0	CVP	11,1	0,41	50%	5,55	16,7	11		
(149) Siemens (Dade, BN, Dimension)		9,12	1,9	21	2	0	CVPG	7,61	0,48	50%	3,8	11,5	2		
Vzorek B													13	12	92
Všechny výsledky (bez samostatných skupin)		52,1	4,4	8,5	13								11		
(149) Siemens (Dade, BN, Dimension)		52,8	4,1	7,7	11	0	CVP	53,6	1,8	50%	26,8	80,4	11		
(149) Siemens (Dade, BN, Dimension)		35,6	15	41	2	0	CVPG	22,6	3,3	50%	11,3	33,9	2		
(315) FLC lambda (plazma)	[mg/L]				13								13	13	100
Vzorek A													13	13	100
Všechny výsledky (bez samostatných skupin)		9,87	1,3	14	13								11		
(149) Siemens (Dade, BN, Dimension)		10,1	1,1	11	11	0	CVP	10,2	0,51	50%	5,1	15,3	11		
(149) Siemens (Dade, BN, Dimension)		8,22	1,9	23	2	0	CVPG	7,17	1,7	50%	3,58	10,8	2		
Vzorek B													13	13	100
Všechny výsledky (bez samostatných skupin)		7,59	1,5	19	13								11		
(149) Siemens (Dade, BN, Dimension)		7,85	1,4	18	11	0	CVP	8,2	0,52	50%	4,1	12,3	11		
(149) Siemens (Dade, BN, Dimension)		6,35	0,65	10	2	0	CVPG	6,35	1,3	50%	3,17	9,53	2		