

Cyklus EHK: GP2/23 - Gamapatie

Stop termín: 22.9.2023

Nastavení: skupiny - výrobce reagentů

AV = vztažná hodnota

N_{tot} = celkový počet výsledkůN_{eva} = počet hodnocených výsledků

CVP = konsenzus všech účastníků

N_{rel} = relativní počet výsledkůN_{suc} = počet úspěšných výsledků

>>> ... očekávaný výsledek

S_{rel} = relativní úspěšnost

> ... akceptovatelný výsledek

± ... nehodnocený výsledek

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků				Úspěšnost		
	AV	N _{tot}	N _{rel} [%]	Výsledek	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]
(246) Gamapatie (typizace)		93			93	72	77
Vzorek A		93			93	83	89
(12) Beckman Coulter		1	1,1	IgA-kappa; kappa-free			
(34) Sebia	CVP >>>	59	63	IgA-kappa			
		5	5,4	IgA-kappa; kappa-free			
		1	1,1	IgM-kappa			
(100) Helena	CVP >>>	1	1,1	IgA-kappa			
(213) Interlab Srl	CVP >>>	23	25	IgA-kappa			
		1	1,1	IgA-kappa; IgG-kappa			
		1	1,1	IgA-kappa; kappa-free			
		1	1,1	IgG-kappa			
Vzorek B		93			93	82	88
(12) Beckman Coulter	CVP >>>	1	1,1	kappa-free			
(34) Sebia		4	4,3	Neuvedeno			
	>	7	7,5	kappa			
	CVP >>>	41	44	kappa-free			
	CVP >>>	13	14	kappa-free; kappa			
(100) Helena	CVP >>>	1	1,1	kappa-free; kappa			
(213) Interlab Srl		7	7,5	Neuvedeno			
	>	2	2,2	kappa			
	CVP >>>	11	12	kappa-free			
	CVP >>>	6	6,5	kappa-free; kappa			