

Cyklus EHK: HIL1/23 - Sérové indexy

Stop termín: 21.4.2023

Nastavení: všechna data

AV = vztažná hodnota

N_{tot} = celkový počet výsledkůN_{eva} = počet hodnocených výsledků

CVP = konsenzus všech účastníků

N_{rel} = relativní počet výsledkůN_{suc} = počet úspěšných výsledků

CVPG = konsenzus skupin účastníků

S_{rel} = relativní úspěšnost

>>> ... očekávaný výsledek

> ... akceptovatelný výsledek

± ... nehodnocený výsledek

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků				Úspěšnost		
	AV	N _{tot}	N _{rel} [%]	Výsledek	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]
(504) Hemolytický index (kvalitativně)		62			59	57	97
Vzorek A		62			59	57	97
Všechny výsledky (bez samostatných skupin)	±	1	1,6	Index 2			
	±	2	3,2	Index 4			
(4) Ordinální škála: 0 - 4	>	1	1,6	Index 2			
	CVPG >>>	32	52	Index 3			
(5) Ordinální škála: 0 - 5	>	1	1,6	Index 2			
	CVPG >>>	14	23	Index 3			
(6) Ordinální škála: 0 - 6		9	15	Index 2			
		2	3,2	Index 5			
Vzorek B		62			59	57	97
Všechny výsledky (bez samostatných skupin)	±	1	1,6	Index 2			
	±	2	3,2	Index 4			
(4) Ordinální škála: 0 - 4	CVPG >>>	33	53	Index 2			
(5) Ordinální škála: 0 - 5	CVPG >>>	12	19	Index 1			
	>	3	4,8	Index 2			
(6) Ordinální škála: 0 - 6	>	2	3,2	Index 1			
	CVPG >>>	7	11	Index 2			
		2	3,2	Index 4			
(505) Ikterický index (kvalitativně)		62			58	58	100
Vzorek A		62			58	58	100
Všechny výsledky (bez samostatných skupin)	±	1	1,6	Index 2			
	±	3	4,8	Index 3			
(4) Ordinální škála: 0 - 4	CVPG >>>	31	50	Index 2			
	>	1	1,6	Index 3			
(5) Ordinální škála: 0 - 5	CVPG >>>	10	16	Index 2			
	>	5	8,1	Index 3			
(6) Ordinální škála: 0 - 6	CVPG >>>	11	18	Index 1			
Vzorek B		62			58	58	100
Všechny výsledky (bez samostatných skupin)	±	2	3,2	Index 3			
	±	2	3,2	Index 4			
(4) Ordinální škála: 0 - 4	>	1	1,6	Index 2			
	CVPG >>>	30	48	Index 3			
	>	1	1,6	Index 4			
(5) Ordinální škála: 0 - 5	CVPG >>>	9	15	Index 2			
	>	6	9,7	Index 3			
(6) Ordinální škála: 0 - 6	>	2	3,2	Index 1			
	CVPG >>>	9	15	Index 2			
(506) Lipemický index (kvalitativně)		65			61	59	97
Vzorek A		65			61	61	100
Všechny výsledky (bez samostatných skupin)	±	1	1,5	Index 2			
	±	3	4,6	Index 3			
(4) Ordinální škála: 0 - 4	>	1	1,5	Index 2			
	CVPG >>>	34	52	Index 3			
(5) Ordinální škála: 0 - 5	CVPG >>>	11	17	Index 2			
	>	4	6,2	Index 3			
(6) Ordinální škála: 0 - 6	CVPG >>>	10	15	Index 1			
	>	1	1,5	Index 2			
Vzorek B		65			61	59	97
Všechny výsledky (bez samostatných skupin)	±	2	3,1	Index 3			
	±	2	3,1	Index 4			
(4) Ordinální škála: 0 - 4	>	1	1,5	Index 3			
	CVPG >>>	34	52	Index 4			
(5) Ordinální škála: 0 - 5	CVPG >>>	9	14	Index 2			
	>	4	6,2	Index 3			
		2	3,1	Index 4			
(6) Ordinální škála: 0 - 6	CVPG >>>	11	17	Index 2			
(510) Úloha 1: Je požadováno stanovení celkového cholesterolu. Vydáte výsledek?		117			0		
Vzorek A		117			0		
Všechny výsledky	±	9	7,7	Ne (zdůvodníme v komentáři)			
	±	31	26	Ano, ale s komentářem			
	±	3	2,6	Ano, ale až po úpravě vzorku a/nebo korekci výsledku			

Cyklus EHK: HIL1/23 - Sérové indexy

Stop termín: 21.4.2023

Nastavení: všechna data

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků				Úspěšnost		
	AV	N _{tot}	N _{rel} [%]	Výsledek	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]
	±	2	1,7	Ano, ale až po úpravě vzorku a/nebo korekci výsledku a s komentářem			
	±	72	62	Ano			
Vzorek B		117					0
Všechny výsledky	±	35	30	Ne (zdůvodníme v komentáři)			
	±	45	38	Ano, ale s komentářem			
	±	3	2,6	Ano, ale až po úpravě vzorku a/nebo korekci výsledku			
	±	2	1,7	Ano, ale až po úpravě vzorku a/nebo korekci výsledku a s komentářem			
	±	32	27	Ano			
(511) Úloha 2: Je požadováno stanovení draselného kationtu. Vydáte výsledek?		119					0
Vzorek A		119					0
Všechny výsledky	±	107	90	Ne (zdůvodníme v komentáři)			
	±	9	7,6	Ano, ale s komentářem			
	±	3	2,5	Ano			
Vzorek B		119					0
Všechny výsledky	±	87	73	Ne (zdůvodníme v komentáři)			
	±	26	22	Ano, ale s komentářem			
	±	3	2,5	Ano, ale až po úpravě vzorku a/nebo korekci výsledku a s komentářem			
	±	3	2,5	Ano			
(512) Úloha 3: Je požadováno stanovení alaninaminotransferázy (ALT). Vydáte výsledek?		119					0
Vzorek A		119					0
Všechny výsledky	±	38	32	Ne (zdůvodníme v komentáři)			
	±	34	29	Ano, ale s komentářem			
	±	1	0,8	Ano, ale až po úpravě vzorku a/nebo korekci výsledku			
	±	6	5	Ano, ale až po úpravě vzorku a/nebo korekci výsledku a s komentářem			
	±	40	34	Ano			
Vzorek B		119					0
Všechny výsledky	±	31	26	Ne (zdůvodníme v komentáři)			
	±	33	28	Ano, ale s komentářem			
	±	1	0,8	Ano, ale až po úpravě vzorku a/nebo korekci výsledku			
	±	17	14	Ano, ale až po úpravě vzorku a/nebo korekci výsledku a s komentářem			
	±	37	31	Ano			