

Cyklus EHK: HIL2/23 - Sérové indexy

Stop termín: 3.11.2023

Nastavení: všechna data

AV = vztažná hodnota

N_{tot} = celkový počet výsledkůN_{eva} = počet hodnocených výsledků

CVP = konsenzus všech účastníků

N_{rel} = relativní počet výsledkůN_{suc} = počet úspěšných výsledků

CVPG = konsenzus skupin účastníků

S_{rel} = relativní úspěšnost

>>> ... očekávaný výsledek

> ... akceptovatelný výsledek

± ... nehodnocený výsledek

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků				Úspěšnost		
	AV	N _{tot}	N _{rel} [%]	Výsledek	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]
(504) Hemolytický index (kvalitativně)		62			59	57	97
Vzorek A		62			59	57	97
Všechny výsledky (bez samostatných skupin)	±	1	1,6	Index 1			
	±	2	3,2	Index 4			
(4) Ordinální škála: 0 - 4	CVPG >>>	32	52	Index 2			
	>	1	1,6	Index 3			
(5) Ordinální škála: 0 - 5	CVPG >>>	14	23	Index 1			
	>	1	1,6	Index 2			
(6) Ordinální škála: 0 - 6	>	2	3,2	Index 1			
	CVPG >>>	7	11	Index 2			
		2	3,2	Index 4			
Vzorek B		62			59	57	97
Všechny výsledky (bez samostatných skupin)	±	1	1,6	Index 0 (negativní)			
	±	2	3,2	Index 1			
(4) Ordinální škála: 0 - 4	CVPG >>>	32	52	Index 1			
	>	1	1,6	Index 2			
(5) Ordinální škála: 0 - 5	CVPG >>>	14	23	Index 0 (negativní)			
	>	1	1,6	Index 1			
(6) Ordinální škála: 0 - 6	CVPG >>>	9	15	Index 1			
		2	3,2	Index 3			
(505) Ikterický index (kvalitativně)		62			59	59	100
Vzorek A		62			59	59	100
Všechny výsledky (bez samostatných skupin)	±	1	1,6	Index 3			
	±	2	3,2	Index 4			
(4) Ordinální škála: 0 - 4	>	2	3,2	Index 2			
	CVPG >>>	30	48	Index 3			
	>	1	1,6	Index 4			
(5) Ordinální škála: 0 - 5	>	11	18	Index 2			
	CVPG >>>	4	6,5	Index 3			
(6) Ordinální škála: 0 - 6	>	2	3,2	Index 1			
	CVPG >>>	9	15	Index 2			
Vzorek B		62			59	59	100
Všechny výsledky (bez samostatných skupin)	±	1	1,6	Index 3			
	±	2	3,2	Index 6			
(4) Ordinální škála: 0 - 4	>	1	1,6	Index 3			
	CVPG >>>	32	52	Index 4			
(5) Ordinální škála: 0 - 5	>	1	1,6	Index 2			
	CVPG >>>	10	16	Index 3			
	>	4	6,5	Index 4			
(6) Ordinální škála: 0 - 6	>	2	3,2	Index 2			
	CVPG >>>	9	15	Index 3			
(506) Lipemický index (kvalitativně)		65			62	61	98
Vzorek A		65			62	61	98
Všechny výsledky (bez samostatných skupin)	±	1	1,5	Index 3			
	±	2	3,1	Index 4			
(4) Ordinální škála: 0 - 4	>	2	3,1	Index 3			
	CVPG >>>	34	52	Index 4			
(5) Ordinální škála: 0 - 5	CVPG >>>	10	15	Index 2			
	>	4	6,2	Index 3			
		1	1,5	Index 4			
(6) Ordinální škála: 0 - 6	CVPG >>>	11	17	Index 2			
Vzorek B		65			62	62	100
Všechny výsledky (bez samostatných skupin)	±	1	1,5	Index 3			
	±	2	3,1	Index 5			
(4) Ordinální škála: 0 - 4	CVPG >>>	36	55	Index 4			
(5) Ordinální škála: 0 - 5	CVPG >>>	14	22	Index 3			
	>	1	1,5	Index 4			
(6) Ordinální škála: 0 - 6	>	1	1,5	Index 2			
	CVPG >>>	10	15	Index 3			

Cyklus EHK: HIL2/23 - Sérové indexy

Stop termín: 3.11.2023

Nastavení: všechna data

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků			Úspěšnost			
	AV	N _{tot}	N _{rel} [%]	Výsledek	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]
(510) Úloha 1: Je požadováno stanovení kreatininu. Vydáte výsledek?							0
Vzorek A		119					0
Všechny výsledky	±	6	5	Ne (zdůvodníme v komentáři)			
	±	38	32	Ano, ale s komentářem			
	±	1	0,8	Ano, ale až po úpravě vzorku a/nebo korekci výsledku			
	±	6	5	Ano, ale až po úpravě vzorku a/nebo korekci výsledku a s komentářem			
	±	68	57	Ano			
Vzorek B		119					0
Všechny výsledky	±	26	22	Ne (zdůvodníme v komentáři)			
	±	38	32	Ano, ale s komentářem			
	±	1	0,8	Ano, ale až po úpravě vzorku a/nebo korekci výsledku			
	±	7	5,9	Ano, ale až po úpravě vzorku a/nebo korekci výsledku a s komentářem			
	±	47	39	Ano			
(511) Úloha 2: Je požadováno stanovení gamaglutamyltransferázy (GGT). Vydáte výsledek?							0
Vzorek A		119					0
Všechny výsledky	±	5	4,2	Ne (zdůvodníme v komentáři)			
	±	27	23	Ano, ale s komentářem			
	±	5	4,2	Ano, ale až po úpravě vzorku a/nebo korekci výsledku a s komentářem			
	±	82	69	Ano			
Vzorek B		119					0
Všechny výsledky	±	28	24	Ne (zdůvodníme v komentáři)			
	±	34	29	Ano, ale s komentářem			
	±	6	5	Ano, ale až po úpravě vzorku a/nebo korekci výsledku a s komentářem			
	±	51	43	Ano			
(512) Úloha 3: Je požadováno stanovení aspartátaminotransferázy (AST). Vydáte výsledek?							0
Vzorek A		119					0
Všechny výsledky	±	78	66	Ne (zdůvodníme v komentáři)			
	±	34	29	Ano, ale s komentářem			
	±	4	3,4	Ano, ale až po úpravě vzorku a/nebo korekci výsledku a s komentářem			
	±	3	2,5	Ano			
Vzorek B		119					0
Všechny výsledky	±	41	34	Ne (zdůvodníme v komentáři)			
	±	38	32	Ano, ale s komentářem			
	±	1	0,8	Ano, ale až po úpravě vzorku a/nebo korekci výsledku			
	±	14	12	Ano, ale až po úpravě vzorku a/nebo korekci výsledku a s komentářem			
	±	25	21	Ano			