

Cyklus EHK: HKG3/23 - Hemokoagulace

Stop termín: 15.9.2023

Nastavení: skupiny - princip měření; minimální četnost skupin n = 5

RoM = robustní průměr

SD = směrodatná odchylka

CV = variační koeficient

N_{tot} = celkový počet výsledkůN_{out} = počet výsledků vyloučených před výpočtem

AV = vztažná hodnota

CVP = konsenzus všech účastníků

CVPG = konsenzus skupin účastníků

U_{AV} = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)D_{max} = přijatelný rozdíl

LL = dolní mez

UL = horní mez

N_{eva} = počet hodnocených výsledkůN_{suc} = počet úspěšných výsledkůS_{rel} = relativní úspěšnost

Zkouška Vzorek Skupina	[jednotka]	RoM	SD	CV [%]	N _{tot}	N _{out}	Srovnatelnost						N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]
							AV	U _{AV}	D _{max}	LL	UL				
(177) Antitrombin	[%]				93								93	90	97
Vzorek A		43,7	2,9	6,6	93		CVP	43,7	0,73	25%	32,7	54,7	93	90	97
(4) Chromogenní substráty		43,7	2,9	6,5	90	0							90		
Ostatní					3	0							3		
							3x 1								
Vzorek B		97,2	4,5	4,6	93		CVP	97,2	1,1	18%	79,7	115	93	93	100
(4) Chromogenní substráty		97,4	4,5	4,6	90	0							90		
Ostatní					3	0							3		
							3x 1								
(170) APTT - poměr	[-]				152								145	141	97
Vzorek A		2,66	0,5	19	152								145	141	97
(0) Neuvedeno; (240) Siemens (Dade) Actin FS		2,68	0,17	6,5	43	0	CVPG	2,68	0,065	20%	2,14	3,22	43		
(0) Neuvedeno; (241) Siemens (Dade) Actin FSL		2,55	0,2	8	13	0	CVPG	2,55	0,14	20%	2,04	3,06	13		
(0) Neuvedeno; (242) Siemens (Dade) Pathromtin SL		3,1	0,26	8,3	45	0	CVPG	3,1	0,094	20%	2,48	3,72	45		
(0) Neuvedeno; (246) Mindray APTT Reagent		3,12	0,2	6,4	5	0	CVPG	3,12	0,57	20%	2,49	3,75	5		
(0) Neuvedeno; (253) IL APTT-SP		2,02	0,11	5,3	20	0	CVPG	2,02	0,058	20%	1,61	2,43	20		
(0) Neuvedeno; (256) IL SynthASil		1,93	0,093	4,8	7	0	CVPG	1,93	0,091	20%	1,54	2,32	7		
(0) Neuvedeno; (260) Stago PTT Automate		2,38	0,17	7,3	12	0	CVPG	2,38	0,12	20%	1,9	2,86	12		
Ostatní					7	0							0		
							3x 0/257, 1x 0/259, 1x 0/265, 1x 0/269, 1x 0/999								
Vzorek B		1,16	0,12	9,9	152								145	144	99
(0) Neuvedeno; (240) Siemens (Dade) Actin FS		1,25	0,053	4,2	43	0	CVPG	1,25	0,02	20%	1	1,5	43		
(0) Neuvedeno; (241) Siemens (Dade) Actin FSL		1,14	0,045	3,9	13	0	CVPG	1,14	0,03	20%	0,912	1,37	13		
(0) Neuvedeno; (242) Siemens (Dade) Pathromtin SL		1,2	0,052	4,3	45	0	CVPG	1,2	0,019	20%	0,96	1,44	45		
(0) Neuvedeno; (246) Mindray APTT Reagent		1,07	0,082	7,7	5	0	CVPG	1,07	0,23	20%	0,856	1,29	5		
(0) Neuvedeno; (253) IL APTT-SP		0,954	0,03	3,1	20	0	CVPG	0,954	0,016	20%	0,763	1,15	20		
(0) Neuvedeno; (256) IL SynthASil		1,19	0,082	6,9	7	0	CVPG	1,19	0,079	20%	0,952	1,43	7		
(0) Neuvedeno; (260) Stago PTT Automate		1,06	0,052	4,9	12	0	CVPG	1,06	0,037	20%	0,848	1,28	12		
Ostatní					7	0							0		
							3x 0/257, 1x 0/259, 1x 0/265, 1x 0/269, 1x 0/999								
(171) Fibrinogen	[g/L]				129								129	127	98
Vzorek A		1,28	0,098	7,7	129		CVP	1,28	0,021	25%	0,96	1,6	129	128	99
(1) Koagulometr		1,28	0,098	7,7	125	0							125		
Ostatní					4	0							4		
							4x 3								
Vzorek B		2,8	0,19	6,9	129		CVP	2,8	0,042	25%	2,1	3,5	129	128	99
(1) Koagulometr		2,81	0,18	6,6	125	0							125		
Ostatní					4	0							4		
							4x 3								
(172) Protrombinový test (INR)	[-]				157								157	153	97
Vzorek A		2,45	0,18	7,5	157								157	153	97
(1) Koagulometr (trom. lid. plac.)		2,41	0,15	6	101	0	CVP	2,42	0,033	20%	1,93	2,91	101		
(2) Koagulometr (trom. lid. rek.)		2,47	0,17	7,1	32	0	CVP	2,42	0,033	20%	1,93	2,91	32		
(3) Koagulometr (trom. král. m.)		2,7	0,32	12	24	0	CVPG	2,7	0,16	20%	2,16	3,24	24		
Vzorek B		1,02	0,05	4,9	157		CVP	1,02	0,01	20%	0,816	1,23	157	156	99
(1) Koagulometr (trom. lid. plac.)		1,02	0,047	4,6	101	0							101		
(2) Koagulometr (trom. lid. rek.)		0,99	0,042	4,2	32	0							32		
(3) Koagulometr (trom. král. m.)		1,04	0,049	4,7	24	0							24		
(179) Protrombinový test (ratio)	[-]				156								156	154	99
Vzorek A		2,35	0,19	8,2	156								156	154	99
(1) Koagulometr (trom. lid. plac.)		2,3	0,14	6,1	100	0	CVP	2,32	0,036	20%	1,85	2,79	100		
(2) Koagulometr (trom. lid. rek.)		2,39	0,2	8,4	32	0	CVP	2,32	0,036	20%	1,85	2,79	32		
(3) Koagulometr (trom. král. m.)		2,51	0,29	11	24	0	CVPG	2,51	0,14	20%	2	3,02	24		
Vzorek B		1,02	0,047	4,6	156		CVP	1,02	0,009	20%	0,816	1,23	156	155	99
(1) Koagulometr (trom. lid. plac.)		1,02	0,044	4,4	100	0							100		
(2) Koagulometr (trom. lid. rek.)		0,989	0,04	4	32	0							32		
(3) Koagulometr (trom. král. m.)		1,04	0,045	4,3	24	0							24		
(173) Trombinový čas (čas)	[s]				80								74	66	89
Vzorek A		17,2	4,5	26	80								74	66	89
(3) Počet trombin. jednotek: 1,5 IU/mL (NIH); (94) Stago		17,7	0,15	0,84	5	0	CVPG	17,7	0,42	15%	15	20,4	5		

Cyklus EHK: HKG3/23 - Hemokoagulace

Stop termín: 15.9.2023

Nastavení: skupiny - princip měření; minimální četnost skupin n = 5

Zkouška Vzorek Skupina	[jednotka]	RoM	SD	CV [%]	N _{tot}	N _{out}	Srovnatelnost					N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]	
							AV	U _{AV}	D _{max}	LL	UL				
(3) Počet trombin. jednotek: 1,5 IU/mL (NIH); (149) Siemens (Dade, BN, Dimension)		18,6	0,44	2,4	5	0	CVPG	18,6	1,3	15%	15,8	21,4	5		
(5) Počet trombin. jednotek: 2,5 IU/mL (NIH); (149) Siemens (Dade, BN, Dimension)		14,2	1	7,3	46	0	CVPG	14,2	0,38	15%	12	16,4	46		
(6) Počet trombin. jednotek: 3 IU/mL (NIH); (38) IL		23,5	1	4,4	13	0	CVPG	23,5	0,7	15%	19,9	27,1	13		
(8) Počet trombin. jednotek: 8 IU/mL (NIH); (177) Mindray		21,7	1,8	8,5	5	0	CVPG	21,7	5,2	15%	18,4	25	5		
Ostatní					6	0							0		
								1x 1/46, 1x 1/175, 2x 2/193, 1x 7/38, 1x 7/175							
Vzorek B		18,1	1,2	6,9	80								74	73	99
(3) Počet trombin. jednotek: 1,5 IU/mL (NIH); (94) Stago		20	0,52	2,6	5	0	CVPG	20	1,5	15%	17	23	5		
(3) Počet trombin. jednotek: 1,5 IU/mL (NIH); (149) Siemens (Dade, BN, Dimension)		19,3	0,59	3,1	5	0	CVPG	19,3	1,7	15%	16,4	22,2	5		
(5) Počet trombin. jednotek: 2,5 IU/mL (NIH); (149) Siemens (Dade, BN, Dimension)		18,2	0,46	2,5	46	0	CVPG	18,2	0,17	15%	15,4	21	46		
(6) Počet trombin. jednotek: 3 IU/mL (NIH); (38) IL		16,3	0,6	3,7	13	0	CVPG	16,3	0,41	15%	13,8	18,8	13		
(8) Počet trombin. jednotek: 8 IU/mL (NIH); (177) Mindray		17,1	0,57	3,3	5	0	CVPG	17,1	1,6	15%	14,5	19,7	5		
Ostatní					6	0							0		
								1x 1/46, 1x 1/175, 2x 2/193, 1x 7/38, 1x 7/175							
(174) Trombinový čas (ratio)	[-]				69								63	60	95
Vzorek A		1,08	0,33	30	69								63	61	97
(3) Počet trombin. jednotek: 1,5 IU/mL (NIH); (94) Stago		0,985	0,022	2,3	5	0	CVPG	0,985	0,063	20%	0,788	1,19	5		
(3) Počet trombin. jednotek: 1,5 IU/mL (NIH); (149) Siemens (Dade, BN, Dimension)		1,16	0,059	5,1	5	0	CVPG	1,16	0,17	20%	0,928	1,4	5		
(5) Počet trombin. jednotek: 2,5 IU/mL (NIH); (149) Siemens (Dade, BN, Dimension)		0,865	0,087	10	36	0	CVPG	0,865	0,035	20%	0,692	1,04	36		
(6) Počet trombin. jednotek: 3 IU/mL (NIH); (38) IL		1,55	0,09	5,8	12	0	CVPG	1,55	0,064	20%	1,24	1,86	12		
(8) Počet trombin. jednotek: 8 IU/mL (NIH); (177) Mindray		1,44	0,12	8,2	5	0	CVPG	1,44	0,34	20%	1,15	1,73	5		
Ostatní					6	0							0		
								2x 2/193, 1x 5/179, 1x 6/51, 1x 7/38, 1x 7/175							
Vzorek B		1,1	0,07	6,3	69								63	62	98
(3) Počet trombin. jednotek: 1,5 IU/mL (NIH); (94) Stago		1,11	0,022	2	5	0	CVPG	1,11	0,063	20%	0,888	1,34	5		
(3) Počet trombin. jednotek: 1,5 IU/mL (NIH); (149) Siemens (Dade, BN, Dimension)		1,17	0,045	3,8	5	0	CVPG	1,17	0,13	20%	0,936	1,41	5		
(5) Počet trombin. jednotek: 2,5 IU/mL (NIH); (149) Siemens (Dade, BN, Dimension)		1,09	0,063	5,7	36	0	CVPG	1,09	0,026	20%	0,872	1,31	36		
(6) Počet trombin. jednotek: 3 IU/mL (NIH); (38) IL		1,09	0,063	5,8	12	0	CVPG	1,09	0,044	20%	0,872	1,31	12		
(8) Počet trombin. jednotek: 8 IU/mL (NIH); (177) Mindray		1,14	0,037	3,3	5	0	CVPG	1,14	0,1	20%	0,912	1,37	5		
Ostatní					6	0							0		
								2x 2/193, 1x 5/179, 1x 6/51, 1x 7/38, 1x 7/175							