

Cyklus EHK: HR1/23 - Hormonální receptory

Stop termín: 24.2.2023

Nastavení: všechna data

AV = vztažná hodnota
 CVP = konsenzus všech účastníků
 >>> ... očekávaný výsledek
 > ... akceptovatelný výsledek
 ± ... nehodnocený výsledek

N_{tot} = celkový počet výsledků
 N_{rel} = relativní počet výsledků

N_{eva} = počet hodnocených výsledků
 N_{suc} = počet úspěšných výsledků
 S_{rel} = relativní úspěšnost

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků				Úspěšnost		
	AV	N _{tot}	N _{rel} [%]	Výsledek	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]
(1076) ER pozice 1		66			66	66	100
Skla EHK		66			66	66	100
Všechny výsledky	CVP >>>	66	100	Pozitivní			
(1077) ER pozice 2		66			66	66	100
Skla EHK		66			66	66	100
Všechny výsledky	CVP >>>	66	100	Pozitivní			
(1078) ER pozice 3		66			66	66	100
Skla EHK		66			66	66	100
Všechny výsledky	CVP >>>	66	100	Pozitivní			
(1079) ER pozice 4		65			65	65	100
Skla EHK		65			65	65	100
Všechny výsledky	CVP >>>	65	100	Pozitivní			
(1080) ER pozice 5		66			66	66	100
Skla EHK		66			66	66	100
Všechny výsledky	CVP >>>	66	100	Pozitivní			
(1081) ER pozice 6		66			66	66	100
Skla EHK		66			66	66	100
Všechny výsledky	CVP >>>	66	100	Pozitivní			
(1082) ER pozice 7		66			66	66	100
Skla EHK		66			66	66	100
Všechny výsledky	CVP >>>	66	100	Pozitivní			
(1083) ER pozice 8		66			66	63	95
Skla EHK		66			66	63	95
Všechny výsledky		3	4,5	Negativní			
	CVP >>>	63	95	Pozitivní			
(1084) ER pozice 9		66			66	65	98
Skla EHK		66			66	65	98
Všechny výsledky		1	1,5	Negativní			
	CVP >>>	65	98	Pozitivní			
(1085) ER pozice 10		66			66	65	98
Skla EHK		66			66	65	98
Všechny výsledky		1	1,5	Negativní			
	CVP >>>	65	98	Pozitivní			
(1096) PgR pozice 1		65			65	60	92
Skla EHK		65			65	60	92
Všechny výsledky		5	7,7	Negativní			
	CVP >>>	60	92	Pozitivní			
(1097) PgR pozice 2		66			66	65	98
Skla EHK		66			66	65	98
Všechny výsledky		1	1,5	Negativní			
	CVP >>>	65	98	Pozitivní			
(1098) PgR pozice 3		66			66	65	98
Skla EHK		66			66	65	98
Všechny výsledky		1	1,5	Negativní			
	CVP >>>	65	98	Pozitivní			
(1099) PgR pozice 4		66			66	66	100
Skla EHK		66			66	66	100
Všechny výsledky	CVP >>>	66	100	Pozitivní			
(1100) PgR pozice 5		66			66	66	100
Skla EHK		66			66	66	100
Všechny výsledky	CVP >>>	66	100	Negativní			
(1101) PgR pozice 6		66			66	66	100
Skla EHK		66			66	66	100
Všechny výsledky	CVP >>>	66	100	Pozitivní			
(1102) PgR pozice 7		66			66	63	95
Skla EHK		66			66	63	95
Všechny výsledky		3	4,5	Negativní			
	CVP >>>	63	95	Pozitivní			
(1103) PgR pozice 8		66			66	65	98
Skla EHK		66			66	65	98
Všechny výsledky		1	1,5	Negativní			
	CVP >>>	65	98	Pozitivní			

Cyklus EHK: HR1/23 - Hormonální receptory

Stop termín: 24.2.2023

Nastavení: všechna data

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků				Úspěšnost		
	AV	N _{tot}	N _{rel} [%]	Výsledek	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]
(1104) PgR pozice 9		66			66	65	98
Skla EHK		66			66	65	98
Všechny výsledky		1	1,5	Negativní			
	CVP >>>	65	98	Pozitivní			
(1105) PgR pozice 10		66			66	66	100
Skla EHK		66			66	66	100
Všechny výsledky	CVP >>>	66	100	Pozitivní			