

## Cyklus EHK: HR2/23 - Hormonální receptory

Stop termín: 8.9.2023

Nastavení: Slovensko

AV = vztažná hodnota  
 CVP = konsenzus všech účastníků  
 >>> ... očekávaný výsledek  
 > ... akceptovatelný výsledek  
 ± ... nehodnocený výsledek

N<sub>tot</sub> = celkový počet výsledků  
 N<sub>rel</sub> = relativní počet výsledků

N<sub>eva</sub> = počet hodnocených výsledků  
 N<sub>suc</sub> = počet úspěšných výsledků  
 S<sub>rel</sub> = relativní úspěšnost

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků				Úspěšnost		
	AV	N <sub>tot</sub>	N <sub>rel</sub> [%]	Výsledek	N <sub>eva</sub>	N <sub>suc</sub>	S <sub>rel</sub> [%]
(1076) ER pozice 1		12			12	12	100
Skla EHK		12			12	12	100
Všechny výsledky	CVP >>>	12	100	Pozitivní			
(1077) ER pozice 2		12			12	12	100
Skla EHK		12			12	12	100
Všechny výsledky	CVP >>>	12	100	Negativní			
(1078) ER pozice 3		12			12	12	100
Skla EHK		12			12	12	100
Všechny výsledky	CVP >>>	12	100	Pozitivní			
(1079) ER pozice 4		12			12	12	100
Skla EHK		12			12	12	100
Všechny výsledky	CVP >>>	12	100	Pozitivní			
(1080) ER pozice 5		12			12	12	100
Skla EHK		12			12	12	100
Všechny výsledky	CVP >>>	12	100	Negativní			
(1081) ER pozice 6		12			12	12	100
Skla EHK		12			12	12	100
Všechny výsledky	CVP >>>	12	100	Pozitivní			
(1082) ER pozice 7		12			12	12	100
Skla EHK		12			12	12	100
Všechny výsledky	CVP >>>	12	100	Negativní			
(1083) ER pozice 8		12			12	12	100
Skla EHK		12			12	12	100
Všechny výsledky	CVP >>>	12	100	Pozitivní			
(1084) ER pozice 9		12			12	12	100
Skla EHK		12			12	12	100
Všechny výsledky	CVP >>>	12	100	Pozitivní			
(1085) ER pozice 10		12			12	12	100
Skla EHK		12			12	12	100
Všechny výsledky	CVP >>>	12	100	Pozitivní			
(1096) PgR pozice 1		12			12	12	100
Skla EHK		12			12	12	100
Všechny výsledky	CVP >>>	12	100	Pozitivní			
(1097) PgR pozice 2		12			12	12	100
Skla EHK		12			12	12	100
Všechny výsledky	CVP >>>	12	100	Pozitivní			
(1098) PgR pozice 3		12			12	12	100
Skla EHK		12			12	12	100
Všechny výsledky	CVP >>>	12	100	Pozitivní			
(1099) PgR pozice 4		12			12	12	100
Skla EHK		12			12	12	100
Všechny výsledky	CVP >>>	12	100	Pozitivní			
(1100) PgR pozice 5		12			12	10	83
Skla EHK		12			12	10	83
Všechny výsledky	CVP >>>	10	83	Negativní			
		2	17	Pozitivní			
(1101) PgR pozice 6		12			12	12	100
Skla EHK		12			12	12	100
Všechny výsledky	CVP >>>	12	100	Pozitivní			
(1102) PgR pozice 7		12			12	12	100
Skla EHK		12			12	12	100
Všechny výsledky	CVP >>>	12	100	Pozitivní			
(1103) PgR pozice 8		12			12	12	100
Skla EHK		12			12	12	100
Všechny výsledky	CVP >>>	12	100	Negativní			
(1104) PgR pozice 9		12			12	12	100
Skla EHK		12			12	12	100
Všechny výsledky	CVP >>>	12	100	Pozitivní			
(1105) PgR pozice 10		12			12	11	92
Skla EHK		12			12	11	92
Všechny výsledky	CVP >>>	11	92	Negativní			
		1	8,3	Pozitivní			