

## Cyklus EHK: HS2/23 - Hemokoagulace speciální

Stop termín: 17.11.2023

Nastavení: skupiny - R (výrobce reagensů)

AV = vztažná hodnota

N<sub>tot</sub> = celkový počet výsledkůN<sub>eva</sub> = počet hodnocených výsledků

CVP = konsenzus všech účastníků

N<sub>rel</sub> = relativní počet výsledkůN<sub>suc</sub> = počet úspěšných výsledků

&gt;&gt;&gt; ... očekávaný výsledek

S<sub>rel</sub> = relativní úspěšnost

&gt; ... akceptovatelný výsledek

± ... nehodnocený výsledek

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků				Úspěšnost		
	AV	N <sub>tot</sub>	N <sub>rel</sub> [%]	Výsledek	N <sub>eva</sub>	N <sub>suc</sub>	S <sub>rel</sub> [%]
<b>(488) APC - rezistence</b>		61			61	59	97
<b>Vzorek A3</b>		61			61	59	97
(38) IL		1	1,6	Negativní			
	CVP >>>	14	23	Pozitivní			
(51) Technoclone	CVP >>>	1	1,6	Pozitivní			
(94) Stago	CVP >>>	3	4,9	Pozitivní			
(102) Chromogenix	CVP >>>	1	1,6	Pozitivní			
(149) Siemens (Dade, BN, Dimension)	CVP >>>	10	16	Pozitivní			
(179) Siemens	CVP >>>	3	4,9	Pozitivní			
(192) Pentapharm	CVP >>>	27	44	Pozitivní			
(193) HYPHEN BioMed		1	1,6	Neprůkazný výsledek (hraniční)			