

Cyklus EHK: IDDM1/23 - Autoimunitní diabetes 1. typu

Stop termín: 10.3.2023

Nastavení: skupiny - princip měření

AV = vztažná hodnota

N_{tot} = celkový počet výsledkůN_{eva} = počet hodnocených výsledků

CVP = konsenzus všech účastníků

N_{rel} = relativní počet výsledkůN_{suc} = počet úspěšných výsledků

>>> ... očekávaný výsledek

S_{rel} = relativní úspěšnost

> ... akceptovatelný výsledek

± ... nehodnocený výsledek

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků				Úspěšnost		
	AV	N _{tot}	N _{rel} [%]	Výsledek	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]
(472) anti-GAD		33			33	32	97
Vzorek A		33			33	32	97
(2) EIA metody		1	3	Negativní			
	CVP >>>	24	73	Pozitivní			
(3) RIA, IRMA	CVP >>>	3	9,1	Pozitivní			
(99) Jiný princip měření	CVP >>>	5	15	Pozitivní			
Vzorek B		33			33	33	100
(2) EIA metody	CVP >>>	25	76	Negativní			
(3) RIA, IRMA	CVP >>>	3	9,1	Negativní			
(99) Jiný princip měření	CVP >>>	5	15	Negativní			
(474) anti-IA-2		28			28	28	100
Vzorek A		28			28	28	100
(2) EIA metody	CVP >>>	22	79	Negativní			
(3) RIA, IRMA	CVP >>>	1	3,6	Negativní			
(99) Jiný princip měření	CVP >>>	5	18	Negativní			
Vzorek B		28			28	28	100
(2) EIA metody	CVP >>>	22	79	Negativní			
(3) RIA, IRMA	CVP >>>	1	3,6	Negativní			
(99) Jiný princip měření	CVP >>>	5	18	Negativní			