

Cyklus EHK: IDDM2/23 - Autoimunitní diabetes 1. typu

Stop termín: 20.10.2023

Nastavení: skupiny - výrobce reagensů

AV = vztažná hodnota
 CVP = konsenzus všech účastníků
 >>> ... očekávaný výsledek
 > ... akceptovatelný výsledek
 ± ... nehodnocený výsledek

N_{tot} = celkový počet výsledků
 N_{rel} = relativní počet výsledků

N_{eva} = počet hodnocených výsledků
 N_{suc} = počet úspěšných výsledků
 S_{rel} = relativní úspěšnost

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků				Úspěšnost		
	AV	N _{tot}	N _{rel} [%]	Výsledek	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]
(472) anti-GAD		29			29	28	97
Vzorek A		29			29	29	100
(36) Immunotech	CVP >>>	1	3,4	Pozitivní			
(49) BioVendor	CVP >>>	2	6,9	Pozitivní			
(52) Dynex	CVP >>>	1	3,4	Pozitivní			
(66) DRG	CVP >>>	3	10	Pozitivní			
(73) Snibe	CVP >>>	5	17	Pozitivní			
(87) Euroimmun	CVP >>>	12	41	Pozitivní			
(146) MEDIPAN Diagnostica	CVP >>>	5	17	Pozitivní			
Vzorek B		29			29	28	97
(36) Immunotech	CVP >>>	1	3,4	Pozitivní			
(49) BioVendor	CVP >>>	2	6,9	Pozitivní			
(52) Dynex	CVP >>>	1	3,4	Pozitivní			
(66) DRG	CVP >>>	3	10	Pozitivní			
(73) Snibe	CVP >>>	5	17	Pozitivní			
(87) Euroimmun	CVP >>>	12	41	Pozitivní			
(146) MEDIPAN Diagnostica		1	3,4	Negativní			
	CVP >>>	4	14	Pozitivní			
(474) anti-IA-2		26			26	25	96
Vzorek A		26			26	26	100
(36) Immunotech	CVP >>>	1	3,8	Pozitivní			
(49) BioVendor	CVP >>>	2	7,7	Pozitivní			
(52) Dynex	CVP >>>	1	3,8	Pozitivní			
(66) DRG	CVP >>>	2	7,7	Pozitivní			
(73) Snibe	CVP >>>	5	19	Pozitivní			
(87) Euroimmun	CVP >>>	10	38	Pozitivní			
(146) MEDIPAN Diagnostica	CVP >>>	4	15	Pozitivní			
(999) jiný výrobce	CVP >>>	1	3,8	Pozitivní			
Vzorek B		26			26	25	96
(36) Immunotech	CVP >>>	1	3,8	Negativní			
(49) BioVendor	CVP >>>	1	3,8	Negativní			
		1	3,8	Pozitivní			
(52) Dynex	CVP >>>	1	3,8	Negativní			
(66) DRG	CVP >>>	2	7,7	Negativní			
(73) Snibe	CVP >>>	5	19	Negativní			
(87) Euroimmun	CVP >>>	10	38	Negativní			
(146) MEDIPAN Diagnostica	CVP >>>	4	15	Negativní			
(999) jiný výrobce	CVP >>>	1	3,8	Negativní			