

## Cyklus EHK: IFT1/23 - Imunofenotypizace

Stop termín: 1.5.2023

Nastavení: skupiny - výrobce reagensů

AV = vztažná hodnota

N<sub>tot</sub> = celkový počet výsledkůN<sub>eva</sub> = počet hodnocených výsledků

CVP = konsenzus všech účastníků

N<sub>rel</sub> = relativní počet výsledkůN<sub>suc</sub> = počet úspěšných výsledků

&gt;&gt;&gt; ... očekávaný výsledek

S<sub>rel</sub> = relativní úspěšnost

&gt; ... akceptovatelný výsledek

± ... nehodnocený výsledek

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků				Úspěšnost		
	AV	N <sub>tot</sub>	N <sub>rel</sub> [%]	Výsledek	N <sub>eva</sub>	N <sub>suc</sub>	S <sub>rel</sub> [%]
<b>(259) HLA-B27</b>		66				0	
<b>Vzorek A</b>		66				0	
(12) Beckman Coulter	±	6	9,1	Negativní			
	±	4	6,1	Neprůkazný výsledek (hraniční)			
	±	33	50	Pozitivní			
(36) Immunotech	±	1	1,5	Negativní			
	±	1	1,5	Pozitivní			
(88) Becton Dickinson	±	5	7,6	Negativní			
	±	10	15	Pozitivní			
(177) Mindray	±	1	1,5	Negativní			
	±	5	7,6	Pozitivní			
<b>Vzorek B</b>		66			66	63	95
(12) Beckman Coulter	>	1	1,5	Neprůkazný výsledek (hraniční)			
	CVP >>>	42	64	Pozitivní			
(36) Immunotech		1	1,5	Negativní			
	CVP >>>	1	1,5	Pozitivní			
(88) Becton Dickinson	>	1	1,5	Neprůkazný výsledek (hraniční)			
	CVP >>>	14	21	Pozitivní			
(177) Mindray		1	1,5	Neuvedeno			
		1	1,5	Negativní			
	CVP >>>	4	6,1	Pozitivní			