

Cyklus EHK: IFT1/23 - Imunofenotypizace

Stop termín: 1.5.2023

Nastavení: Slovensko

AV = vztažná hodnota

N_{tot} = celkový počet výsledkůN_{eva} = počet hodnocených výsledků

CVP = konsenzus všech účastníků

N_{rel} = relativní počet výsledkůN_{suc} = počet úspěšných výsledků

>>> ... očekávaný výsledek

S_{rel} = relativní úspěšnost

> ... akceptovatelný výsledek

± ... nehodnocený výsledek

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků				Úspěšnost		
	AV	N _{tot}	N _{rel} [%]	Výsledek	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]
(259) HLA-B27		19				0	
Vzorek A		19				0	
Všechny výsledky	±	7	37	Negativní			
	±	2	11	Neprůkazný výsledek (hraniční)			
	±	10	53	Pozitivní			
Vzorek B		19			19	18	95
Všechny výsledky		1	5,3	Negativní			
	>	1	5,3	Neprůkazný výsledek (hraniční)			
	CVP >>>	17	89	Pozitivní			