

Cyklus EHK: IFT2/23 - Imunofenotypizace

Stop termín: 30.10.2023

Nastavení: všechna data

AV = vztažná hodnota

N_{tot} = celkový počet výsledkůN_{eva} = počet hodnocených výsledků

CVP = konsenzus všech účastníků

N_{rel} = relativní počet výsledkůN_{suc} = počet úspěšných výsledků

>>> ... očekávaný výsledek

S_{rel} = relativní úspěšnost

> ... akceptovatelný výsledek

± ... nehodnocený výsledek

| Zkouška Vzorek Skupina | Četnosti výsledků | | | | Úspěšnost | | |
|------------------------------|-------------------|------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------|------------------|-------------------------|
| | AV | N _{tot} | N _{rel} [%] | Výsledek | N _{eva} | N _{suc} | S _{rel} [%] |
| (259) HLA-B27 | | 66 | | | 66 | 57 | 86 |
| Vzorek A | | 66 | | | 66 | 66 | 100 |
| Všechny výsledky | | | | | | | |
| | > | 1 | 1,5 | Neprůkazný výsledek (hraniční) | | | |
| | CVP >>> | 65 | 98 | Pozitivní | | | |
| Vzorek B | | 66 | | | 66 | 57 | 86 |
| Všechny výsledky | | | | | | | |
| | CVP >>> | 57 | 86 | Negativní | | | |
| | | 7 | 11 | Neprůkazný výsledek (hraniční) | | | |
| | | 2 | 3 | Pozitivní | | | |