

Cyklus EHK: IFT2/23 - Imunofenotypizace

Stop termín: 30.10.2023

Nastavení: skupiny - výrobce reagensů

AV = vztažná hodnota

N_{tot} = celkový počet výsledkůN_{eva} = počet hodnocených výsledků

CVP = konsenzus všech účastníků

N_{rel} = relativní počet výsledkůN_{suc} = počet úspěšných výsledků

>>> ... očekávaný výsledek

S_{rel} = relativní úspěšnost

> ... akceptovatelný výsledek

± ... nehodnocený výsledek

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků				Úspěšnost		
	AV	N _{tot}	N _{rel} [%]	Výsledek	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]
(259) HLA-B27		66			66	57	86
Vzorek A		66			66	66	100
(12) Beckman Coulter	CVP >>>	44	67	Pozitivní			
(36) Immunotech	CVP >>>	2	3	Pozitivní			
(88) Becton Dickinson	>	1	1,5	Neprůkazný výsledek (hraniční)			
	CVP >>>	12	18	Pozitivní			
(177) Mindray	CVP >>>	7	11	Pozitivní			
Vzorek B		66			66	57	86
(12) Beckman Coulter	CVP >>>	39	59	Negativní			
		5	7,6	Neprůkazný výsledek (hraniční)			
(36) Immunotech		1	1,5	Neprůkazný výsledek (hraniční)			
		1	1,5	Pozitivní			
(88) Becton Dickinson	CVP >>>	12	18	Negativní			
		1	1,5	Neprůkazný výsledek (hraniční)			
(177) Mindray	CVP >>>	6	9,1	Negativní			
		1	1,5	Pozitivní			