

Cyklus EHK: IFT2/23 - Imunofenotypizace

Stop termín: 30.10.2023

Nastavení: Slovensko

AV = vztažná hodnota

N_{tot} = celkový počet výsledkůN_{eva} = počet hodnocených výsledků

CVP = konsenzus všech účastníků

N_{rel} = relativní počet výsledkůN_{suc} = počet úspěšných výsledků

>>> ... očekávaný výsledek

S_{rel} = relativní úspěšnost

> ... akceptovatelný výsledek

± ... nehodnocený výsledek

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků				Úspěšnost		
	AV	N _{tot}	N _{rel} [%]	Výsledek	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]
(259) HLA-B27		20			20	16	80
Vzorek A		20			20	20	100
Všechny výsledky							
	>	1	5	Neprůkazný výsledek (hraniční)			
	CVP >>>	19	95	Pozitivní			
Vzorek B		20			20	16	80
Všechny výsledky							
	CVP >>>	16	80	Negativní			
		3	15	Neprůkazný výsledek (hraniční)			
		1	5	Pozitivní			