

Cyklus EHK: IGIT1/23 - Imunopatologie GIT

Stop termín: 13.3.2023

Nastavení: všechna data

AV = vztažná hodnota
 CVP = konsenzus všech účastníků
 >>> ... očekávaný výsledek
 > ... akceptovatelný výsledek
 ± ... nehodnocený výsledek

N_{tot} = celkový počet výsledků
 N_{rel} = relativní počet výsledků

N_{eva} = počet hodnocených výsledků
 N_{suc} = počet úspěšných výsledků
 S_{rel} = relativní úspěšnost

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků				Úspěšnost		
	AV	N _{tot}	N _{rel} [%]	Výsledek	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]
Sada 1							
(595) anti-gliadin IgA (deamidovaný)		72			72	72	100
Vzorek A1		72			72	72	100
Všechny výsledky	CVP >>>	72	100	Pozitivní			
Vzorek B1		72			72	72	100
Všechny výsledky	CVP >>>	72	100	Negativní			
(594) anti-gliadin IgG (deamidovaný)		75			75	73	97
Vzorek A1		75			75	73	97
Všechny výsledky		2	2,7	Negativní			
	CVP >>>	73	97	Pozitivní			
Vzorek B1		75			75	74	99
Všechny výsledky	CVP >>>	74	99	Negativní			
		1	1,3	Pozitivní			
(421) anti-gliadin IgA (nativní)		18			18	18	100
Vzorek A1		18			18	18	100
Všechny výsledky	CVP >>>	18	100	Pozitivní			
Vzorek B1		18			18	18	100
Všechny výsledky	CVP >>>	18	100	Negativní			
(420) anti-gliadin IgG (nativní)		18			18	18	100
Vzorek A1		18			18	18	100
Všechny výsledky	CVP >>>	18	100	Pozitivní			
Vzorek B1		18			18	18	100
Všechny výsledky	CVP >>>	18	100	Negativní			
Sada 2							
(424) anti-endomyzium IgA		73			73	73	100
Vzorek A2		73			73	73	100
Všechny výsledky	CVP >>>	73	100	Negativní			
Vzorek B2		73			73	73	100
Všechny výsledky	CVP >>>	73	100	Pozitivní			
(425) anti-transglutamináza IgA		85			85	84	99
Vzorek A2		85			85	84	99
Všechny výsledky	CVP >>>	84	99	Negativní			
		1	1,2	Pozitivní			
Vzorek B2		85			85	85	100
Všechny výsledky	CVP >>>	85	100	Pozitivní			
Sada 3							
(592) anti-Saccharomyces cerevisiae IgA		66			66	66	100
Vzorek A3		66			66	66	100
Všechny výsledky	CVP >>>	66	100	Pozitivní			
Vzorek B3		66			66	66	100
Všechny výsledky	CVP >>>	66	100	Negativní			
(593) anti-Saccharomyces cerevisiae IgG		59			59	59	100
Vzorek A3		59			59	59	100
Všechny výsledky	CVP >>>	59	100	Pozitivní			
Vzorek B3		59			59	59	100
Všechny výsledky	CVP >>>	59	100	Negativní			