

Cyklus EHK: IGIT1/23 - Imunopatologie GIT

Stop termín: 13.3.2023

Nastavení: skupiny - výrobce reagensů

AV = vztažná hodnota
 CVP = konsenzus všech účastníků
 >>> ... očekávaný výsledek
 > ... akceptovatelný výsledek
 ± ... nehodnocený výsledek

N_{tot} = celkový počet výsledků
 N_{rel} = relativní počet výsledků

N_{eva} = počet hodnocených výsledků
 N_{suc} = počet úspěšných výsledků
 S_{rel} = relativní úspěšnost

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků				Úspěšnost		
	AV	N _{tot}	N _{rel} [%]	Výsledek	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]
Sada 1							
(595) anti-gliadin IgA (deamidovaný)		72			72	72	100
Vzorek A1		72			72	72	100
(14) Bio-Rad	CVP >>>	1	1,4	Pozitivní			
(17) Biogema	CVP >>>	7	9,7	Pozitivní			
(87) Euroimmun	CVP >>>	14	19	Pozitivní			
(115) BioSystems	CVP >>>	1	1,4	Pozitivní			
(135) OrgenTec	CVP >>>	5	6,9	Pozitivní			
(140) TestLine	CVP >>>	22	31	Pozitivní			
(148) Aesku.lab Diagnostika	CVP >>>	4	5,6	Pozitivní			
(166) Thermo Fisher	CVP >>>	4	5,6	Pozitivní			
(183) Immunodiagnostic Systems	CVP >>>	1	1,4	Pozitivní			
(211) INOVA Diagnostics	CVP >>>	10	14	Pozitivní			
(999) jiný výrobce	CVP >>>	3	4,2	Pozitivní			
Vzorek B1		72			72	72	100
(14) Bio-Rad	CVP >>>	1	1,4	Negativní			
(17) Biogema	CVP >>>	7	9,7	Negativní			
(87) Euroimmun	CVP >>>	14	19	Negativní			
(115) BioSystems	CVP >>>	1	1,4	Negativní			
(135) OrgenTec	CVP >>>	5	6,9	Negativní			
(140) TestLine	CVP >>>	22	31	Negativní			
(148) Aesku.lab Diagnostika	CVP >>>	4	5,6	Negativní			
(166) Thermo Fisher	CVP >>>	4	5,6	Negativní			
(183) Immunodiagnostic Systems	CVP >>>	1	1,4	Negativní			
(211) INOVA Diagnostics	CVP >>>	10	14	Negativní			
(999) jiný výrobce	CVP >>>	3	4,2	Negativní			
(594) anti-gliadin IgG (deamidovaný)		75			75	73	97
Vzorek A1		75			75	73	97
(14) Bio-Rad	CVP >>>	1	1,3	Pozitivní			
(17) Biogema	CVP >>>	1	1,3	Negativní			
(87) Euroimmun	CVP >>>	6	8	Pozitivní			
(115) BioSystems	CVP >>>	1	1,3	Negativní			
(135) OrgenTec	CVP >>>	14	19	Pozitivní			
(140) TestLine	CVP >>>	1	1,3	Pozitivní			
(148) Aesku.lab Diagnostika	CVP >>>	6	8	Pozitivní			
(166) Thermo Fisher	CVP >>>	23	31	Pozitivní			
(183) Immunodiagnostic Systems	CVP >>>	3	4	Pozitivní			
(211) INOVA Diagnostics	CVP >>>	4	5,3	Pozitivní			
(999) jiný výrobce	CVP >>>	4	5,3	Pozitivní			
Vzorek B1		75			75	74	99
(14) Bio-Rad	CVP >>>	1	1,3	Negativní			
(17) Biogema	CVP >>>	6	8	Negativní			
(87) Euroimmun	CVP >>>	1	1,3	Pozitivní			
(115) BioSystems	CVP >>>	15	20	Negativní			
(135) OrgenTec	CVP >>>	1	1,3	Negativní			
(140) TestLine	CVP >>>	6	8	Negativní			
(148) Aesku.lab Diagnostika	CVP >>>	23	31	Negativní			
(166) Thermo Fisher	CVP >>>	3	4	Negativní			
(183) Immunodiagnostic Systems	CVP >>>	4	5,3	Negativní			
(211) INOVA Diagnostics	CVP >>>	1	1,3	Negativní			
(999) jiný výrobce	CVP >>>	11	15	Negativní			
(421) anti-gliadin IgA (nativní)		18			18	18	100
Vzorek A1		18			18	18	100
(17) Biogema	CVP >>>	2	11	Pozitivní			
(135) OrgenTec	CVP >>>	4	22	Pozitivní			
(140) TestLine	CVP >>>	10	56	Pozitivní			
(191) D-tek	CVP >>>	1	5,6	Pozitivní			
(999) jiný výrobce	CVP >>>	1	5,6	Pozitivní			
Vzorek B1		18			18	18	100
(17) Biogema	CVP >>>	2	11	Negativní			
(135) OrgenTec	CVP >>>	4	22	Negativní			

Cyklus EHK: IGIT1/23 - Imunopatologie GIT

Stop termín: 13.3.2023

Nastavení: skupiny - výrobce reagensů

Zkouška Vzorek Skupina	AV	N _{tot}	Četnosti výsledků		Výsledek	Úspěšnost		
			N _{rel} [%]			N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]
(140) TestLine	CVP >>>	10	56		Negativní			
(191) D-tek	CVP >>>	1	5,6		Negativní			
(999) jiný výrobce	CVP >>>	1	5,6		Negativní			
(420) anti-gliadin IgG (nativní)		18				18	18	100
Vzorek A1		18				18	18	100
(17) Biogema	CVP >>>	2	11		Pozitivní			
(135) OrgenTec	CVP >>>	4	22		Pozitivní			
(140) TestLine	CVP >>>	10	56		Pozitivní			
(191) D-tek	CVP >>>	1	5,6		Pozitivní			
(999) jiný výrobce	CVP >>>	1	5,6		Pozitivní			
Vzorek B1		18				18	18	100
(17) Biogema	CVP >>>	2	11		Negativní			
(135) OrgenTec	CVP >>>	4	22		Negativní			
(140) TestLine	CVP >>>	10	56		Negativní			
(191) D-tek	CVP >>>	1	5,6		Negativní			
(999) jiný výrobce	CVP >>>	1	5,6		Negativní			
Sada 2								
(424) anti-endomyzium IgA		73				73	73	100
Vzorek A2		73				73	73	100
(2) GA Generic Assays	CVP >>>	1	1,4		Negativní			
(80) DiaMed	CVP >>>	1	1,4		Negativní			
(87) Euroimmun	CVP >>>	33	45		Negativní			
(115) BioSystems	CVP >>>	9	12		Negativní			
(148) Aesku.lab Diagnostika	CVP >>>	7	9,6		Negativní			
(191) D-tek	CVP >>>	1	1,4		Negativní			
(211) INOVA Diagnostics	CVP >>>	20	27		Negativní			
(998) vlastní výroba	CVP >>>	1	1,4		Negativní			
Vzorek B2		73				73	73	100
(2) GA Generic Assays	CVP >>>	1	1,4		Pozitivní			
(80) DiaMed	CVP >>>	1	1,4		Pozitivní			
(87) Euroimmun	CVP >>>	33	45		Pozitivní			
(115) BioSystems	CVP >>>	9	12		Pozitivní			
(148) Aesku.lab Diagnostika	CVP >>>	7	9,6		Pozitivní			
(191) D-tek	CVP >>>	1	1,4		Pozitivní			
(211) INOVA Diagnostics	CVP >>>	20	27		Pozitivní			
(998) vlastní výroba	CVP >>>	1	1,4		Pozitivní			
(425) anti-transglutamináza IgA		85				85	84	99
Vzorek A2		85				85	84	99
(1) Abbott	CVP >>>	1	1,2		Negativní			
(14) Bio-Rad	CVP >>>	1	1,2		Negativní			
(87) Euroimmun	CVP >>>	16	19		Negativní			
(115) BioSystems	CVP >>>	6	7,1		Negativní			
(135) OrgenTec	CVP >>>	9	11		Negativní			
(140) TestLine	CVP >>>	15	18		Negativní			
(147) AIDA	CVP >>>	1	1,2		Negativní			
(148) Aesku.lab Diagnostika	CVP >>>	3	3,5		Negativní			
		1	1,2		Pozitivní			
(164) DiaSorin	CVP >>>	6	7,1		Negativní			
(166) Thermo Fisher	CVP >>>	4	4,7		Negativní			
(183) Immunodiagnostic Systems	CVP >>>	2	2,4		Negativní			
(191) D-tek	CVP >>>	1	1,2		Negativní			
(199) Eurolab Lambda	CVP >>>	1	1,2		Negativní			
(211) INOVA Diagnostics	CVP >>>	16	19		Negativní			
(999) jiný výrobce	CVP >>>	2	2,4		Negativní			
Vzorek B2		85				85	85	100
(1) Abbott	CVP >>>	1	1,2		Pozitivní			
(14) Bio-Rad	CVP >>>	1	1,2		Pozitivní			
(87) Euroimmun	CVP >>>	16	19		Pozitivní			
(115) BioSystems	CVP >>>	6	7,1		Pozitivní			
(135) OrgenTec	CVP >>>	9	11		Pozitivní			
(140) TestLine	CVP >>>	15	18		Pozitivní			
(147) AIDA	CVP >>>	1	1,2		Pozitivní			
(148) Aesku.lab Diagnostika	CVP >>>	4	4,7		Pozitivní			
(164) DiaSorin	CVP >>>	6	7,1		Pozitivní			
(166) Thermo Fisher	CVP >>>	4	4,7		Pozitivní			
(183) Immunodiagnostic Systems	CVP >>>	2	2,4		Pozitivní			
(191) D-tek	CVP >>>	1	1,2		Pozitivní			
(199) Eurolab Lambda	CVP >>>	1	1,2		Pozitivní			

Cyklus EHK: IGIT1/23 - Imunopatologie GIT

Stop termín: 13.3.2023

Nastavení: skupiny - výrobce reagensů

Zkouška Vzorek Skupina	AV	N _{tot}	N _{rel} [%]	Výsledek	Úspěšnost		
					N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]
(211) INOVA Diagnostics	CVP >>>	16	19	Pozitivní			
(999) jiný výrobce	CVP >>>	2	2,4	Pozitivní			

Sada 3

(592) anti-Saccharomyces cerevisiae IgA		66				66	66	100
Vzorek A3		66				66	66	100
(0) neuvedeno	CVP >>>	1	1,5	Pozitivní				
(17) Biogema	CVP >>>	4	6,1	Pozitivní				
(87) Euroimmun	CVP >>>	25	38	Pozitivní				
(115) BioSystems	CVP >>>	1	1,5	Pozitivní				
(135) OrgenTec	CVP >>>	10	15	Pozitivní				
(140) TestLine	CVP >>>	8	12	Pozitivní				
(147) AIDA	CVP >>>	3	4,5	Pozitivní				
(148) Aesku.lab Diagnostika	CVP >>>	5	7,6	Pozitivní				
(166) Thermo Fisher	CVP >>>	4	6,1	Pozitivní				
(211) INOVA Diagnostics	CVP >>>	3	4,5	Pozitivní				
(999) jiný výrobce	CVP >>>	2	3	Pozitivní				
Vzorek B3		66				66	66	100
(0) neuvedeno	CVP >>>	1	1,5	Negativní				
(17) Biogema	CVP >>>	4	6,1	Negativní				
(87) Euroimmun	CVP >>>	25	38	Negativní				
(115) BioSystems	CVP >>>	1	1,5	Negativní				
(135) OrgenTec	CVP >>>	10	15	Negativní				
(140) TestLine	CVP >>>	8	12	Negativní				
(147) AIDA	CVP >>>	3	4,5	Negativní				
(148) Aesku.lab Diagnostika	CVP >>>	5	7,6	Negativní				
(166) Thermo Fisher	CVP >>>	4	6,1	Negativní				
(211) INOVA Diagnostics	CVP >>>	3	4,5	Negativní				
(999) jiný výrobce	CVP >>>	2	3	Negativní				
(593) anti-Saccharomyces cerevisiae IgG		59				59	59	100
Vzorek A3		59				59	59	100
(0) neuvedeno	CVP >>>	1	1,7	Pozitivní				
(17) Biogema	CVP >>>	4	6,8	Pozitivní				
(87) Euroimmun	CVP >>>	21	36	Pozitivní				
(115) BioSystems	CVP >>>	1	1,7	Pozitivní				
(135) OrgenTec	CVP >>>	8	14	Pozitivní				
(140) TestLine	CVP >>>	8	14	Pozitivní				
(147) AIDA	CVP >>>	2	3,4	Pozitivní				
(148) Aesku.lab Diagnostika	CVP >>>	5	8,5	Pozitivní				
(166) Thermo Fisher	CVP >>>	4	6,8	Pozitivní				
(211) INOVA Diagnostics	CVP >>>	3	5,1	Pozitivní				
(999) jiný výrobce	CVP >>>	2	3,4	Pozitivní				
Vzorek B3		59				59	59	100
(0) neuvedeno	CVP >>>	1	1,7	Negativní				
(17) Biogema	CVP >>>	4	6,8	Negativní				
(87) Euroimmun	CVP >>>	21	36	Negativní				
(115) BioSystems	CVP >>>	1	1,7	Negativní				
(135) OrgenTec	CVP >>>	8	14	Negativní				
(140) TestLine	CVP >>>	8	14	Negativní				
(147) AIDA	CVP >>>	2	3,4	Negativní				
(148) Aesku.lab Diagnostika	CVP >>>	5	8,5	Negativní				
(166) Thermo Fisher	CVP >>>	4	6,8	Negativní				
(211) INOVA Diagnostics	CVP >>>	3	5,1	Negativní				
(999) jiný výrobce	CVP >>>	2	3,4	Negativní				